

Wałbrzych, dnia 26.11.2024 r.

DZPZ-530-Zp/81/TP/24

## ZMIANA TREŚCI SWZ

### Dotyczy: Dostawa lamp bakteriobójczych wraz z osprzętem – Zp/81/TP/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 286 ustawy Pzp zmienia treść SWZ tj. zmienia: Informacje ogólne (pkt. III SWZ), Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (pkt. VIII SWZ), Zawartość oferty (pkt. XV SWZ), Termin związania ofertą (pkt. XIV SWZ), Sposób oraz termin składania ofert (pkt. XXV SWZ), Termin otwarcia ofert (pkt. XXVI SWZ), projekt umowy (załącznik nr 3 do SWZ), pakiet nr 2 (załącznik nr 1 do SWZ).

#### **1. III. Informacje ogólne po zmianie otrzymują brzmienie:**

Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Wzór oferty - stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Projekt umowy - stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 4 do SWZ. (W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, oświadczenie z załącznika nr 4a wypełnia podmiot udostępniający zasoby).

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum, Spółki Cywilne) - stanowi załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy.

Wykaz podwykonawców - „Tabela podwykonawcy” - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy.

Wykaz wykonanych dostaw – stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

#### **2. VIII. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia po zmianie otrzymuje brzmienie:**

##### Sposób oceny warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia

###### **A I. Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia:**

1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. ( załącznik nr 4).

###### **A II. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w**



**postępowaniu. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy P.z.p.:**

1. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw wykonanych (**Załącznik nr 8 do SWZ**), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; tj.: wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia tj. dostawie urządzeń sterylizujących, dezynfekcyjnych i higienicznych na kwotę minimum:

Dla pakietu nr 1 - 35 000,00 zł

Dla pakietu nr 2 - 30 000,00 zł

**każda z dostaw.**

**B I. Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia:**

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (**załącznik nr 4**).

**B II. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p.:**

1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

**Przedmiotowe środki dowodowe :**

1. Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pozycji.

2. Oświadczenie Wykonawcy, iż lampy bakterioobójcze mogą być eksploatowane w pomieszczeniach szpitalnych - **dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 1,2,3,4.**

3. Certyfikat CE lub równoważny lub aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną – **dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 1, 2, 3, 4.**

**3. XIV. Termin związania ofertą po zmianie otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.01.2025r.**

**4. XV. Zawartość oferty po zmianie otrzymuje brzmienie:**

Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty oraz opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym – <b>załącznik nr 1 i 2 do SWZ.</b>
2.	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących



	ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zasobach innego podmiotu zgodnie z art.118 Pzp, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby ( <b>załącznik 4a</b> ) o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, które zostały przewidziane względem Wykonawcy – <b>załącznik nr 4a</b> (złożyć, jeżeli dotyczy).
3.	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - stanowi <b>załącznik nr 5</b> do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy Konsorcjum lub Spółki Cywilnej.
4.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - stanowi <b>załącznik nr 6</b> do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy.
5.	Tabela podwykonawcy – stanowi <b>załącznik nr 7</b> do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy
6.	<b>Przedmiotowe środki dowodowe :</b> 1.Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pozycji. 2. Oświadczenie Wykonawcy, iż lampy bakteriobójcze mogą być eksploatowane w pomieszczeniach szpitalnych - <b>dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 1,2,3,4.</b> 3.Certyfikat CE lub równoważny lub aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną – <b>dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 1, 2, 3, 4.</b>

#### **5. XXV. Sposób oraz termin składania ofert po zmianie otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem [https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie\\_walbrzych](https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych)
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **04.12.2024r.**, do godz. **08:00.**
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

#### **6. XXVI. Termin otwarcia ofert po zmianie otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **04.12.2024r.** o godz. **09:00**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert za pośrednictwem **platformazakupowa.pl**

#### **Załączniki po zmianie otrzymują brzmienie:**

- a) Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym - zał. nr 1 do SWZ
- b) Oferta - zał. nr 2 do SWZ
- c) Projekt umowy - zał. nr 3 do SWZ

- d) Oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia - zał. nr 4 (4a) do SWZ
- e) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - zał. nr 5 do SWZ
- f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – zał. nr 6 do SWZ
- g) Tabela podwykonawcy – zał. nr 7 do SWZ
- h) Wykaz wykonanych dostaw - zał. nr 8 do SWZ

7.Załącznik nr 3 do SWZ po zmianie otrzymuje brzmienie :

### UMOWA nr .....

zawarta w dniu ....., zwana dalej „Umową” pomiędzy:

**Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego** z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016 reprezentowanym przez:

**Jolanę Królak – p. o. Dyrektora Szpitala,**  
zwanego w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:

#### § 1

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu „Dostawa lamp bakteriobójczych wraz z osprzętem” przeprowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320).

#### § 2

1. Przedmiotem Umowy jest zakup oraz dostawa na rzecz Zamawiającego ....., zwanych dalej „Przedmiotem Zamówienia” według bieżących potrzeb Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” i ofertą Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określa Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości Przedmiotu Zamówienia w przypadku zmniejszenia się potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym minimalny łączny zakres Przedmiotu Zamówienia nie będzie mniejszy niż 50 % wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2.



4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonego w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Zamówienia:
  - 1) dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania, dokumentów to potwierdzających,
  - 2) z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy,
  - 3) w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oznaczonymi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
  - 4) wraz z ulotką w języku polskim zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla każdego użytkownika,
6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

### § 3

1. Dostawy Przedmiotu Zamówienia Wykonawca realizował będzie sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail ..... według jego bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie do ..... dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Przez dni robocze w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wyładować Przedmiot Zamówienia na własny koszt i ryzyko do Magazynu Medycznego, ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu, nr telefonu: 74/6489701 Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:35.
3. Wykonawca zapewnia przechowywanie Przedmiotu Zamówienia oraz jego transport w odpowiednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach, w szczególności zgodnie z ewentualnymi zaleceniami producenta.
4. Zamawiający zbada dostarczony Przedmiot Zamówienia pod względem zgodności z Umową i zamówieniem w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia.
5. Odebranie przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego wobec Wykonawcy roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy, ani roszczeń z tytułu rękojmi, które ujawnią się dopiero po dokonaniu odbioru, w tym w szczególności przy korzystaniu z Przedmiotu Zamówienia.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wymieni wadliwy Przedmiot Zamówienia na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie. Zawiadomienia o stwierdzonych wadach będą przysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1.
7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej.

### § 4

Umowę zawiera się na okres **24** miesięcy, tj. od ..... r. do ..... r.

## § 5

1. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1(formularzu cenowym) i ilości dostarczonego Przedmiotu Zamówienia.
2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy nie przekroczy kwoty brutto: ..... zł (słownie: .....), w tym netto: ..... zł (słownie: .....), plus podatek VAT według przepisów obowiązujących na dzień zawarcia Umowy wynoszący .... %, czyli ..... zł (słownie: .....).
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy i przepisów prawa Wykonawca zobowiązuje się, że wystawiane przez niego faktury będą :
  - 1) wystawione w języku polskim,
  - 2) odzwierciedlały asortyment wchodzący w skład Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy,
  - 3) zawierały numer Umowy.
7. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca zobowiązany jest do jej odpowiedniego skorygowania. Do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej lub skorygowanej faktury Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot objętych nieprawidłowo wystawionymi fakturami.
8. Zamawiający dopuszcza następujące dostarczanie faktur przez Wykonawcę:
  - 1) w wersji papierowej,
  - 2) pocztą elektroniczną na adres: [efaktury@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:efaktury@zdrowie.walbrzych.pl)
  - 3) Platforma Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl>
9. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej dla Zamawiającego będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,
  - 2) jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny .....
  - 3) numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, jest wpisany do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Ministerstwo Finansów RP (tzw. „biała lista podatników VAT”).
10. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w umowie uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024r., określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 1893).
11. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkich pozostałych obowiązków określonych w Umowie, w szczególności obejmuje koszty części zamiennych i materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
  - 1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia,
  - 2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
  - 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
  - 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 Umowy.
3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
6. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców i osób, którymi będzie posługiwał się do wykonania Umowy, jak za działania własne.

## § 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął lub zaprzestał wykonania dostaw Przedmiotu Zamówienia,
  - 2) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę przez które rozumie się pięciokrotną zwłokę w realizacji dostaw przekraczających każdorazowo 48 godzin, albo też pięciokrotną dostawę Przedmiotu Zamówienia niezgodnego z zamówieniem lub pięciokrotną zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad,
  - 3) Wykonawca, oprócz przypadków wskazanych w pkt 1-2 powyżej, nie wykonuje lub nienależyte wykonuje którykolwiek ze swoich obowiązków określonych w Umowie, jeśli po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub wznowienia wykonywania dostaw zgodnie z umową, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się do jego treści.
2. Rozwiązanie Umowy przewidziane w ust. 1 może nastąpić w terminie 60 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności lub powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nich i wymaga zachowania formy pisemnej.
3. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca może

---

żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należycie wykonanej części Umowy.

## § 8

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
  - 1) przedłużenie terminu jej obowiązywania określonego w § 4, w sytuacji:
    - a) niezrealizowania całości Przedmiotu Zamówienia w terminie wskazanym w § 4 - Strony mogą przedłużyć okres realizacji Umowy do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące,
    - 2) zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i wynagrodzenie brutto, zaś wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
    - 3) zmianę w zakresie przedmiotowym:
      - a) zastąpienie produktu objętego Umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania produktu objętego Umową lub wygaśnięcia rejestracji, przy czym zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z produktem objętym Umową,
      - b) zmiany przez producenta wielkości opakowania, nazwy produktu lub numeru katalogowego produktu objętego Umową, pod warunkiem, że cena za produkt nie ulegnie zwiększeniu.
    - 4) gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:
      - a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, które nastąpią w 2024 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 1893),
      - b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
      - c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U.2020.1342 oraz z 2022r. poz.1079) o pracowniczych planach kapitałowych (PPK),oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, to zastosowanie będą mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach § 9.
  3. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniach § 10.
  4. Oprócz okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie, zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art. 455 ust. 1-2 PZP.

## § 9

1. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4) Wykonawca może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym



zakresie zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany przysługującego mu wynagrodzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności:
  - 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – w szczególności umowy o pracę,
  - 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4), na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
  - 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w szczególności oryginałów dokumentów do wglądu lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

## § 10

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3 związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z następującymi zasadami:
  - 1) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
  - 2) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
  - 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa, jeśli doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów w takiej wysokości, że łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia zmienia się o minimum 10% względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,

- 4) obowiązek wykazania zmiany ceny materiałów lub kosztów oraz ich wpływu na łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z pkt 3), należy do Strony, która występuje z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności Strona wnioskująca zobowiązana jest przedstawić szczegółową kalkulację w tym zakresie oraz dokumenty to potwierdzające,
  - 5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
  - 6) zmiana wysokości wynagrodzenia dokonywana będzie do wysokości wykazanej zgodnie z pkt 1) - 4) rzeczywistej łącznej zmiany kosztów wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż o wartość wskaźnika wzrostu/ obniżki towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację.
  - 7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, wynosi w każdym roku realizacji Umowy 10% wartości Wynagrodzenia maksymalnego.
2. Strona Umowy może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, pod warunkiem, że zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegółową kalkulację i dokumenty niezbędne do oceny przez drugą Stronę, czy proponowane zmiany są zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, a także czy zmiany cen materiałów lub kosztów mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych cen lub kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie.
  4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia.
  5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień paragrafu 10 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w paragrafie 5 pkt 2.

## § 11

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy właściwy miejscowo będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

**Załączniki:**

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja Administratora

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742

## 8. Załącznik nr 1 do SWZ

### Pakiet nr 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

#### Lampy bakteriobójcze przepływowe + osprzęt

L.P.	NAZWA ARTYKUŁU	JEDN. MIARY	ILOŚĆ 24 m-ce	CENA NETTO	% VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT I NUMER KATALOGOWY
1.	Lampa bakteriobójcza przepływowa duża naścienna z licznikiem -110cm	szt.	15					
2.	Lampa bakteriobójcza przepływowa mała naścienna z licznikiem- 60cm	szt.	20					
3.	Lampa bakteriobójcza mobilna mała- 60 cm	szt.	3					
4.	Lampa bakteriobójcza mobilna duża- 110 cm.	szt.	6					
5.	Licznik do lampy bakteriobójczej	szt.	10					
6.	Filtr do lampy bakteriobójczej	szt.	150					

7.	Wkład do lampy bakteriobójczej	szt.	40				
8.	Wentylator do lampy bakteriobójczej	szt.	15				
<b>RAZEM</b>							

**Ad. poz.5**

Licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej z wyświetlaczem LED i sygnalizacją akustyczną.

**Ad. poz. 7.**

Promiennik o mocy 30W – 25 szt.

Promiennik o mocy 55W – 15 szt.

**Ad. Poz. 8.**

Wentylator do lamp 60 cm – 10 szt.

Wentylator do lamp 110 cm – 5 szt.

**Poz. 1. Lampa bakteriobójcza przepływowa duża ścienna z licznikiem**

L.P.	Parametry techniczne	Wymagania
1.	Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów	TAK
2.	Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy.	TAK

3.	Napięcie zasilania	230V, 50Hz
4.	Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne	max. 115 VA
5.	Element emitujący promieniowanie UV-C	2 x TUV 55W
6.	Trwałość promiennika	min 8000 h
7.	Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C	TAK
8.	Minimalna wydajność wentylatora	199 m <sup>3</sup> /h
9.	Dezynfekowana kubatura	45-90 m <sup>3</sup>
10.	Powierzchnia (zasięg) działania lampy	18-36 m <sup>2</sup>
11.	Licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika	TAK
12.	Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego	I
13.	Masa	max. 9,5 kg
14.	Wymiana filtra bez użycia narzędzi	TAK
15.	Zapasowe filtry	min. 5 szt.
16.	Montaż do ściany z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów (efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy na ścianie).	TAK
17.	Certyfikat CE lub równoważny lub aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną	TAK

## Poz. 2. Lampa bakteriobójcza przepływowa mała naścienna z licznikiem

L.P.	Parametry techniczne	Potwierdzenie
1.	Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów	TAK

2.	Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy.	TAK
3.	Napięcie zasilania	230V, 50Hz
4.	Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne	max. 75 VA
5.	Element emitujący promieniowanie UV-C	2 x TUV 30W
6.	Trwałość promiennika	min 8000 h
7.	Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C	TAK
8.	Minimalna wydajność wentylatora	min. 132 m <sup>3</sup> /h
9.	Dezynfekowana kubatura	25-50 m <sup>3</sup>
10.	Powierzchnia (zasięg) działania lampy	10-20 m <sup>2</sup>
11.	Licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika	TAK
12.	Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego	I
13.	Masa	max. 9 kg
14.	Wymiana filtra bez użycia narzędzi	TAK
15.	Zapassowe filtry	min. 5 szt.
16.	Montaż do ściany z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów (efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy na ścianie).	TAK
17.	Certyfikat CE lub równoważny lub aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną	TAK

### Poz. 3. Lampa bakteriobójcza przepływowa mała 60 cm mobilna z licznikiem

L.P.	Parametry techniczne	Potwierdzenie
------	----------------------	---------------

1.	Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów	TAK
2.	Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy.	TAK
3.	Napięcie zasilania	230V, 50Hz
4.	Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne	max. 75 VA
5.	Element emitujący promieniowanie UV-C	2 x TUV 30W
6.	Trwałość promiennika	min 8000 h
7.	Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C	TAK
8.	Minimalna wydajność wentylatora	min. 132 m <sup>3</sup> /h
9.	Dezynfekowana kubatura	25-50 m <sup>3</sup>
10.	Powierzchnia (zasięg) działania lampy	10-20 m <sup>2</sup>
11.	Licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika	TAK
12.	Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego	I
13.	Masa	max. 9 kg
14.	Wymiana filtra bez użycia narzędzi	TAK
15.	Zapasowe filtry	min. 5 szt.
16.	Mobilna na statywie.	TAK
17.	Certyfikat CE lub równoważny lub aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną	TAK

#### Poz. 4. Lampa bakteriobójcza przepływowa duża 110 cm z licznikiem mobilna

L.P.	Parametry techniczne	Potwierdzenie
------	----------------------	---------------



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



1.	Przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów	TAK
2.	Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy.	TAK
3.	Napięcie zasilania	230V, 50Hz
4.	Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne	max. 115 VA
5.	Element emitujący promieniowanie UV-C	2 x TUV 55W
6.	Trwałość promiennika	min 8000 h
7.	Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C	TAK
8.	Minimalna wydajność wentylatora	199 m <sup>3</sup> /h
9.	Dezynfekowana kubatura	45-90 m <sup>3</sup>
10.	Powierzchnia (zasięg) działania lampy	18-36 m <sup>2</sup>
11.	Licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika	TAK
12.	Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego	I
13.	Masa	max. 9,5 kg
14.	Wymiana filtra bez użycia narzędzi	TAK
15.	Zapasowe filtry	min. 5 szt.
16.	Mobilna na statywie	TAK
17.	Certyfikat CE lub równoważny lub aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną	TAK

**Zatwierdził:**  
**p. o. Dyrektora Szpitala**  
**Jolanta Królak**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Małgorzata Kuczyńska  
nr tel.: 74/6489941