

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/66/20

Sucha Beskidzka, dnia 04.09.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic – uzupełnienie V (ZOZ.V.010/DZP/66/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet nr 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych pudrowanych o zawartości protein <79ug/g, o korzystniejszym poziomie AQL, t.j. 1,0 oraz o grubości pojedynczej ścianki palca 0,12+/-0,01mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Grubość ścianki parametr oceniany.

Pakiet nr 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o grubości pojedynczej ścianki palca 0,07+/-0,01mm, o długości min.240mm, AQL: 1,5. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.


Odp. Zamawiający dopuszcza. Grubość ścianki parametr oceniany.

Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości pojedynczej ścianki palca min. 0,09m oraz o sile zrywania przed starzeniem min. 6,5N. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Grubość ścianki parametr oceniany.

Z poważaniem:


mgr Janusz Badczewski
Zastępca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

Asystent Dyrektora
ds. Techniczne - Fizjoterapeutyczne
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


mgr Sabina Steczek