



**Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

**58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10**

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: [pcz@pcz.org.pl](mailto:pcz@pcz.org.pl)

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 5 206 000,00 zł

Kamienna Góra, 08.11.2022 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Nazwa postępowania: **Dostawa stołów zabiegowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr postępowania: **ZO 8/2022**

### **Pytanie 1:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 stołów o nożnej regulacji w zakresie 53-95 cm i kołach z szarym bieżnikiem z gumy termoplastycznej. Pozostałe parametry stołów pozostają bez zmian.

### **Odpowiedź na Pytanie 1:**

Zamawiający nie dopuszcza nożnej regulacji w zakresie 53-95 cm. Zamawiający dopuszcza koła z szarym bieżnikiem z gumy termoplastycznej.

### **Pytanie 2:**

Część 1 Stół zabiegowy (1)

Czy Zamawiający dopuści stół z nożną elektryczną regulacją wysokości w zakresie 53 – 95 cm ?

### **Odpowiedź na Pytanie 2:**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie 3:**

Część 1 Stół zabiegowy (1)

Czy Zamawiający dopuści stół z nożną elektryczną regulacją wysokości w zakresie 45 – 95 cm?

### **Odpowiedź na Pytanie 3:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 4:**

Część 1 Stół zabiegowy (1)

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach leża: długość 195 cm, szerokość: 68 cm ?

### **Odpowiedź na Pytanie 4:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 5:**

Część 1 Stół zabiegowy (1)

Czy Zamawiający dopuści stół o max. obciążeniu 200 kg ?

### **Odpowiedź na Pytanie 5:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 6:**

Część 1 Stół zabiegowy (1)

Czy Zamawiający dopuści stół z systemem kółek jezdnych szarych z bieżnikiem z gumy termoplastycznej o średnicy 50 mm ?

### **Odpowiedź na Pytanie 6:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7:**Część 2 Stół zabiegowy (2)

Czy Zamawiający dopuści stół z nożną elektryczną regulacją wysokości w zakresie 53 – 95 cm ?

**Odpowiedź na Pytanie 7:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8:**Część 2 Stół zabiegowy (2)

Czy Zamawiający dopuści stół z nożną elektryczną regulacją wysokości w zakresie 45 – 95 cm?

**Odpowiedź na Pytanie 8:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9:**Część 2 Stół zabiegowy (2)

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach leża: długość 195 cm, szerokość: 68 cm ?

**Odpowiedź na Pytanie 9:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10:**Część 2 Stół zabiegowy (2)

Czy Zamawiający dopuści stół o max. obciążeniu 200 kg ?

**Odpowiedź na Pytanie 10:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11:**Część 2 Stół zabiegowy (2)

Czy Zamawiający dopuści stół z systemem kółek jezdnych szarych z bieżnikiem z gumy termoplastycznej o średnicy 50 mm ?

**Odpowiedź na Pytanie 11:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12:**Część 1 Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 51 do 98cm regulowaną za pomocą sterownika nożnego zamiast pilota?

**Odpowiedź na Pytanie 12:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13:**Część 1 Stół zabiegowy

Czy Stół ma posiadać regulację segmentu pleców poniżej poziomu „zero” aby w razie potrzeby (utrata przytomności) wykorzystać tę funkcję do pozycji ratowniczej/antywstrząsowej?

**Odpowiedź na Pytanie 13:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14:**Część 1 Stół zabiegowy

Czy z uwagi na higienę, łatwość czyszczenia i dezynfekcji stół ma posiadać tworzywową osłonę podwozia na całej długości i szerokości podwozia?

**Odpowiedź na Pytanie 14:**

Tak, stół winien posiadać osłonę podwozia na całej długości i szerokości podwozia.

**Pytanie 15:**Część 1 Stół zabiegowy

Czy stół ma posiadać system blokowania do podłoża w postaci funkcji podnoszenia kół i unieruchomienia stołu na czterech nóżkach?

**Odpowiedź na Pytanie 15:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16:**Część 2 Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 47 do 94cm regulowaną za pomocą sterownika nożnego zamiast pilota?

**Odpowiedź na Pytanie 16:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17:**Część 2 Stół zabiegowy

Czy Stół ma posiadać regulację segmentu pleców poniżej poziomu „zero” aby w razie potrzeby (utrata przytomności) wykorzystać tę funkcję do pozycji ratowniczej/antywstrząsowej?

**Odpowiedź na Pytanie 17:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18:**Część 2 Stół zabiegowy

Czy z uwagi na higienę, łatwość czyszczenia i dezynfekcji stół ma posiadać tworzywową osłonę podwozia na całej długości i szerokości podwozia?

**Odpowiedź na Pytanie 18:**

Tak, stół winien posiadać osłonę podwozia na całej długości i szerokości podwozia.

**Pytanie 19:**Część 2 Stół zabiegowy

Czy stół ma posiadać system blokowania do podłoża w postaci funkcji podnoszenia kół i unieruchomienia stołu na czterech nóżkach?

**Odpowiedź na Pytanie 19:**

Zamawiający dopuszcza.

---

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania Załącznik A do Formularza oferty\_ZMIANA i Załącznik B do Formularza oferty\_ZMIANA.

Załączniki te uwzględniają zmiany wynikające z udzielonych powyżej odpowiedzi.

---

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. W pozostałym zakresie postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**Prezes Zarządu**

**Barbara Kosak**