



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dn. 19.08.2021

Znak sprawy: TZ.252.1.48.2021  
l.dz. WPR/3916/08/2021/W

Uczestnicy postępowania  
nr WPR/AZ/252/ZP/27/2021

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Dostawa fabrycznie nowych, zabudowanych i wyposażonych 7 sztuk ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”, znak postępowania: WPR/AZ/252/ZP/27/2021.**

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1 - dot. urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej**

Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało certyfikat potwierdzający spełnianie normy 1789 zgodnie z wymogami ustawy o Ratownictwie Medycznym oraz wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga w/w certyfikat. Zgodnie z zapisami SWZ (Rozdział III pkt 7, ppkt 9).

**Pytanie nr 2- dot. urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez homologowanego uchwytu karetkowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na brak uchwytu karetkowego.

**Pytanie nr 3- dot. urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej**

Czy zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość bezpłatnej transmisji danych medycznych do ośrodka kardiologii inwazyjnej na terenie Województwa Śląskiego z potwierdzeniem współpracy z ośrodkami Hemodynamiki w Województwie Śląskim przyjmujących pacjentów od ZRM.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga bezprzewodowej transmisji danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera. Jednak nie wskazuje czy komputer jest własnością WPR, czy też najbliższego ośrodkami Hemodynamiki, przyjmującej pacjentów z ZRM.

II. Odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i będą wiążąca podczas terminu składania ofert.

Sporządzili:  
Tomasz Dec  
Katarzyna Pietruszka

Akceptowała:  
Karina Przybyła

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego  
w Katowicach  
  
Lukasz Pach

[www.wpr.pl](http://www.wpr.pl)

40-024 Katowice, ul Powstańców 52  
tel: +48 32 609 31 40  
fax: +48 32 609 31 54  
e-mail: [wpr@wpr.pl](mailto:wpr@wpr.pl)



Bank: Santander Bank Polska S.A  
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000  
NIP: 954 22 60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162