

COZL/DZP/MJ/3413/Z-142/2021

Lublin dnia 20.10.2021 r.

„Dostawa pasków do glukometrów”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system pomiarowy (paski i glukometr) umożliwił wykonywanie pomiarów w każdym rodzaju krwi ? tj. włosniczkowa, żylna, tętnicza, noworodków ? Taka funkcja umożliwia m.in. dokonywanie okresowej walidacji tj. porównania wyników uzyskanych na glukometrze z laboratoryjnymi .

Większość glukometrów obecnych na polskim rynku taka funkcję posiada w tym także ten aktualnie używany przez Zamawiającego.

Negatywna odpowiedź spowoduje, iż Zamawiający otrzyma oferty na systemy umożliwiające wykonywanie badań tylko we krwi kapilarnej/włosniczkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system pomiarowy charakteryzował się brakiem wpływu stężenia hematokrytu w zakresie od 0 do 70 % na wynik stężenia glukozy we krwi ? taki właśnie system aktualnie Zamawiający używa - ma to istotne znaczenia u pacjentów poddanych chemioterapii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński

STARSZY INSPEKTOR
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

mgr Anna Kwiatkowska
Anna Kwiatkowska