

Wałbrzych, dnia 17.10.2023 r.

DZPZ-530- Zp/74/TP/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa zabiegowego aparatu rtg (ramienia « C ») - Zp/74/TP/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. Zestawienie parametrów Opis LAMPA RTG I KOLIMATOR - Pkt.18

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Pojemność cieplna kołpaka lub głowicy lampy - 1100 kHU.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: pojemność cieplna kołpaka lub głowicy lampy min. 1300 kHU.

Pytanie nr 2 dot. Zestawienie parametrów Opis LAMPA RTG I KOLIMATOR - Pkt.20

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Filtracja całkowita minimum - 7,65 mm Al.

- Brak wymiennie stosowanych filtrów Al i Cu

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: filtracja całkowita minimum 2,5 mm Al. Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki umożliwiająca wymienne stosowanie filtrów wykonanych z Al i Cu.

Pytanie nr 3 dot. Zestawienie parametrów Opis GENERATOR RTG - Pkt.22 Pkt.23 Pkt.24 Pkt.25

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Moc generatora - 2,3 kW

- Zakres prądu w trybie radiografii - 3 – 24 mA

- Zakres prądu [mA] w trybie fluoroskopii - 3 – 24 mA

- Zakres napięcie - 40 – 110 kV

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: moc generatora min. 4 kW, zakres prądu w trybie radiografii min. 0,7 – 100 mA, zakres prądu [mA] w trybie fluoroskopii min. 0,1 – 20 mA.

Pytanie nr 4 dot. Zestawienie parametrów Opis FUNKCJONALNOŚCI APARATU - Pkt.31 Pkt.39 Pkt.44

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy

posiadające następujące właściwości:

- Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) 130°.

- Aparat kompaktowy dwumodułowy

- Możliwość wykonania radiografii – NIE

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) minimum 160°, Możliwość wykonania radiografii – TAK.

Pytanie nr 5 dot. Zestawienie parametrów Opis SYSTEM OBRAZOWANIA – DETEKTOR CYFROWY - Pkt.51

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące właściwości:

- Demontowalna bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa minimum 70 linii/cm

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. Zestawienie parametrów Opis SYSTEM OBRAZOWANIA - Pkt.58

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące właściwości:

- Brak histogramu obrazu

- Brak Lupy

Odp. Zamawiający dopuszcza brak histogramu, jednocześnie wymaga funkcjonalności wyświetlania danych z analizy minimum 3 obszarów obrazu.

Zamawiający nie dopuszcza braku lupy.

Pytanie nr 7 dot. Zestawienie parametrów Opis FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU - Pkt.67 Pkt.68

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące właściwości:

- Blendsy elektroniczne przysyłające niediagnostyczne elementy obrazu - NIE

- Automatyka doboru programu według topografii i rodzaju badań – NIE

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: Blendsy elektroniczne przysyłające niediagnostyczne elementy obrazu – TAK, Automatyka doboru programu według topografii i rodzaju badań – TAK.

Pytanie nr 8 dot. SWZ, VIII. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – Przedmiotowe środki dowodowe, pkt 1:

Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pozycji.

Czy Zamawiający uzna jako przedmiotowy środek dowodowy - oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora w zakresie spełniania parametrów technicznych, w przypadku gdyby któryś z parametrów i wymagań nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej?

Odp. Tak, Zamawiający uzna.

Pytanie nr 9 dot. Załącznik nr 1 do SWZ, Zestawienie parametrów, L.P. 88:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować przedmiot dzierżawy w siedzibie Zamawiającego.

Prosimy o usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę napisu na:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować Przedmiot Zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i zmienia pkt 88 na: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować Przedmiot Zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dot. Załącznik nr 1 do SWZ, Zestawienie parametrów, L.P. 98 oraz załącznik nr 3 do SWZ, § 8 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy pracy w soboty, niedziele i święta.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11 dot. Załącznik nr 1 do SWZ, Zestawienie parametrów, L.P. 98:

Uprzejmie prosimy o zmianę czasu reakcji, tak aby uzyskać zgodność z czasem określonym w załączniku nr 3 do SWZ § 8 ust. 6.

Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ tak by pkt 98 Załącznika nr 1 do SWZ był zgodny z projektem umowy – reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 72 h.

Pytanie nr 12 dot. Załącznik nr 3 do SWZ, § 8 ust. 14:

W przypadku czterokrotnej awarii Przedmiotu Zamówienia w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.

Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu w celu uzyskania zgodności z zapisem pkt 100 załącznika nr 1 do SWZ. Proponujemy modyfikację w sposób jak niżej:

W przypadku czterokrotnej awarii Przedmiotu Zamówienia w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić cały wadliwy podzespół odpowiedzialny za jej powstanie na nowy, wolny od wad, o parametrach wymaganych w SWZ.

Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ i usuwa pkt 100 Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 13 dot. Załącznik nr 1 do SWZ, Zestawienie parametrów, L.P. 23:

„Zakres prądu w trybie radiografii min. 0,7 – 100 mA.”

Prosimy o dopuszczenie aparatu z zakresem prądu w trybie radiografii wynoszącym 11,66 – 100 mA. Zwracamy uwagę, że automatyka aparatu zawsze dobiera maksymalny prąd dostępny dla ustawionego napięcia. Pozwala to na skrócenie czasu ekspozycji. Dlatego też, dolne wartości z zakresu prądu w trybie radiografii są nieistotne klinicznie.

Pozytywna odpowiedź, pozwoli nam na złożenie w postępowaniu ważnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. Załącznik nr 1 do SWZ, Zestawienie parametrów, L.P. 58:

„histogram obrazu”

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który zamiast histogramu obrazu wyposażony jest w funkcjonalność wyświetlania danych (minimalna, maksymalna oraz średnia wartość piksela, standardowe odchylenie oraz współczynnik sygnału do szumu) z analizy min. 3 obszarów obrazu. Pozytywna odpowiedź, pozwoli nam na złożenie w postępowaniu ważnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dot. Załącznik nr 1 do SWZ, Zestawienie parametrów, L.P. 78:

„Napęd DVD do archiwizacji obrazów na dyskach CD/DVD”

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który zamiast napędu DVD wyposażony jest w port USB dedykowany do archiwizacji obrazów na wszelkich nośnikach z interfejsem USB takich jak przenośne dyski zewnętrzne, pendrive itp. Proponowane rozwiązanie, daje Zamawiającemu możliwość szerszego wyboru nośników archiwum obrazowego niż tylko płyty CD/DVD.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: Napęd DVD do archiwizacji obrazów na dyskach CD/DVD.

Pytanie 16 dotyczy wzoru umowy w §4 pkt 1 Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ - OPZ pkt 84

W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie oraz epidemiologiczną na świecie, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 15 grudnia 2023 r.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.

Pomimo podejmowania wzmoczonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2023 r.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy ani SWZ.

Pytanie 17 dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 4

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 18 dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 1 ppkt 4)

Mając na uwadze równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 20% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 19 dotyczy wzoru umowy w § 8 pkt 7, 8

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia. W związku z tym prosimy o odstąpienie od w/w zapisu.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 20 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ –OPZ pkt 88

Czy w w/w punkcie nie nastąpiła omyłka pisarska? Postępowanie dotyczy zakupu oraz dostawy urządzenia.

Odp. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i zmienia pkt 88 na: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować Przedmiot Zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 21 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ –OPZ pkt 98

Zwracamy się z prośbą wydłużenie reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym do 72 godzin zgodnie z zapisami w § 8 pkt 6 umowy.

Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ tak by pkt 98 Załącznika nr 1 do SWZ był zgodny z projektem umowy – reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 72 h.

Pytanie 22

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisu kontakt zdalny, telefoniczny?

Odp. Zamawiający nie uzna.

Pytania do Załącznika nr 1 do SWZ –OPZ

Pytanie 23 dotyczy: pkt 11, 12, 13

Prosimy o dopuszczenie aparatu, z lampą jednoogniskową. Jest to wartość, która jest w pełni wystarczająca do wykonywania zabiegów z zakresu ortopedii, urologii, chirurgii ogólnej

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wielkość ogniska jest dobierana do obiektu badanego i ma przełożenie na rozdzielczość obrazu.

Pytanie 24 dot. pkt 15

Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym blendy ustawia się manualnie. Jest to funkcjonalność w pełni wystarczająca do wykonywania zabiegów z zakresu ortopedii, urologii, chirurgii ogólnej

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: Automatyczne dopasowanie pola blendy do aktywnego pola detektora

Pytanie 25 dot. pkt 18

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego wartość pojemności cieplnej kołpaka wynosi 1140 kHU. Jest to wartość w zupełności wystarczająca, do wykonywania zabiegów z zakresu endoskopii, urologii, ortopedii. Aparat wyposażony jest w dodatkowe systemy zabezpieczające przed przegrzaniem w tym wyższą niż wymagana wartość pojemności cieplnej anody oraz wysoką wartość prędkości chłodzenia kołpaka.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: Pojemność cieplna kołpaka lub głowicy lampy min. 1300 kHU.

Pytanie 26 dot. pkt 20

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego filtracja całkowita wynosi: 4.3 mm Al + 0.1 Cu, bez potrzeby wymiennego stosowania filtrów wykonanych z Al i Cu. Jest to rozwiązanie lepsze niż opisane pierwotnie przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: filtracja całkowita minimum 2,5 mm Al. Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki umożliwiająca wymienne stosowanie filtrów wykonanych z Al i Cu.

Pytanie 27 dot. pkt 22

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego moc generatora wynosi 2,4 kW. Jest to wartość, która jest w pełni wystarczająca do wykonywania zabiegów z zakresu ortopedii, urologii, chirurgii ogólnej

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: moc generatora min. 4 kW.

Pytanie 28 dot. pkt 23 i 24

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego wartość prądu radiografii i prądu skopi pulsacyjnej wynoszą odpowiednio: 0.2-24 mA i 0.2-20 mA . Są to wartości w zupełności wystarczające do wykonywania zabiegów z zakresu urologii, chirurgii ogólnej oraz ortopedii.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: Zakres prądu w trybie radiografii min. 0,7 – 100 mA, Zakres prądu [mA] w trybie fluoroskopii min. 0,1 – 20 mA

Pytanie 29 dot. pkt 28

Prosimy o uznanie rozwiązania za równoważne i przyznanie takiej samej ilości punktów za Panel dotykowy kolorowy o przekątnej 6,4“ i rozdzielczości 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” Pragniemy zauważyć, że monitory dotykowe służą jedynie do podglądu obrazu przez technika oraz sterowania wszystkimi funkcjami aparatu, tym samym rozdzielczość czy wielkość nie mają większego znaczenia klinicznego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, aparat ma być kompaktowy, Zamawiający nie dopuszcza wózka monitorowego.

Pytanie 30 dot. pkt 32

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego ruch Wig-Wag wynosi +/- 10 stopni. Różnica jest niezauważalna z perspektywy zastosowania klinicznego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: Odchylenie od osi pionowej (ruch wig-wag) minimum +/- 12°.

Pytanie 31 dot. pkt 34

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego zmotoryzowany przesuw pionowy wynosi 42cm. Różnica jest niezauważalna z perspektywy zastosowania klinicznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 dot. pkt 39

Prosimy o dopuszczenie aparatu o masie 347 kg. Jest to nieznaczna różnica, niezauważalne z perspektywy użytkownika.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: Aparat kompaktowy dedykowany stosowaniu w warunkach sal operacyjnych. Waga kompletnego aparatu nie więcej niż 320 kg.

Pytanie 33 dot. pkt 43

Prosimy o dopuszczenie aparatu który posiada dedykowaną. Jest to nieznaczna różnica, niezauważalne z perspektywy użytkownika.

Odp. Zamawiający nie ma możliwości odpowiedzi, ponieważ Wykonawca nie doprecyzował pytania.

Pytanie 34 dot. pkt 51

Prosimy o dopuszczenie aparatu z demontowalną kratką przeciwrozproszeniową 70 linii/cm. Jest to nieznaczna różnica, niezauważalne z perspektywy użytkownika.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35 dot. pkt 58

Prosimy o dopuszczenie aparatu z oprogramowaniem do obróbki obrazów bez funkcji „histogramu obrazu” Jest to nieznaczna różnica, niezauważalne z perspektywy użytkownika.

Odp. Zamawiający dopuszcza brak histogramu, jednocześnie wymaga funkcjonalności wyświetlania danych z analizy minimum 3 obszarów obrazu.

Pytanie 36 dot. pkt 73

Prosimy o dopuszczenie aparatu który zamiast funkcji „automatycznego dostosowania obrazu do danej anatomii” posiada w „oddzielne programy anatomiczne” dedykowane konkretnym specjalizacjom, które automatycznie dopasowują parametry ekspozycji z uwzględnieniem wymagań konkretnej procedury, w postaci czytelnych ikon na panelu do sterowania aparatem i za pomocą jednej ikony, jednego przycisku uruchamia wybrany program anatomiczny

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 dot. pkt 76

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego pamięć wewnętrzna wynosi 100.000 obrazów i usunięcie punktacji. Pragniemy zauważyć, że pamięć wewnętrzna aparatu jest pamięcią tymczasową, a pamięcią docelową (do archiwizacji właściwej) jest serwer PACS Szpitala.

Odp. Zamawiający nie punktuje poz. 76. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: Pojemność pamięci / dysku minimum 130 000 obrazów.

Pytanie 38 dot. pkt 78

Prosimy o dopuszczenie aparatu, bez napędu DVD do archiwizacji obrazów na dyskach CD, ale wyposażonych w wejście USB do archiwizacji na zewnętrznych nośnikach danych tego typu.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ: Napęd DVD do archiwizacji obrazów na dyskach CD/DVD.

Pytanie 39

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony we wbudowaną w aparat drukarkę na papier termoczuły?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 40 dot. pkt 48

Prosimy o wniesienie punktacji w jednym z najważniejszych punktów jakim jest rozdzielczość detektora. Zwracamy także uwagę, że Zamawiający w pkt 28 zwraca uwagę na rozdzielczość panelu sterującego, tym samym oczywistym jest że rozdzielczość detektora tym bardziej powinna być premiowana gdyż ma ona bezpośredni i kluczowy wpływ na jakość otrzymywanych ekspozycji
Sugerujemy:

Matryca obrazu: 1k x 1k pikseli – 0 pkt

Matryca obrazu: powyżej 1,5k x 1,5k pikseli – 10 pkt

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

KIEROWIK
Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr telefonu: 74/6489941