

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 16.09.2024r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 poz. 1320 z póź. zm.), którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego. Nr sprawy 39/TP/24.

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści również oświadczenie autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski jako formę potwierdzenia parametrów oferowanego sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. Pkt 7 – Czy Zamawiający dopuści temperaturę podczas pracy 0-35 °C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. Pkt 6 – Czy Zamawiający dopuści czas ładowania do 3h

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dot. Pkt 6 – czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z poborem mocy 60VA max?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dot. Pkt 8 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z głośnością alarmu wysoka 75 dB(min) oraz średnią 70 dB(min)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

Pakiet: 1

1) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o z wbudowanym ekranem graficznym kolorowym 8” z rozdzielczością 1024x600px., umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG z panelem dotykowym? Wyższa rozdzielczość zapewnia lepszą jakość obrazu i bardziej ergonomiczne użytkowanie przez Personel.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG wyposażonego w pełną wirtualną klawiaturę alfanumeryczną obsługującą polskie znaki oraz wyposażony w przyciski funkcyjne na ekranie aparatu EKG oraz pod nim (wodoodporne). Wirtualna klawiatura nie dość, że w dzisiejszych czasach jest standardem w większości urządzeń (nie tylko medycznych), to dodatkowo nie podlega zużyciu i nie zepsuje się jak fizyczne przyciski oraz ułatwia dezynfekcję urządzenia dzięki większej ilości płaskich powierzchni (brak wystających przycisków).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3) Czy Zamawiający dopuści wydruk badania EKG na papierze 112mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(3) Pytania Wykonawcy trzeciego:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat EKG, w którym szerokość papieru wynosi 112mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat EKG, gdzie filtry zakłóceń mięśniowych wynoszą 25 Hz, 35 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat EKG, gdzie filtr izolinii wynosi 0,15Hz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat EKG, który wyświetla EKG: 6, 12 przebiegów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat EKG, gdzie długość zapisu automatycznego wynosi 10, 12, 15, 20 sekund

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(4) Pytania Wykonawcy czwartego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla noszy z 14 do 30 dni od podpisania umowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1) SWZ:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2024 r. do godziny 12.30.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 5.1) SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2024 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 6.1) SWZ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.10.2024r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....