



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 21.09.2021

Do wszystkich
uczestników postępowania
Znak sprawy – PN-36/2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości **poniżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2021/S 141-372517 z dnia 23.07.2021 r. Znak sprawy – PN-36/2021 – Dostawa aparatury medycznej (rezonans magnetyczny 1.5 T wraz z wyposażeniem) dla Szpitala im. prof. M. Weissa przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 203. Dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastowego kompatybilny z pracą w polu magnetycznym

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanalowego bezwładowego wstrzykiwacza do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl przy badaniach MR do 3T, który jest równoważny ze wstrzykiwaczem dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl).

Odpowiedź: Ze względu na profil szpitala, nie ma merytorycznego uzasadnienia zakupu oferowanego sprzętu. Mała ilość podawanych kontrastów.

Pytanie 2

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 201. Gaśnica niemagnetyczna

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Zamawiający wymaga dostarczenia gaśnicy posiadającej świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB prowadzi procesy dopuszczenia wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Według naszej wiedzy urządzenie nieposiadające świadectwa dopuszczenia nie może zostać nazwane gaśnicą.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem Zamawiającego.

Pytanie 3

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 205. Wykrywacz metali w formie bramki zabudowanej lub wolnostojącej

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie detektora materiałów ferromagnetycznych Ferroguard Screener, specjalnie zaprojektowanego do detekcji drobnych obiektów ferromagnetycznych. Pojedynczy detektor montowany jest na ścianie w strefie przygotowania pacjenta i jest wyposażony w pasywne czujniki transduktorowe (flux-gate) w aluminiowej obudowie. Detektor ostrzega w sposób wizualny i/lub dźwiękowy o wykrytych obiektach ferromagnetycznych poruszających się w pobliżu detektora.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem Zamawiającego.

Pytanie 4

Dotyczy punktów 26 oraz 27 specyfikacji

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy dotyczące cewek do badań ortopedycznych i usunie możliwość zaoferowania cewek elastycznych, tak jak zaproponowano poniżej?:

26.	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta	Tak; podać nazwę cewki		Bez punktacji
27.	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta	Tak; podać nazwę cewki		≥16 kanałów – 2 pkt <16 kanałów- 0 pkt

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższych zmian jest w interesie Zamawiającego, gdyż wymóg cewek dedykowanych do badań ortopedycznych, umożliwia Zamawiającemu zwiększenie wydajności oraz jakości badań w prowadzonym przez Zamawiającego profilu działalności. Cewki dedykowane sztywne pozwalają na szybkie pozycjonowanie pacjentów oraz uzyskiwanie najwyższej jakości obrazów.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ (modyfikacja dostępna na stronie

<https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający doda do specyfikacji punkt dotyczący cewek elastycznych tak jak zaproponowano poniżej?:

	Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta	Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich [cm]		Cewki o liczbie elementów obrazujących > 16 – po 2 pkt. za każdą zaoferowaną cewkę
--	---	---	--	--

Uzasadnienie:

Wprowadzenie punktu dotyczącego cewek elastycznych zabezpiecza interes Zamawiającego oraz umożliwia uzyskanie konkurencyjnych ofert różnych wykonawców. Cewki elastyczne, wielokanałowe, stanowią bardzo ważny element konfiguracji najnowszej generacji systemów. Wielokanałowe cewki elastyczne są doskonałym uzupełnieniem portfolio cewek dedykowanych, które można wykorzystać np. w przypadku pacjentów z ograniczoną ruchomością poszczególnych stawów lub pacjentów ułożonych w sposób niestandardowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w załączniku nr 1 do SWZ (modyfikacja dostępna na stronie

<https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 6

Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń w formacie edytowalnym DWG.

Odpowiedź: W załączniku.

Pytanie 7

Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni RM.

Odpowiedź: Poniżej pomieszczenia RM znajdują się: wentylatornia, szatnia personelu oraz łazienka personelu.

Pytanie 8

Prosimy o informację na temat preferowanej przez Zamawiającego drogi transportu dla urządzenia od podjazdu dla ciężarówki do pomieszczeń docelowych.

Odpowiedź: Preferowana droga dojazdowa w pobliżu otworu technologicznego w ścianie budynku.

Pytanie 9

Demontaż oraz dostawa rezonansu magnetycznego do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń wymaga użycia dźwigu.

Prosimy o informację czy na czas dostawy możliwe jest zablokowanie ruchu w okolicy rozładunku.

Odpowiedź: Tak, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 10

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku gotowości pomieszczeń w momencie dostawy aparatu pokryje koszty magazynowania rezonansu magnetycznego i inne wynikające z opóźnień?

Odpowiedź: Wykonawca robót budowlanych zobowiązał się, iż w pierwszej połowie grudnia 2021 r. przygotuje pomieszczenie umożliwiające wstawienie rezonansu magnetycznego.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona we własnym zakresie doprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej o wymaganych parametrach określonych w wytycznych do pomieszczenia technicznego rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający doprowadzi linie zasilające tablice do pomieszczenia technicznego RM.

Pytanie 12

Pomieszczenie rezonansu magnetycznego wymaga zniżenia poziomu podłogi o około 4cm względem poziomu podłogi w sterowni i pozostałej części pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona zniżenie w pomieszczeniu badań rezonansu.

Odpowiedź: Tak, projekt budowlany przewiduje zniżenie posadzki w pomieszczeniu RM.

Pytanie 13

Specyfika technologii rezonansu magnetycznego wymaga wykonania instalacji do awaryjnego wyrzutu helu w sytuacjach zagrożenia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona we własnym zakresie rurę awaryjnego wyrzutu helu (quench rurę), wymagana dla rezonansu zgodnie z wytycznymi Producenta.

Odpowiedź: Dostawca wykona we własnym zakresie rurę awaryjnego wyrzutu helu (quench rura) zgodnie z wytycznymi producenta.

Pytanie 14

Prosimy o informację czy Wykonawca będzie zobligowany do wykonania ewentualnej rozbudowy sieci strukturalnej w systemie Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie będzie

Pytanie 15

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy dostarczenia jakiegoś switcha, panelu krosowego, szafy Rack itp.

Jeżeli tak, to prosimy o podanie przykładowych urządzeń i ich ilości.

Odpowiedź: Switch JL254A Hewlett Packard Enterprise Aruba 2930F 48G 4SFP+ Zarządzany L3 szt.1 + kable połączeniowe patchcord Rj45 kat.6 24 szt. + 2 wkładki SFP+ patchcord światłowodowe + 2 wkładki SFP+ patchcord światłowodowe

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej diagnostyki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17

Prosimy o wskazanie docelowego miejsce rozmieszczenia stacji opisowych wymaganych w przetargu.

Odpowiedź: Wydzielenie pomieszczenia stacji opisowych z pomieszczenia Kaplicy .

Pytanie 18

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego montaż i uruchomienie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni w miejscu instalacji stacji opisowych blaty robocze, gniazda zasilające 230V i ethernetowe RJ-45 do podłączenia stacji do sieci szpitalnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni wymaganą infrastrukturę IT o odpowiedniej przepustowości (okablowanie sieci komputerowej, zasilanie) w miejscu rozstawienia stacji opisowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do stacji opisowej biurka i krzesła?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 21

Czy Zamawiający doprowadzi odpowiednią instalację wodno-kanalizacyjną do pomieszczenia technicznego o parametrach zgodnie z wymaganiami dostawcy Rezonansu Magnetycznego?

Odpowiedź: Zamawiający doprowadzi instalację wodno-kanalizacyjną do pomieszczenia technicznego zgodnie z dokumentacją projektową (dokumentacja techniczna w załączniku).

Pytanie 22

Czy Zamawiający doprowadzi instalację wody lodowej do pomieszczenia technicznego Rezonansu Magnetycznego o parametrach zgodnie z wymaganiami dostawcy Rezonansu Magnetycznego?

Odpowiedź: Zamawiający doprowadzi instalację wody lodowej do pomieszczenia technicznego RM (dokumentacja w załączniku).

Pytanie 23

Czy Zamawiający wykona układ wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o parametrach zgodnie z wymaganiami dostawcy Rezonansu Magnetycznego?

Odpowiedź: Instalacja zostanie doprowadzona do granicy pomieszczenia (rozprowadzenie wewnątrz po stronie dostawcy urządzenia – dokumentacja w załączniku).

Pytanie 24

Czy Zamawiający doprowadzi instalację elektryczną zgodnie z parametrami dostawcy Rezonansu Magnetycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dorzuci linie zasilające tablice do pomieszczenia technicznego RM.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wykona instalację teletechniczną, awaryjnych wyłączników zasilania zgodnie z wymaganiami dostawcy Rezonansu Magnetycznego?

Odpowiedź: Projekt nie zawiera awaryjnych wyłączników zasilania RM. Dostawca wykona we własnym zakresie instalację teletechniczną awaryjnych wyłączników zasilania zgodnie z wymaganiami Dostawcy RM.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wykona otwór technologiczny umożliwiający wprowadzenie Rezonansu Magnetycznego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wykona wzmocnienia stropów uwzględniając ciężar Klatki Faradaya oraz Rezonansu Magnetycznego?

Odpowiedź: Projektowany strop przewiduje dopuszczalne obciążenie 12kN/m².

Pytanie 28

Czy Zamawiający potwierdza, że wykończenie ścian, podłogi oraz sufitów w pomieszczeniu technicznym i sterowni wykona we własnym zakresie?

Odpowiedź: Projekt przewiduje wykończenie pomieszczenia technicznego i sterowni,

Pytanie 29**Dotyczy Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy § 9 ust. 8**

Prosimy o zmianę „Wykonawca zobowiązuje się zwrócić, na pierwsze żądanie Zamawiającego,” na Wykonawca zobowiązuje się zwrócić, na pierwsze żądanie Zamawiającego, na zasadach wynikających z kc

Prosimy o dodanie, że regres będzie następowała na podstawie kc, czyli zasady winy, przyczyniania się, adekwatnego związku przyczynowego itp.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść umowy. Umowa jednoznacznie określa zasady zwrotu zasądzonych wobec Zamawiającego, prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, roszczeń osób trzecich, które doznały szkody z powodu nieprawidłowego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Zgodnie z umową, Zamawiający ma obowiązek zgłoszenia interwencji ubocznej po stronie Zamawiającego w postępowaniu sądowym.

Pytanie 30**Dotyczy Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy § 10 ust. 7**

Prosimy o dodanie:

„7. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza

Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. „

Odpowiedź: : Zamawiający modyfikuje zapisy umowy § 10 ust. 7 (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 31

Dotyczy Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy § 11 ust. 6

Prosimy o dodanie „*Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.*”

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź: : Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy § 11 ust. 6 (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 32

Dotyczy Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy § 14 ust. 1 p. 3)

Prosimy o dodanie:

„*3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.*”

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmiankowanych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców.

Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Zdaniem Zamawiającego, powyższa sytuacja jest opisana w § 14 ust. 1 pkt 2 projektu umowy.

Pytanie 33

Dotyczy Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy § 14 ust. 2 p.4)

Prosimy o dodanie

„*4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.*”

Uzasadnienie j.w.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Zdaniem Zamawiającego, powyższa sytuacja jest opisana w § 14 ust. 1 pkt 2 projektu umowy.

Pytanie 34

Dotyczy Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy § 8 ust. 7

Prosimy o usunięcie ww. ustępu lub zmianę jego brzmienia na następujący *”Wykonawca może przesłać fakturę w formie elektronicznej”.*

Odpowiedź: Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz przyjęty przez Zamawiającego system obiegu dokumentów, Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 35

Dotyczy Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy § 9 ust. 2

Prosimy o zamianę „*naprawy bez względu na przyczynę usterki*” na „*naprawy bez względu na przyczynę usterki, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych z winy niewłaściwego użytkownika, niezgodnie z przeznaczeniem, inaczej niż określa to instrukcja obsługi i zalecenia producenta.*”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ, ponieważ oczekuje gwarancji w zakresie zgodnym z § 9 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 36

Dotyczy Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy § 9 ust. 5

Prosimy o zmianę: „Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać przy udziale Zamawiającego przeglądy gwarancyjne w okresach raz na 12 miesięcy” na „Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać przy udziale Zamawiającego przeglądy gwarancyjne w okresach wymaganych przez producenta” w przypadku naszych urządzeń jest to przegląd co pół roku ale pierwszy po roku, a każdy producent może mieć inne wymagania w celu zapewnienia sprawnego działania urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy § 9 ust. 5 (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 37

Dotyczy Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy § 9 ust. 6

Prosimy o usunięcie „*bądź sytuacji wyjątkowych (to jest awarii), wymagających od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia wad i usterek, w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od terminu ich zgłoszenia*”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy § 9 ust. 6 (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 38

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Rezonans magnetyczny 1.5 T wraz z wyposażeniem p. 219

Prosimy o zmianę brzmienia zapisu na następujący: „Uzupełnienie helu w magnezie do poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 39

Dotyczy zapisów SWZ rozdział V pkt. C – przedmiotowe środki dowodowe

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty w charakterze przedmiotowych środków dowodowych jedynie katalogów sporządzonych przez producenta oferowanego urządzenia. Przedmiotowy środek dowodowy w postaci folderu, ulotki lub katalogu może pochodzić od dystrybutora (wykonawcy). Istotne jest aby w jego treści znalazło się potwierdzenie że oferowany przedmiot zamówienia jest tym opisanym w folderze, ulotce czy katalogu (producent, nazwa własna, numer katalogowy itp.) i odpowiada w 100% pod względem wymienionych w treści SWZ i jej ewentualnych modyfikacjach (art. 137 p.z.p.) wymaganiom Zamawiającego (parametry i funkcje opisane w SWZ).

Pytanie 40

Dotyczy zapisów SWZ rozdział V pkt. C – przedmiotowe środki dowodowe

Czy Zamawiający skorzysta z prawa nadanego mu przez ustawodawcę w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dopuści złożenie oryginalnych firmowych katalogów producenta w języku angielskim?

Z uwagi na ciągły rozwój produkowanych urządzeń najnowsze katalogi i dane techniczne w pierwszej kolejności producent publikuje w języku angielskim, jako powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, następnie zaś w językach poszczególnych krajów. Dopuszczenie przedstawienia dokumentacji w języku angielskim umożliwi Wykonawcy potwierdzenie wymagań Zamawiającego za pomocą pełnej i aktualnej dokumentacji opisującej najnowsze rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w przypadku dołączenia do oferty dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski jego tłumaczenia na język polski.

Pytanie 41

Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ):

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie takiego zapisu do projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?:

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod

warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z:

(a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego,

(b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego;

(c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów;

(d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregoś z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie;

(e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązań Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: : Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SWZ § 9 ust. 9 - 12 (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 43

Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ):

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nowym postanowieniem o następującej treści:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia netto określonego w umowie.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: jak w odpowiedzi na pytanie nr 30. : Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 44

Dotyczy wzoru umowy - §10 Kary umowne (Załącznik nr 3 do SWZ)

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w projekcie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Zdaniem Zamawiającego powyższa kwestia jednoznacznie wynika z § 13 projektu umowy.

Pytanie 45

Dotyczy Pkt IV SWZ. Termin realizacji zamówienia oraz §2 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik 3 do SWZ):

Czy z uwagi na niemożliwość do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację, szkolenie itp.?

Odpowiedź: Wystąpienie siły wyższej jest uregulowane w § 13 projektu umowy.

Pytanie 46

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach oświadczeniem Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach oświadczeniem Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Pytanie 47

Dotyczy SWZ – Pkt V.C.2 „PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. Rezonansu magnetycznego 1,5T), z wyłączeniem dodatkowego wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych dla całego Przedmiotu Umowy. Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ tj. punkt V ppkt A - kryteria oceny ofert – punktacja (SWZ po modyfikacji dostępna jest na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).