



ZZP.2380.38.2024

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Dostawa i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami.<sup>1</sup>

**Pytanie nr 11**

Dotyczy części nr 5.

Zamawiający zapisał: awaryjne podtrzymywanie zasilania typu UPS.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zasilania UPS dedykowanego do urządzenia lub czy Zamawiający pyta o możliwość podłączenia urządzenia do UPS?

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 1 urządzenia UPS dla każdego termocyklera?

Swoje pytania motywujemy, faktem, iż system UPS nie jest częścią integralną urządzenia typu termocykler i konieczność dołączenia zasilacza UPS do oferty wpłynie na cenę końcową dla rozwiązania, które chcielibyśmy zaproponować.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanego UPS-a do każdego termocyklera.

**Pytanie nr 12**

Dotyczy części nr 5.

Potencjalny wykonawca nie posiada w swojej ofercie bezpłatnych zestawów startowych odczynników, w tym również GlobalFiler™ PCR Amplification Kit oraz Yfiler™ Plus PCR Amplification Kit. Odczynniki dostępne w regularnej ofercie producenta występują w opakowaniach z konfekcjonowaniem na odpowiednio 200 oraz 100 reakcji w zależności od kitu z ceną katalogową netto 22 200,00 zł oraz netto 20 330,00 zł.

Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia takiego zestawu w ofercie?

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ilości wymaganych płytek 96-dołkowych oraz folii?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ<sup>2</sup>, polegający na zmianie zapisu w pkt 5.2.1 w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 5 zawartego w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca wraz z urządzeniem, w cenie oferty, dostarczy zestawy startowe odczynników: GlobalFiler™ PCR Amplification Kit firmy Applied Biosystems by Thermo Fisher Scientific – 1 opakowanie (na 200 reakcji) oraz Yfiler™ Plus PCR Amplification Kit firmy Applied Biosystems by Thermo Fisher Scientific - 1 opakowanie (na 100 reakcji), umożliwiające przeprowadzenie multipleksowej reakcji PCR oraz materiałów zużywalnych dedykowanych dla urządzenia, w tym: płytki 96-dołkowe - 1 op. (25 szt.)/i folie - 1 op. (100 szt.), niezbędnych do wewnętrznej walidacji urządzenia;*

**Pytanie nr 13**

Dotyczy części nr 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynniki z terminem ważności min. 5-6 miesięcy w przypadku, gdy w magazynie nie byłoby odczynników dostępnych z terminem ważności 9 miesięcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników z datą ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

<sup>2</sup> podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy

**Pytanie nr 14**

Dotyczy części nr 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu z rokiem 2023 lub 2024? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu z rokiem 2023 lub 2024?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Urządzenia muszą być wyprodukowane w 2024 r.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy części nr 5.

Aparat, który chcielibyśmy zaproponować nie wymaga instalacji przez inżyniera serwisowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uruchomienie aparatu wykonane zostało przez dowolnego przedstawiciela reprezentującego Wykonawcę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ<sup>2</sup>, polegający na zmianie zapisu w pkt 5.3.4 w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 5 zawartego w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie:

*instalacja, uruchomienie i kalibracja urządzenia winna być wykonywana przez autoryzowany serwis producenta lub przedstawiciela wykonawcy,*

**Pytanie nr 16**

Dotyczy części nr 5.

Dla urządzenia, które chcielibyśmy zaproponować nie ma wymogu wykonywania przeglądu w pierwszym roku gwarancji. Dlatego też zakup urządzenia nie obejmuje przeglądu w pierwszym roku gwarancji. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby usługa serwisowa – przegląd, została uwzględniona w cenie oferty?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądów zgodnie ze zmianą określoną w pkt 6 ppkt 1 pisma z dnia 17.07.2024 r. (str. 4) - plik pn. „Wyjaśnienia i zmiany z dnia 17.07.2024 r.”. Opis po zmianach z dnia 17.07.2024 r. został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania - plik pn. „Zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 17.07.2024 r.” Wymóg ten jest podyktowany dużą ilością prowadzonych badań w Laboratorium Kryminalistycznym.

**Pytanie nr 17**

Dotyczy części nr 5.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie liczby osób, które miałyby uczestniczyć w szkoleniu. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż informacja ta jest niezbędna do oszacowania wartości końcowej oferty jaką chcielibyśmy przygotować.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W szkoleniu będzie uczestniczyć do 15 osób.

**Pytanie nr 18**

Dotyczy części nr 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim?

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż konieczność tłumaczenia na język polski znacząco podniesie wartość końcową aparatu, który chcielibyśmy zaproponować. Ponadto interfejs urządzenia jest również w języku angielskim.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Instrukcja obsługi musi być w języku polskim.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy uwzględniające powyższe zmiany stanowią załączniki do niniejszego pisma - pliki pn. „Zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 19.07.2024 r.” Nowa treść została oznaczona czcionką w kolorze **brązowym**.