



Szp/ZP – 015/ 193/2023

Wrocław, dnia 15.03.2023 r.

### INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „SERWIS TECHNICZNY APARATURY MEDYCZNEJ”,

#### Pytanie 1, Załącznik nr 8 do SWZ, urządzenia do sterylizacji

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 1, przeglądy techniczne mają być przeprowadzone zgodnie z aktualnymi zaleceniami i dokumentacją techniczną producenta? Wyjaśniamy, że zakres podany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jest nieaktualny i obejmuje czynności niezalecane przez wytwórcę urządzeń.

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pogwarancyjne przeglądy techniczne mają być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami producenta wraz z dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach postępowania.*

#### Pytanie 2, Załącznik nr 1.1 Zadanie 1

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie pozycji 9-13 jako osobnego zadania. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 8 pkt. 6, zawiera testy, które nie są wymagane przez producentów urządzeń i wykraczają poza zakres standardowy usług serwisu, a także narażają Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty. Ponadto są to wyroby różnych wytwórców i wydzielenie ich do osobnego zadania zwiększy konkurencyjność co może obniżyć koszty obsługi serwisowej.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez mian i nie wydzieli pozycji 9-13 jako osobne zadanie. Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia pracują w jednolitym ciągu technologicznym i dlatego wymagają jednolitego serwisu. Zamawiający uzasadnia to ze względów technologicznych jak i organizacyjnych.*

#### Pytanie 3, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji

W przypadku negatywnej odpowiedzi na wniosek o wydzielenie pozycji 9-13, zwracamy się z wnioskiem o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 8 pkt. 6 i ograniczenie zakresu przeglądu technicznego do usługi zgodnej zakresem z aktualnymi zaleceniami producentów urządzeń. Serwis nie odpowiada za wykonywanie i nadzór nad jakością zgrzewów ponieważ jest to rutynowy obowiązek użytkowników. Dodatkowo informujemy, że kartę charakterystyki opakowań do sterylizacji, która zawiera szczegółowe dane w zakresie wytrzymałości na rozciąganie, rozrywanie i próby ciśnieniowe w warunkach suchych i mokrych, Zamawiający powinien otrzymać nieodpłatnie do producenta lub dostawcy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby czynności specjalistyczne były wykonywane przez serwis. Zamawiający jako podmiot leczniczy nie dysponuje specjalistyczną aparaturą do pomiaru jakości zgrzewów. Wykonawca jako podmiot profesjonalny powinien dysponować zapleczem technicznym jak i wiedzą w tym zakresie.*



**Pytanie 4, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na wnioski o wydzielenie lub zmianę zakresu obsługi zgrzewarek, prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie Załącznikiem nr 8 pkt. 6 i podanie typu i producenta testu paskowego zgrzewu jaki należy przeprowadzić.

*Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie typu i producenta testu paskowego zgrzewu jaki należy przeprowadzić.*

**Pytanie 5, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na wnioski o wydzielenie lub zmianę zakresu obsługi zgrzewarek, prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie Załącznikiem nr 8 pkt. 6 i podanie typu i producenta testu atramentowego zgrzewu jaki należy przeprowadzić.

*Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie typu i producenta testu atramentowego zgrzewu jaki należy przeprowadzić.*

**Pytanie 6, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

W przypadku podtrzymania wymagań dotyczących wykonania „testu atramentowego”, zwracamy się z wnioskiem o podanie gramatury papieru i rodzaju folii (ilość warstw i rodzaj materiałów). Informacja jest niezbędna do przygotowania prawidłowej oferty.

*Odpowiedź: Zamawiający określa gramaturę papieru min. 60g/m<sup>2</sup>, grubość folii nie większa niż 52 mikrony 5 warstwowa, przezroczysta.*

**Pytanie 7, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

W przypadku podtrzymania wymagań dotyczących „testu siły rozrywu grzewu”, zwracamy się z wnioskiem o podanie gramatury papieru / włókniny / Tyvek i rodzaju folii (ilość warstw i rodzaj materiałów). Informacja jest niezbędna do przygotowania prawidłowej oferty.

*Odpowiedź: Zamawiający określa gramaturę papieru: min 60g/m<sup>2</sup>, gramatura włókniny: 66g/m<sup>2</sup> i 57g/m<sup>2</sup>, gramatura Tyvek: 35,6g/m<sup>2</sup>. Folia min 5 warstwowa, przezroczysta.*

**Pytanie 8, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

W przypadku podtrzymania wymagań dotyczących „testu siły rozrywu grzewu”, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje kartą charakterystyki technicznej opakowań, które mają zostać poddane badaniom i udostępni je Wykonawcom?

*Odpowiedź: Zamawiający dysponuje kartą charakterystyki technicznej opakowań i udostępni na pisemną prośbę Wykonawcy. Jest to dokument w postaci folderu (książki) producenta, którego szybkie ucyfrowienie nie jest możliwe.*

**Pytanie 9, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

W przypadku podtrzymania wymagań dotyczących wykonania „testu zgrzewu paskowego”, „testu atramentowego” i „testu siły rozrywu grzewu”, prosimy o podanie odpowiednio dla każdego z nich, oczekiwanej ilości testów w tym ilości, typu i szerokości opakowań.

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga max 3 testów z 10 różnych szerokości.*



**Pytanie 10, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z pkt. 7 usługi obejmującej pomiar rozkładu temperatur niezależnymi czujnikami. Usługa walidacji nie jest elementem standardowego przeglądu technicznego myjni – dezynfektorów Getinge i naraża Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że pomiar rozkładu temperatur niezależnymi czujnikami wskazuje, czy proces dezynfekcji przebiega prawidłowo.*

**Pytanie 11, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na wniosek o usunięcie wymogu wykonania walidacji, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień ile programów na każdym z urządzeń ma zostać sprawdzonych. Prosimy o podanie ilości programów z przyporządkowaniem do numeru seryjnego urządzenia. Odpowiedź Zamawiającego jest niezbędna do ustalenia charakteru walidacji i prawidłowej wyceny.

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprawdzenia 3 programów na każde urządzenie.*

**Pytanie 12, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z pkt. 8 usługi obejmującej pomiar rozkładu temperatur i ciśnienia niezależnymi czujnikami. Usługa walidacji nie jest elementem standardowego przeglądu technicznego sterylizatorów Getinge i naraża Zamawiającego na dodatkowe, nieuzasadnione koszty.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że pomiar rozkładu temperatur i ciśnienia niezależnymi czujnikami wskazuje, czy proces sterylizacji przebiega prawidłowo.*

**Pytanie 13, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na wniosek o usunięcie wymogu wykonania walidacji, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wymaga walidacji różnych wsadów na poszczególnych programach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości wsadów na danym programie. Odpowiedź Zamawiającego jest niezbędna do ustalenia charakteru walidacji i prawidłowej wyceny

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania 3 wsadów na danym programie.*

**Pytanie 14, Załącznik nr 8, urządzenia do sterylizacji**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na wniosek o usunięcie wymogu wykonania walidacji, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy zgodnie z zasadami walidacji PQ badanie ma obejmować rozkład temperatur w 10 różnych punktach wsadu, natomiast ciśnienia tylko w jednym czy w różnych, jeżeli tak to jakich? Odpowiedź Zamawiającego jest niezbędna do ustalenia charakteru walidacji i prawidłowej wyceny.

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga pomiaru rozkładu temperatury w 10 punktach wsadu, a ciśnienia w jednym.*

**Pytanie 15, Załącznik nr 2, § 6 ust. 1**

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i przedstawienie harmonogramu usług ponieważ na podstawie ilości podanej w Załączniku nr 1.1. trudno to jednoznacznie ustalić. Odpowiedź Zamawiającego jest niezbędna do przygotowania oferty cenowej.



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że podana ilość przeglądów okresowych jest podstawą do wyceny oferty przez Wykonawcę. Harmonogram usług jedynie precyzuje terminy w jakim mają odbyć się przeglądy bez wpływu na ich ilość a więc i wycenę.*

*Zgodnie z zapisem par 4 ust 2 Załącznika nr 2 - umowa wzór Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym niniejszego harmonogramu przeglądów.*

### **Pytanie 16, Załącznik nr 1.1, Zadanie nr 1**

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i podanie ilu przeglądów sterylizatorów Zamawiający wymaga w okresie 1 roku? Według podanej ilości jest to 6 przeglądów natomiast zgodnie z zaleceniami producenta powinno być 4 przeglądy. Prosimy o określenie jaki jest cel i zakres dodatkowych przeglądów. Odpowiedź Zamawiającego jest niezbędna do przygotowania oferty cenowej.

*Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ilości przeglądów określone w załączniku nr 1.1 – formularz asortymentowo-cenowy do ilości zalecanych przez Producenta sprzętu. Podane w załączniku ilości dotyczą całego okresu trwania umowy tj. 24 miesięcy.*

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

*mgr inż. Jacek Banaszak*