



Wrocław, 13 stycznia 2021r

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.90.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1- Pakiet nr 3 - Zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego kompatybilny z posiadanym przez szpital monitorem: Producent SOPHYSA , Francja, rok prod 2015.Nazwa monitora :Pressio nr kat PSO-3000, nr ser 15A01775 - Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie czujnika ICP – do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego, **nie wymagający kalibracji**, odporny na zagięcia, wyposażony w mikroprocesor krzemowy. System przetwarzania sygnału oparty na mechanizmie piezoelektrycznym. Osłonka czujnika poliuretanowa (PUR), średnica zewnętrzna czujnika: 5F (1,65mm); długość 55 cm. Zakres wartości ciśnienia roboczego od –40mmHg do +400mmHg. Stabilność (dryft czasowy) poniżej 0,7mmHg do 5 dni pomiaru. Czujnik dostarczany w zestawie z dedykowaną śrubą mocującą typu bolt, kalibrowanym wiertłem z regulacją głębokości. Czujnik kompatybilny z posiadanym monitorem pacjenta poprzez moduł zerujący NPS2 posiadany przez Zamawiającego? *Wyjaśnienie; Takie rozwiązanie jest bardziej uniwersalne, gdyż pozwala na podłączenie nowoczesnych czujników (z pomiarem cyfrowym) poprzez moduł zerujący bezpośrednio do posiadanego monitora pacjenta*

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaofiarowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
KOMENDANTA
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SPZOZ we Wrocławiu
.....
mgr inż. STRAŻ
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)