



AMW-KANC.SZP.2712.23.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132
Pzp pt.: **Dostawa sprzętu do wykrywania zagrożeń CBRN (skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych) oraz symulacji skażeń**

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Bardzo proszę o wyjaśnienie treści SWZ w poniższych kwestiach:

W sekcji „Wykaz podmiotowych środków dowodowych” rozdział 9 pkt. 2 Zamawiający zawarł, iż Wykonawca winien złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy pzp
- b) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 3-10 ustawy pzp. dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Czy Zamawiający uzna zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jeśli zawierają poniższe zapisy, ponieważ Krajowy Rejestr Sądowy wydaje zaświadczenia jedynie w poniższych zakresach?

Podmiotowe Art. 108 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP z dnia 11.09.2019

Osobowe Art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 oraz Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a), b), pkt.3

Bardzo prosimy o sprostowanie zapisu SWZ w tej kwestii.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieszcza zmianę do SWZ

Zapytanie 2:

Dot. Części III Dostawa urządzeń do wykrywania skażeń chemicznych i biologicznych sekcja Przenośny detektor osobisty do wykrywania skażeń chemicznych wykorzystujący do analizy metodę ruchliwości jonów 1. 6 Zestawienia minimalnych wymagań „Zamawiający w wierszu 24 zapisał „aktualne świadectwo wzorcowania z interpretacją wyników (z jednoczesną oceną czy w sensie metrologicznym wyrób jest sprawny)

Urządzenie IMS przez nas proponowane nie wymaga wzorcowania, wraz z dostawą dostarczany jest dokument CoC (Certificate of Conformity) stanowiący deklarację zgodności urządzenia wystawione przez producenta bez interpretacji wyników.

Czy zamawiający uzna taki dokument?



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl



Odpowiedź 2:

TAK

Zapytanie 3:

Dot. Części III Dostawa urządzeń do wykrywania skażeń chemicznych i biologicznych, sekcja Przenośny detektor osobisty do wykrywania skażeń chemicznych wykorzystujący do analizy metodę ruchliwości jonów wiersz 9

Czy zamawiający uzna urządzenie, którego minimalny zakres pracy wynosi -32°C do 49°C ?

Odpowiedź 3:

TAK

Zapytanie 4:

Dot. Części III przenośny detektor skażeń biologicznych

Urządzenie określa wynik bezpośrednio jednakże wyświetlenie jego jest możliwe po podłączeniu do komputera. Urządzenie nie posiada wbudowanego ekranu ponieważ jego obecność spowodowałaby zmniejszenie zakresu temperatury pracy.

Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź 4:

Jeśli urządzenie automatycznie zaalarmuje o wzroście zagrożenia biologicznego (samodzielnie, bez konieczności komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi np. komputer) - TAK