

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

pn.

DOSTAWA SPRZĘTU DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFICZNYCH - DEPOZYT

prowadzonego z zastosowaniem procedury
o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp

ZNAK SPRAWY: ZP-22-021UN

ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71

godz. pracy Zamawiającego - 07:00 – 14:35

www.platformazakupowa.pl - na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia

Wartość zamówienia **przekracza** progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w terminie: do 17.05.2022r. do godz. 08:00

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).

Treść SWZ z załącznikami zatwierdzam

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał

- a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
- b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
- c) **Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:**
- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 4 SWZ,
 - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
 - złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
- d) **Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.**

W takim przypadku:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
 - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
 - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

2. Komunikacja w postępowaniu

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale III podrozdział 1 niniejszej SWZ.

3. Podział zamówienia na części

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na **46 części**. Opis poszczególnych części znajduje się w rozdziale II podrozdziale 1.3 SWZ.

4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

5. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.

6. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227–238 ustawy Pzp.

7. Rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

8. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

10. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

- a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
- b) Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych – depozyt.**
- c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
- d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 49 do SWZ.
- f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
- g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
 - art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
 - art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
- h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 47 do SWZ → druk OFERTA.
- i) Zamawiający informuje, że:
 - Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
 - Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych

- genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 - Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
 - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
 - W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

11. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 pzp, Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia tylko podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ II - WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt.
2. Wspólny słownik zamówień: 33140000-3 materiały medyczne
3. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:**
 - opis przedmiotu zamówienia - załączniki asortymentowo – cenowe (pakiety) od nr 1 do nr 46 do SWZ.

Pakiet nr 1	Introduktor prosty z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu
Pakiet nr 2	Introduktor zbrojony z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu tzw. koszulka prowadząca
Pakiet nr 3	Mini-introduktor/koszulka do tętnic obwodowych
Pakiet nr 4	Prowadnik stalowy pokryty teflonem 0,032"; 0,035"; 0,038"
Pakiet nr 5	Prowadnik hydrofilny 0,018" i 0,035"
Pakiet nr 6	Prowadnik typu Amplatz Super Stiff
Pakiet nr 7	Prowadnik typu Back – Up Meier
Pakiet nr 8	Prowadnik stalowy pokryty teflonem 0,014"
Pakiet nr 9	Prowadnik zabiegowy 0,014"; 0,018"; 0,035"
Pakiet nr 10	Cewniki diagnostyczne
Pakiet nr 11	Cewniki diagnostyczne zbrojone
Pakiet nr 12	Cewnik prowadzący zbrojony
Pakiet nr 13	Mikrocewnik
Pakiet nr 14	Cewniki do trombolizy celowanej
Pakiet nr 15	Cewniki z pętlą do wychwytywania ciał obcych
Pakiet nr 16	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki naczyń obwodowych

	0,035"
Pakiet nr 17	Cewnik balonowy do angioplastyki bardzo wąskich naczyń 0,014"
Pakiet nr 18	Cewnik balonowy do angioplastyki wąskich naczyń 0,018"
Pakiet nr 19	Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic nerkowych w systemie RX
Pakiet nr 20	Cewnik balonowy do angioplastyki dużych naczyń
Pakiet nr 21	Cewnik balonowy niepodatny dedykowany do angioplastyki przetok dializacyjnych
Pakiet nr 22	Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych
Pakiet nr 23	Stent samorozprężalny do dużych naczyń
Pakiet nr 24	Stent samorozprężalny nitynolowy pleciony
Pakiet nr 25	Stent samorozprężalny dedykowany do tętnicy podkolanowej
Pakiet nr 26	Stent kobaltowo – chromowy pokryty lekiem do tętnic podudzi
Pakiet nr 27	Stent kobaltowo- chromowy montowany na balonie
Pakiet nr 28	Stent samorozprężalny do naczyń żylnych
Pakiet nr 29	Stent kobaltowo- chromowy montowany na balonie do tętnic trzewnych w systemie RX
Pakiet nr 30	Stent kobaltowo- chromowy montowany na balonie do tętnic nerkowych w systemie RX
Pakiet nr 31	Stent samorozprężalny dedykowany do tętnic poniżej kolana
Pakiet nr 32	Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych z jednoręcznym systemem uwalniania (pokrętło)
Pakiet nr 33	Stent pokryty PTFE samorozprężalny nitynolowy
Pakiet nr 34	Stent kryty rozprężalny na balonie
Pakiet nr 35	Embolizacyjne spirale „coile” - typu „detachable”
Pakiet nr 36	Zatyczka naczyniowa do naczyń obwodowych
Pakiet nr 37	Zatyczka naczyniowa do małych naczyń
Pakiet nr 38	Zestaw do chemoembolizacji guzów wątroby
Pakiet nr 39	Łącznik niskociśnieniowy
Pakiet nr 40	Łącznik wysokociśnieniowy
Pakiet nr 41	Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy 20 bar
Pakiet nr 42	Łącznik Y – obrotowy
Pakiet nr 43	Igła jednoczęściowa
Pakiet nr 44	Igła dwuczęściowa
Pakiet nr 45	Rozszerzadło (dylatator)
Pakiet nr 46	Strzykawka wysokociśnieniowa do angioplastyki

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 48 do SWZ.
- Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. Zm) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
 - Oznakowanie zgodności CE zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 05.04.2017r. dotyczy każdej pozycji ze wszystkich pakietów.
 - Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.
 - Termin ważności przedmiotu umowy (przydatności do użycia) nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia złożenia do depozytu.
 - Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy dostarczy oferowany przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ilości zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem Zamawiającego tworząc depozyt. Miejsmem depozytu będzie Zakład Radiologii – Budynek Nr 1 - SPSKM im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach, ul. Francuska20-24. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 - Zamawiający będzie nieodpłatnie składował towar w depozycie (skład depozytowy).
 - Dostawa towarów do składu depozytowego potwierdzana będzie przez Zamawiającego na podstawie wystawianych przez Wykonawcę dowodów Wz zawierających nazwę produktu, ilość, nr serii, termin ważności.
 - Zamawiający po pobraniu przedmiotu zamówienia z miejsca składowania zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o ilościach i dacie pobrania towaru, w terminie 5 dni roboczych od dnia

- jego pobrania drogą mailową lub za pośrednictwem faksu na stosownym druku - kontrolnej karcie wykorzystania towaru - wzór druku stanowi **Załącznik nr 48a do SWZ**.
12. Informacja o pobraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z miejsca składowania będzie podstawą do wystawienia faktury VAT na ilość, którą Zamawiający pobrat.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzupełnienia przedmiotu zamówienia o ilość, którą Zamawiający pobrat w terminie do 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jego pobraniu.
 14. Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację zdeponowanego przedmiotu zamówienia po zakończeniu umowy.
 15. Zamawiający będzie odbierał towary ze składu depozytowego, zgodnie z własnymi za potrzebowaniami. Odbiór towaru i przeniesienie ich własności na Zamawiającego nastąpi z chwilą ich pobrania ze składu depozytowego.
 16. Z chwilą wygaśnięcia umowy przedmiot zamówienia pozostający w miejscu składowania zostanie niezwłocznie odebrany przez Wykonawcę na podstawie protokołu podpisanego przez Dostawcę i osoby odpowiedzialne za nadzór ze strony SPSKM.
 17. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór nad przedmiotem zamówienia.
 18. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć depozyt od ryzyka utraty przedmiotu depozytu przez cały czas trwania umowy.
 19. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu zamówienia.
 20. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniu producenta. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę.
 21. Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać: *nazwę, nr serii, datę ważności*.
 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu **48 godzin**, na podstawie zamówienia złożonego drogą mailową, faksową bądź telefoniczną (potwierdzoną po złożeniu zamówieniu pisemnie) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 23. Zapłata za dostarczony do depozytu przedmiot zamówienia następować będzie po pobraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z miejsca składowania jednakże **w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia pobrania**.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obowiązkowe. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA, BY WYKONAWCA ZŁOŻYŁ WRAZ Z OFERTĄ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
 - a) *Opisy, katalogi, karty techniczne w języku polskim potwierdzające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry*. Z dołączonego opisu/folderów/katalogu musi jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SWZ.
 - b) **Powiadomienie/Zgłoszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych** potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.).
 - c) **- W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA WYROBU MEDYCZNEGO *KLASY I* ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:**
 - a) *Deklaracji zgodności EC (WE) sporządzonej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, poświadczająca zgodność oferowanego wyrobu z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r., dotyczącą wyrobów medycznych klasy I, które zostały dopuszczone do obrotu przez producenta przed dniem 26.05.2021r. lub deklarację zgodności, wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. W dokumencie należy dołączyć wszystkie załączniki*

potwierdzające przynależność dokumentu do oferowanych wyrobów medycznych w formularzu asortymentowo-cenowym.

- W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA WYROBU MEDYCZNEGO DOTYCZĄCEGO KLASY Is, Im, Ir, Ila, I Ib, III WYROBÓW MEDYCZNYCH ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- a) Deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawioną przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, poświadczającą zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r., lub deklarację zgodności, wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, poświadczającą zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. W dokumencie należy dołączyć wszystkie załączniki potwierdzające przynależność dokumentu do oferowanych wyrobów medycznych w formularzu asortymentowo-cenowym.
 - b) Certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r., dla wyrobów medycznych objętych okresem przejściowym lub wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r.
 - c) Zamawiający wymaga obecności kodu UDI na etykiecie wyrobu medycznego oraz wyższych poziomach opakowania oraz zawarcia w treści deklaracji zgodności kodu Basic UDI-DI dla wyrobów medycznych do implantacji oraz klasy III zgodnych z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r.
- d) W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POSIADA OCENIANE PARAMETRY OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ, **ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA DOŁĄCZENIA DO OFERTY:**
Próbek w ilościach po 2 sztuki z pakietu nr 10, 11, potwierdzających oceniane parametry określone przez Zamawiającego w SWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych do oferty próbkach ocenianego parametru będzie **skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów.**

Wymagane próbki należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w pokoju nr 2 (Budynek nr 6) w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 07:00 do 14:35. Dni pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wymagane próbki należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Umów w pokoju nr 2 (Budynek nr 6) w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 07:00 do 14:35. Dni pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

UWAGA! Zamawiający przypomina, że brak dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych spowoduje odrzucenie złożonej oferty.

3. Termin wykonania zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie **12 miesięcy.**

4. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.

5. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2, oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1

6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

4. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

- a) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 4 i 5 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie **na formularzu JEDZ**. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

JEDZ sporządza odrębnie:

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
- podwykonawca, na którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zostać wypełniona część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podwykonawca *(jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy)*.

Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem:

- platformy zakupowej zamawiającego poprzez : www.platformazakupowa.pl lub
- przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową <https://espd.uzp.gov.pl/> lub
- za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz JEDZ (załącznik do SWZ), który zamieścił na Platformie. W przypadku gdy wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisanie ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.

Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

JEDZ należy wypełnić w następujących częściach: **Część II sekcja A z wyłączeniem informacji dotyczących zamówień zastrzeżonych, Część II sekcja A, B, C Część III sekcja A, B, C i D, Część IV Sekcja α lub sekcja A-D**

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym, jeśli jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

b) Pełnomocnictwo

- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

Wymagana forma:

- oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

Wymagana forma:

Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

d) Formularz cenowy (załączniki nr 1- 46 do SWZ)

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w oryginale na załączonym do SWZ wzorze, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa** – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wymagana forma:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie

- f) Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 47 do SWZ druk OFERTA)** – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie spełnienia wymogów RODO oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści SWZ.

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w oryginale na załączonym do SWZ wzorze, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną

ZP-22-021UN

do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- a) **informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- b) **oświadczenie wykonawcy**, w zakresie art.108 ust.1 pkt.5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **Załącznik nr 50**
- c) **oświadczenie wykonawcy** o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu - JEDZ, o którym mowa w art.125 ust.2 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - **załącznik nr 51 do SWZ**

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
- 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zgodnie z art. 128 ustawy pzp, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Pakiet nr 1	220,00	Pakiet nr 26	750,00
Pakiet nr 2	30,00	Pakiet nr 27	1640,00
Pakiet nr 3	230,00	Pakiet nr 28	770,00
Pakiet nr 4	260,00	Pakiet nr 29	340,00
Pakiet nr 5	300,00	Pakiet nr 30	250,00
Pakiet nr 6	80,00	Pakiet nr 31	270,00
Pakiet nr 7	160,00	Pakiet nr 32	700,00
Pakiet nr 8	100,00	Pakiet nr 33	1400,00
Pakiet nr 9	1000,00	Pakiet nr 34	1000,00
Pakiet nr 10	100,00	Pakiet nr 35	360,00
Pakiet nr 11	470,00	Pakiet nr 36	900,00
Pakiet nr 12	750,00	Pakiet nr 37	600,00
Pakiet nr 13	600,00	Pakiet nr 38	900,00
Pakiet nr 14	180,00	Pakiet nr 39	1,00
Pakiet nr 15	130,00	Pakiet nr 40	30,00

Pakiet nr 16	1300,00	Pakiet nr 41	7,00
Pakiet nr 17	270,00	Pakiet nr 42	13,00
Pakiet nr 18	930,00	Pakiet nr 43	7,00
Pakiet nr 19	190,00	Pakiet nr 44	4,00
Pakiet nr 20	330,00	Pakiet nr 45	13,00
Pakiet nr 21	140,00	Pakiet nr 46	200,00
Pakiet nr 22	2400,00		
Pakiet nr 23	900,00		
Pakiet nr 24	460,00		
Pakiet nr 25	3300,00		

- 2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia **14.08.2022r.**
- 3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku **Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice**, numer rachunku **30 1130 1091 0003 9110 0620 0003** Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
- 5) W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
 - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 - kwotę gwarancji/poręczenia,
 - termin ważności gwarancji/poręczenia,
 - zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
- 6) W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
- 7) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 98 ust. 7 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt” oznaczenie sprawy: ZP-22-021UN**
- 8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
- 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

8. Sposób przygotowania oferty

- a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem www.platformazakupowa.pl
- b) Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

ZP-22-021UN

- c) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
- d) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy PZP **tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być** nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa musi być zamieszczona w odrębnym pliku i określać przedmiot będący jej treścią z uzasadnieniem (podstawa prawna utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając w jakli sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art.11 pkt.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
- Informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
 - Informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
- e) W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczył status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.
- f) Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy (np. art. 222 ust.5 PZP) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- g) W przypadku gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
- h) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej ceny jako rażąco niskiej w trybie art. 224 PZP, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia ich wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- i) Oferta na wybrane i oferowane przez wykonawcę zadania (pakiety) musi posiadać pełny asortyment.
- j) Brak jakiegokolwiek pozycji w oferowanej części lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- k) **Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.**
- l) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 2
- m) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy .

9. Opis sposobu obliczania ceny

- a) Wykonawca obliczy cenę oferty brutto według formularza asortymentowo-cenowego, z zastrzeżeniem, że wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. Opis sposobu obliczenia ceny: zamawiana ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto.
- b) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym wszystkie ceny podane w formularzu cenowym uwzględniają stawkę VAT w obowiązującej wysokości.
- c) Cenę oferty, jak również poszczególne ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, treści SWZ oraz projektowanych postanowień umowy.

ZP-22-021UN

- d) Cena oferty, jak również poszczególne ceny jednostkowe obejmują także wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty. Wykonawca skalkuluje ponadto wszystkie potencjalne rodzaje ryzyka ekonomicznego, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, a wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
- e) W formularzu oferty wykonawca podaje wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z dyspozycjami lit. a–d powyżej.
- f) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.
- Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 47 do SWZ → OFERTA. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.
- g) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.

Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz.

Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. **Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.**

- h) Zamawiający odrzuci ofertę, której cena została obliczona przy uwzględnieniu niewłaściwej stawki VAT na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ III - INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i wykonawców z zamawiającym

- 1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem <https://www.platformazakupowa.pl> i formularza „*wyślij wiadomość*” dostępnego na stronie internetowej obsługującej przedmiotowe postępowanie.
- 2) Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
- 3) Zamawiający informuje, że zgodnie z Ustawą nie wyraża zgody na jakikolwiek inny kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami zatrudnionymi w SPSKM do porozumiewania się z Wykonawcami, niż wskazany w pkt 1. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub /i osobisty w swojej siedzibie.

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

ZP-22-021UN

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **17.05.2022r.** do godz. **08:00**

Sposób składania ofert:

→ za pośrednictwem Platformy zakupowej

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.05.2022r.** o godz. **08:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
- 2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

3. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **14.08.2022r.**

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Pakiet nr od 1 do 9 i od 12 do 46.

CENA – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę (PC):

$PC = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 100\%$ gdzie:

C_{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert

C_{bo} - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

PC - liczba punktów za cenę

Pakiet nr 10, 11

CENA – 60%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę (PC):

$PC = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\%$ gdzie:

C_{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert

C_{bo} - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

PC - liczba punktów za cenę

JAKOŚĆ – 40%

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SWZ. Dodatkowe punkty za n/w parametr zostaną przyznane na podstawie próbek w ilości i rodzaju określone w Rozdz. II podrozdz.2 pkt. 1d SWZ. Próbki potwierdzające jakość należy dołączyć do oferty. Brak dostarczenia próbek, będzie skutkowało nieprzyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt).

Lp.	Opis pozycji ocenianej	Ilość przyznanych dodatkowych pkt
	<i>końcówka atraumatyczna bardzo słabo widoczna w fluoroskopii (zarys końcówki)</i>	0 pkt
	<i>końcówka atraumatyczna bardzo dobrze, wyraźnie widoczna w fluoroskopii</i>	40 pkt

Uzyskane punkty za jakość zostaną podstawione do wzoru:

ZP-22-021UN

$P_j = (bo / max) \times 100 \times 40\%$ gdzie:

max - maksymalna ilość uzyskanych punktów spośród ocenianych ofert

bo - ilość pkt uzyskana przez badaną ofertę

100 - stały współczynnik

P_j - liczba punktów za jakość

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za jakość (maks. 40).

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 48 do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

6. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
- 2) Wykonawca przed zawarciem umowy:
 - podaje wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

7. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Introduktor prosty z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Introduktor prosty z zastawką hemostatyczną, radioznacznikiem na końcu, w zestawie razem z igłą 18G, dilatator współpracujący z przewodnikiem do 0,035", długość od 11cm do 23 cm. Średnica 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F	350					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 – Introduktor zbrojony z zastawką hemostatyczną z radioznacznikiem na końcu tzw. koszulka prowadząca

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Introduktor zbrojony z zastawką hemostatyczną, radioznacznikiem na końcu, powłoką hydrofilną, długość od 45cm do 90 cm o różnych kształtach (m.in. RDC, MPA), średnica od 4F do 12F.	40					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – Mini-introductor/koszula do tętnic obwodowych

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Introductor do tętnicy obwodowej z zastawką hemostatyczną, w zestawie z przewodnikiem 0,018", dostosowaną do niego igłą, długość koszulki od 6cm lub 7cm, średnica do 3F	20					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – Prowadnik stalowy pokryty teflonem 0,032"; 0,035"; 0,038"

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prowadnik stalowy pokryty teflonem z końcówką prostą i „J” 0,032”; 0,035”; 0,038”, długość: od 260cm i powyżej 350cm	270					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 5 – Prowadnik hydrofilny 0,018" i 0,035"

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prowadnik nitynowy pokryty na całej długości z powłoką hydrofilną ze zwężającą (tapered) elastyczną końcówką o długości 3cm. Średnica: 0,018" i 0,035", nitynowy rdzeń, polimerowa powłoka hydrofilna, bardzo dobra widoczność w RTG, co najmniej 3 długości: 150cm, 180cm i 260cm, 2 rodzaje tzw. „shaftu” – standardowy (średnica 0,035" i 0,018") i sztywny (0,035"). Co najmniej 3 końcówki robocze: prosta, J i zagięta (45°) dla standardowego i 2 końcówki: prosta i zagięta dla sztywnego.	120					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 6 – Prowadnik typu Amplatz Super Stiff

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prowadnik typu Amplatz Super Stiff, średnica 0,035", co najmniej 2 długości prowadnika: 180cm i co najmniej 260cm, co najmniej dwa rodzaje końcówek: prosta i „J” lub „C”.	30					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 7 – Prowadnik typu Back – Up Meier

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prowadnik typu Back – Up Meier, średnica 0,035", długość co najmniej 300cm, końcówka „J” lub „C”, stalowy rdzeń, pokryty PTFE, giętkość powyżej 100GPa.	40					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 8 – Prowadnik stalowy pokryty teflonem 0,014”

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEINIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prowadnik stalowy pokryty teflonem z końcówką prostą i zakrzywioną, średnica 0,014”, długość z zakresu 250cm - 300cm.	30					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 9 – Prowadnik zabiegowy 0,014"; 0,018"; 0,035"

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEINIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prowadnik z rdzeniem nitinolowym i stalowym o średnicy 0,014", 0,018; 0,035" z powłoką hydrofilną i hydrofobową do angioplastyki, końcówką prostą i „J”, bardzo dobrze widoczną w fluoroskopii, co najmniej trzy stopnie giętkości końcówki z możliwością jej formowania; przynajmniej trzy długości prowadnika: 145cm, 190cm i 300cm, końcówka proksymalna sztywne; prowadnik 0,035" z taperowaną końcówką do 0,025"	200					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 10 – Cewniki diagnostyczne

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cewniki diagnostyczne o różnych kształtach (prosty, pigtail, gensini/MPA, headhunter, cerebtał, cobra, sidewinder, simmons, amplatz, vertebral) z końcówką atraumatyczną dobrze widoczną w fluoroskopii, kompatybilne z przewodnikami 0.018"; 0.032"; 0.035"; 0.038" co najmniej 3 długości cewników od 50 cm do 120 cm, średnice: 3F, 4F, 5F,6F	150					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 11 – Cewniki diagnostyczne zbrojone

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cewniki diagnostyczne zbrojone o różnych kształtach (prosty, pigtail, gensini, headhunter, cerebral, cobra, sidewinder, simmons, amplatz, vertebral, MPA, Berstein); końcówka robocza wolframowa dobrze widoczna we fluoroskopii, długość od 100cm, o średnicy 5F, 6F, 7F, wytrzymujący ciśnienia co najmniej 1200PSI	350					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 12 – Cewnik prowadzący zbrojony

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cewnik prowadzący zbrojony z opłotem stalowym i końcówką atraumatyczną bardzo dobrze widoczną we fluoroskopii. Długość cewnika od 50cm do 120 cm co najmniej 4 różne długości, średnica od 5F do 10F.	100					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 13 – Mikrocewnik

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mikrocewnik z powłoką hydrofilną z radioznacznikiem, co najmniej 2 średnice zewnętrzne 2,4F i 2,8F, kompatybilny z przewodnikiem 0,018 (dla 2,4F) i do 0,021" (dla 2,8F), długość 130cm	20					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 14 – Cewniki do trombolizy celowanej

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cewnik do trombolizy celowanej, rozmiar do 5F, współpracujący z przewodnikiem 0,035", długości co najmniej dwie z zakresu 45-60cm i ponad 10-140cm, co najmniej dwa radioznaczniki określające zakres bocznych otworów. Co najmniej 2 długości odcinka z bocznymi otworami – co najmniej jedna z zakresu 10-15cm i co najmniej jedna z zakresu 20-35cm	15					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 15 – Cewniki z pętlą do wychwytywania ciał obcych

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cewnik z pętlą do wychwytywania ciał obcych. Cewnik dedykowany z przewodnikiem zakończonym odchodzącą pod kątem 90° pętlą o średnicy od 5mm do 20mm. Średnica cewnika do max. 6F.	5					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 16 – Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki naczyń obwodowych 0,035"

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki naczyń obwodowych; średnica balonu po rozprężeniu od 3mm do 12mm długość balonu od 20mm do 250mm; taperowana końcówka balonu; współpracujący z introduktorem 6F w całym zakresie średnic, ciśnienie nominalne 4-8Atm (zależnie od średnicy), RBP 9-28 atm (zależnie od średnicy), współpracujący z przewodnikiem 0.035" w systemie OTW. Dwie długości sytemu: 80cm i 135cm.	200					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 17 – Cewnik balonowy do angioplastyki bardzo wąskich naczyń 0,014”

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cewnik balonowy do angioplastyki bardzo wąskich naczyń średnica balonu po rozprężeniu od 1,20mm do 4,0mm długość balonu od 12mm do 200mm, RBP minimum 14 atm; współpraca z przewodnikiem 0.014” w systemie OTW. Co najmniej 2 długości systemu w tym minimum 90cm i minimum 150cm, taperowana końcówka balonu, powłoka silikonowa lub hydrofilna balonu	30					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 18 – Cewnik balonowy do angioplastyki wąskich naczyń 0,018”

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cewnik balonowy o średnicy balonu od 2mm do 6mm ze średnicą 5mm i 5,5mm, długość balonu od 20mm do 200mm, co najmniej dwie długości systemu 90-100cm i 150cm, ciśnienie nominalne minimum 8 atm, ciśnienie RBP minimum 14 atm, współpraca z przewodnikiem 0,018” w systemie OTW, koaksjalna budowa szafu zapewniająca odporność na załamania, taperowana końcówka balonu.	120					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 19 – Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic nerkowych w systemie RX

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Średnica balonu po rozprężeniu od 4mm do 7mm ze średnicami co 0,5mm, długość balonu od 15mm do 40mm. Ciśnienie maksymalne co najmniej 14 atm. Współpraca z przewodnikiem 0,014". Długość systemu 80cm i co najmniej 135cm. Współpraca z cewnikiem prowadzącym maksymalnie do 6F.	15					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 20 – Cewnik balonowy do angioplastyki dużych naczyń

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Średnica balonu po rozprężeniu włącznie od 12mm do 26mm (i co najmniej 5 średnic z tego zakresu), co najmniej trzy długości balonu w zakresie od 20mm, 40mm i 60mm, ciśnienie nominalne 4-6Atm RBP 12-18 atm przynajmniej dwie długości systemu tj. powyżej 70cm i powyżej 110 cm, współpraca z przewodnikiem 0.035" w systemie OTW.	15					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 21 – Cewnik balonowy niepodatny dedykowany do angioplastyki przetok dializacyjnych

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Balon typu „non compliant” o średnicy po rozprężeniu 5, 6, 7, 8, 9, 10mm. Długość balonu od 20mm (włącznie) do co najmniej 120mm (co najmniej 5 długości). Ciśnienie RBP minimum 20 atm, zależne od rozmiaru. Długość systemu co najmniej 2 długości: 40cm i 120cm. Współpracujące z introduktorem/cewnikiem prowadzącym od 5F do maksymalnie 7F, zależnie od średnicy. System OTW.	10					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 22 – Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu wycięty laserowo z monolitu nitinolowego bez łączeń. Średnica stentu od 5mm do 14mm, co najmniej 6 różnych średnic stentu. Długość stentu od 20mm do 120mm; do 150mm dla średnicy 5mm i do 200mm dla średnicy 6, 7, 8mm. Co najmniej 2 długości systemu tj: 80cm i 120cm. Współpraca z przewodnikiem 0,035" w systemie OTW. Znaczniki widoczne w skopii RTG na końcach stentu.	70					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 23 – Stent samorozprężalny do dużych naczyń

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Średnica rozprężonego stentu od 8mm do 24mm. Długość rozprężonego stentu minimalny zakres od 20mm do 90mm. Współpraca z przewodnikiem 0,035" w systemie OTW.	15					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 24 – Stent samorozprężalny nitynolowy pleciony

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent samorozprężalny wykonany z jednego elementu, plecionego drutu nitynolowego. Średnica rozprężonego stentu od 4mm do 10mm długość rozprężonego stentu od 15mm do 120mm. Co najmniej 3 długości systemu 80cm, 135cm i 165cm. Współpraca z przewodnikiem 0,018" i 0,035" w zależności od średnicy stentu. Platynowe znaczniki na końcach stentu dobrze widoczne we fluoroskopii.	20					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 25 – Stent samorozprężalny dedykowany do tętnicy podkolanowej

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wykonany z 6 par włókien nitynolowych zaplecionych, krawędzie zaplecone do wewnątrz. Zamknięto komórkowy, wysoka odporność na zaginanie i rozciąganie. Technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy, możliwość modelowania stentu po jego implantacji. Wysoka siła radialna. Rozmiary: średnica od 4mm do 7mm, długość stentu od 40mm do 200mm, długość kateteru 120cm. Kompatybilny z koszulką 6F i przewodnikiem 0,018"	30					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 26 – Stent kobaltowo – chromowy pokryty lekiem do tętnic podudzi

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent kobaltowo-chromowy pokryty lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatyków everolimus posiadający wskazanie do zabiegów na tętnicach podudzi - BTK. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5F. Średnica stentu w minimalnym zakresie od 2,25mm do 4mm, długość stentu od 8mm do 38mm. Ciśnienie maksymalne co najmniej 18 atm dla wszystkich średnic.	15					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 27 – Stent kobaltowo- chromowy montowany na balonie

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent kobaltowo-chromowy montowany na balonie. Średnica stentu po rozprężeniu od 4mm do 10mm. Długość stentu od 12mm do 59mm. Co najmniej 2 długości sytemu 80cm i co najmniej 135cm współpracujący z przewodnikiem 0,035" w systemie OTW. Współpraca z koszulką maximum 6F dla wszystkich rozmiarów stentu. Ciśnienie RBP co najmniej 14 atm.	70					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 28 – Stent samorozprężalny do naczyń żylnych

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent nitinolowy, samorozprężalny dedykowany do żył biodrowych. Średnica 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm i 20mm Długość w minimalnym zakresie: 40cm-140cm, co najmniej 6 długości w tym zakresie. Co najmniej dwie długości systemu wprowadzającego. Współpraca z koszulką 8-10F, zależnie od średnicy stentu. Znaczniki na końcach stentu. Współpraca z przewodnikiem 0,035"	5					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 29 – Stent kobaltowo- chromowy montowany na balonie do tętnic trzewnych w systemie RX

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent kobaltowo – chromowy montowany na balonie w systemie RX. Średnica stentu po rozprężeniu od 4mm do 7 mm z średnicami co 0,5mm. Długość stentu po rozprężeniu od 12mm do 18mm. Współpraca z przewodnikiem 0,014". Ciśnienie nominalne min. 10 atm, ciśnienie maksymalne co najmniej 14 atm. Co najmniej 2 długości systemu 80cm i co najmniej 135cm. Współpraca z cewnikiem prowadzącym maksymalnie do 6F dla wszystkich rozmiarów stentu.	10					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 30 – Stent kobaltowo- chromowy montowany na balonie do tętnic nerkowych w systemie RX

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent kobaltowo-chromowy montowany na balonie w systemie RX. Średnica stentu po rozprężeniu co najmniej 5mm, 6mm, 7mm. Długość stentu po rozprężeniu od 12mm do 22mm. Dodatkowo dla rozmiaru 5 i 6 długość 10mm. Współpraca z przewodnikiem 0,014". Ciśnienie maksymalne co najmniej 12 atm. System długości 140cm.	10					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 31 – Stent samorozprężalny dedykowany do tętnic poniżej kolana

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samorozprężalny cienkościenny stent nitinolowy o grubości ściany max. 0,16mm, dwa znaczniki na szafcie ułatwiające implantację. Trójwarstwowa budowa szafu zapewniająca precyzyjną implantację i odporność na załamania, niska skracalność stentu (poniżej 2%). Rozmiary: średnica od 3mm do 8mm. Długość stentu: od 20mm do 100mm Długość systemu: 80cm-90cm i 120cm-135cm. Kompatybilny z koszulką 4F lub 5F w zależności od rozmiaru i przewodnikiem 0,018" w systemie OTW	5					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 32 – Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych z jednoręcznym systemem uwalniania (pokrętło)

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu wycięty laserowo z monolitu nitinolowego. Średnica stentu 6mm,7mm,8mm,9mm,10mm. Długość stentu od 20mm do minimum 100mm, dla rozmiaru 5mm,6mm,7mm,8mm dodatkowo długości 120mm i 150mm. Co najmniej dwie długości systemu tj: 80cm i co najmniej 130cm. Współpraca z przewodnikiem 0,035" w systemie OTW. Współpracujący z koszulką maksimum 6F. Znaczniki widoczne w skopii RTG na końcach stentu. Jednoręczny system uwalniania poprzez pokrętło.	20					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 33 – Stent pokryty PTFE samorozprężalny nitynolowy

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent kryty, nitynolowy, samorozprężalny. Szkielet nitynolowy umieszczony między 2 warstwami PTFE lub wtopiony. Średnica w minimalnym zakresie od 5mm do 13,5mm, co najmniej 8 różnych średnic w tym zakresie. Długość w minimalnym zakresie od 30mm do 120mm, co najmniej 6 różnych długości w tym zakresie. Współpraca z przewodnikiem 0,035". Maksymalna średnica współpracującej koszulki 10F. Powierzchnia wewnętrzna impregnowana substancją zapobiegającą trombogenezie.	10					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 34 – Stent kryty rozprężalny na balonie

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stent pokryty ePTFE, rozprężany balonem, elastyczny, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". W szczególności przeznaczony do tętnic nerkowych i biodrowych. System wprowadzania OTW, co najmniej 2 długości systemu w zakresie: 70÷90 i 120÷140cm, dostępne nominalne średnice: 5, 6, 7, 8, 9, 10, co najmniej 4 długości w zakresie: 15mm do 60mm (w zależności od średnicy). Dla średnicy nominalnej 5mm i 6mm wymagana długość z zakresu 55÷60mm. Kompatybilny z koszulką 6F, 7F (w zależności od średnicy)	8					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 35 – Embolizacyjne spirale „coile” - typu „detachable”

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Platynowe spirale („coile”) do embolizacji naczyń pokryte włóknami, współpracujące z mikrocewnikiem o świetle 0,021”. System wprowadzenia typu „detachable”, średnica „coila” od 2mm do co najmniej 20mm, długość od 2cm do co najmniej 50cm.	10					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 36 – Zatyczka naczyniowa do naczyń obwodowych

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Korek do embolizacji naczyń o konstrukcji opartej na wielowarstwowej siatce nitinolowej zapewniającej samorozprężenie się urządzenia w naczyniu i blokadę przepływu krwi. Dostępne min. 3 rodzaje koreczków naczyniowych w tym: pojedynczy dysk, potrójny dysk, 2 oliwki. Średnica koreczka: 3-22mm. Średnica cewnika wprowadzającego 4F-9F w zależności od rozmiaru korka. Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odzpieniem od sytemu doprowadzającego.	10					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 37 – Zatyczka naczyniowa do małych naczyń

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Plug złożony z nitinolowej konstrukcji pokryty PTFE, system odczepiania mechanicznego współpracuje z mikrocewnikiem 0,021" oraz 0,027". Długość przewodu dostawczego - 180cm, możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia, minimalne rozmiary: 3mm - do stosowania w naczyniach o średnicy 1.5-3.0mm; 5mm - do stosowania w naczyniach o średnicy 3.0-5.0mm; 7mm- do stosowania w naczyniach o średnicy 5.0-7.00mm</p>	6					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 38 – Zestaw do chemoembolizacji guzów wątroby

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość zestawów	Cena jednostkowa netto za zestaw	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Zestaw:</p> <p>1. Mikrosfery do chemoembolizacji zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - mogą być obciążone chemioterapeutykami, w tym: irinotekan lub doxorubicyna; - ściśliwe, hydrofilne, niesorbowane, niewywołujące reakcji zapalnej; - precyzyjnie kalibrowane, co najmniej 3 wielkości mikrosfer: 100µm+/-25 µm; 200 µm+/-50 µm; 400 µm+/-50 µm - pakowane w strzykawki <p>2. Mikrocewnik hydrofilny, terapeutyczny z powłoką hydrofilną, z odpornością na załamania struktury podłużnej, ściskanie, zginanie i brakiem opalizacji światła na zgięciu. Dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elastyczność części dystalnej na ostatnich 30mm; - atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0,9mm, kształtowalna mandrylem; - bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach; - szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA., etanol, lipidol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe; - co najmniej 3 długości 110cm, 130cm i 150 cm; - różne średnice wewnętrzne, co najmniej: 0,023" (0,57mm) dla 2,4 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,018"); 0,025" (0,65mm) dla 2,7 Fr (kompatybilny z 	15					

ZP-22-021UN

	przewodnikiem 0,021") oraz 0,027" (0,70mm) dla 2,8 Fr (kompatybilny z przewodem 0,021"); Dedykowany przewód hydrofilny w zestawie.						
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 39 – Łącznik niskociśnieniowy

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Łącznik niskociśnieniowy uniwersalny z końcówką Luer-Lock długość od 25cm do 90cm.	20					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 40 – Łącznik wysokociśnieniowy

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Łącznik wysokociśnieniowy zbrojony, przezroczysty z końcówką Luer-Lock długość minimum 120cm, średnica wewnętrzna 1,8mm ciśnienie minimum 10mPa.	120					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 41 – Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy 20 bar

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy 20 bar	120					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 42 – Łącznik Y – obrotowy

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Łącznik Y – obrotowy z odgałęzieniem bocznym i zaworem odcinającym średnica zastawki 9F, zastawka nie tracąca szczelności w trakcie zabiegu.	50					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 43 – Iglą jednoczęściowa

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Iglą jednoczęściowa ze skrzydełkami 18G, 21G, długość: 70mm	60					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 44 – Igła dwuczęściowa

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	igła dwuczęściowa ze skrzydełkami 18G x 70mm	10					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 45 – Rozszerzadło (dylatator)

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozszerzadło (dylatator) długość minimum 17cm rozmiar od 5F do 9F	30					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 46 – Strzykawka wysokociśnieniowa do angioplastyki

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pojemność co najmniej 20ml. Ciśnienie maksymalne co najmniej 20 atm. Skala na strzykawce w atm i bar system blokady tłoka umożliwiający jego swobodny przesuw. Język spustowy o ergonomicznym kształcie duży, lekko obracany gwint umożliwiający dokładną regulację ciśnienia.	250					
	RAZEM						

Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe dla każdego oferowanego rozmiaru.

....., dnia

.....
Podpis Wykonawcy

Miejscowość dnia

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy

Siedziba

REGON NIP

Tel.

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym

Tel e-mail

Osoba upoważniona do podpisania umowy :
.....

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto
.....

Wadium wniesione w postaci gwarancji należy odesłać do wystawcy gwarancji :
..... (wskazać adres mailowy)¹

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie **dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt** na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

Pakiet nr²

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

¹ Wykonawca wypełnia, o ile dotyczy

² należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

³ niepotrzebne skreślić

ZP-22-021UN

- 2) Oświadczamy, że należymy do grupy **mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw**³
- 3) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
- 5) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____⁴ do ____⁴ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO
- 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do **powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:
- 9) **Tak**³ powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył⁴
Nie³.
- 10) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać **sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia**³: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę Nazwa i adres podwykonawcy⁴

⁴ wypełnia wykonawca

- 11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO ¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *

_____ dnia __ __ 2022 roku

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

UMOWA (projekt)

Zawarta w dniu 2022r. w Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: **40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24**

NIP: **954 22 70 611**

który reprezentuje :

1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

NIP :..... REGON :

którą reprezentuje:

1.

zwaną w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa określonych ilościowo i asortymentowo w załączniku nr 1 do umowy.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia.
3. Umowa zawarta na czas określony **od** **do**
4. W przypadku niskiego wykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umowy określonego w pkt.3 maksymalnie o 3 miesiące. Przez niskie wykorzystanie ilościowe przedmiotu zamówienia Strony przyjmują ilościowe wykorzystanie przedmiotu zamówienia mniejsze niż 70% zakresu określonego w załączniku nr 1 do umowy.
5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych dostarczy oferowany przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ilości zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem Zamawiającego tworząc depozyt. Miejscem depozytu będzie Zakład Radiologii - Budynek Nr 1 - SPSKM im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach, ul. Francuska20-24. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający przewiduje ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż 30% zakresu określonego w załączniku nr 1 do umowy.
7. Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą mailową bądź faksową, szczegółowo określających ilości towaru.

§ 2

Warunki dostawy

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu umowy.
4. Termin ważności przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
6. Wykonawca zobowiązuje się - pod rygorem zapłaty kar umownych, o których mowa w § 4 pkt.1:
 - a) realizować zamówienia terminowo;

ZP-22-021UN

- b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
7. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
 8. Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego – do składu depozytowego Zamawiającego, tworząc depozyt. Miejscem depozytu będzie *Zakład Radiologii - Budynek Nr 1 - SPSKM im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach*. Zamawiający będzie nieodpłatnie składował towar w depozycie (skład depozytowy).
 9. Dostawa towarów do składu depozytowego potwierdzana będzie przez Zamawiającego na podstawie wystawianych przez Wykonawcę dowodów Wz zawierających nazwę produktu, ilość, nr serii, termin ważności.
 10. Zamawiający po pobraniu przedmiotu zamówienia z miejsca składowania zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o ilościach i dacie pobrania towaru, w terminie 5 dni roboczych od dnia jego pobrania drogą mailową lub za pośrednictwem faksu na druku stanowiącym o Załącznik nr ... do umowy.
 11. Informacja o pobraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z miejsca składowania będzie podstawą do wystawienia faktury VAT na ilość, którą Zamawiający pobrał.
 12. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzupełnienia przedmiotu zamówienia o ilość, którą Zamawiający pobrał w terminie do 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jego pobraniu.
 13. Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację zdeponowanego towaru po zakończeniu umowy.
 14. Zamawiający będzie odbierał towary ze składu depozytowego, zgodnie z własnymi zapotrzebowaniem. Odbiór towaru i przeniesienie ich własności na Zamawiającego nastąpi z chwilą ich pobrania ze składu depozytowego.
 15. Z chwilą wygaśnięcia umowy przedmiot zamówienia pozostający w miejscu składowania zostanie niezwłocznie odebrany przez Wykonawcę na podstawie protokołu podpisanego przez Wykonawcę i osoby odpowiedzialne za nadzór ze strony SPSKM.
 16. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór nad przedmiotem zamówienia:
 17., numer do kontaktu:
 18. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć depozyt od ryzyka utraty przedmiotu depozytu przez cały czas trwania umowy.
 19. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu umowy.
 20. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy w opakowaniu producenta. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę.
 21. Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, nr serii, datę ważności.
 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu **48 godzin**, na podstawie zamówienia złożonego drogą mailową, faksową bądź telefoniczną (potwierdzoną po złożeniu zamówieniu pisemnie) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 23. Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.
 24. Zamawiający zobowiązuje się pobierać z depozytu towar o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą 'first in/ first out'. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości towaru w depozycie, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim towarze wymieni go w ciągu 2 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności.
 25. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy w zakresie dostaw ze strony Wykonawcy:
.....
tel...../fax.....,
e-mail.....
Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę i nie powoduje konieczności zmiany niniejszej umowy w drodze aneksu.
 26. W przypadku wygaśnięcia ważności certyfikatu CE na asortyment z umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego certyfikatu CE na ten sam asortyment.
 27. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Deklarację Zgodności **každorazowo** w dniu dostawy wyrobu medycznego, przekazując ją w formie elektronicznej na adres mailowy apteka.wyrobymedyczne@spskm.katowice.pl.
 28. Zamawiający wymaga obecności kodu UDI na etykiecie wyrobu medycznego oraz wyższych poziomach opakowania oraz zawarcia w treści deklaracji zgodności kodu Basic UDI-DI dla wyrobów medycznych do implantacji oraz klasy III zgodnych z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. - (JEŚLI DOTYCZY).

§ 3 Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto zł plus należny podatek VAT Razem: zł brutto (słownie: zł).
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.
3. Płatności za zrealizowane dostawy, odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, zawierających numer serii i termin ważności asortymentu objętego poszczególnymi dostawami wraz z dołączonym do faktury zestawieniem materiałowym, na zasadach określonych w § 2.
4. Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT na podstawie prawidłowo wystawianych faktur Wykonawcy, zawierających numer serii i termin ważności towaru objętego poszczególnymi dostawami wraz z dołączonym do faktury zestawieniem materiałowym, na zasadach określonych w § 2 w terminie do 60 dni od dnia pobrania.
5. Dokument, o którym mowa w § 2 pkt. 9, właściwy dla danej dostawy, będzie dostarczony razem z towarem, stanowiącym przedmiot tej dostawy.
6. Niedostarczenie, wraz z towarem, dokumentu, o którym mowa w § 2 pkt. 9 lub dostarczenie tego dokumentu z niepełnymi informacjami, o których mowa w § 2 pkt. 9, spowoduje zwrot przedmiotu dostawy na koszt Wykonawcy.
7. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>

§ 4 Kary umowne i odsetki

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt. 6b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki z tym, że łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki.
6. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt.2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt.6b.

§ 6 **Zmiany umowy**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Z mocy ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają:
 - a) zmiany numeru katalogowego, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany, udoskonalony produkt,
 - b) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów,
 - c) zmianę sposobu konfekcjonowania,
 - d) w przypadku zakończenia produkcji, wycofania z rynku lub czasowej niedostępności na rynku przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim przypadku dopuszcza się zmianę na inny produkt pod następującymi warunkami:
 - nowy produkt będzie miał takie same lub lepsze parametry w porównaniu z określonymi w SWZ oraz
 - cena nowego produktu nie będzie wyższa od podanej w ofercie Wykonawcy.Aby wprowadzić taką zmianę umowy Wykonawca musi stosownymi dokumentami udowodnić Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych przesłanek tj. że nastąpiło zakończenie produkcji przedmiotu umowy, przedmiot umowy został wycofany z rynku lub występuje czasowa niedostępność przedmiotu umowy na rynku, proponowany nowy produkt jest zgodny z SWZ oraz, że brak produktu umowy nie wynika z winy Wykonawcy.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne.
3. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowej zmiany ceny wprowadzonej obwieszczeniem lub innym aktem prawnym odpowiedniego Ministra, przy czym taka zmiana ceny może dotyczyć tylko obniżenia ceny oferowanego przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP, próg procentowy zmiany liczony będzie od wartości netto umowy.

§ 7 **Postanowienia końcowe**

1. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w sytuacji wystąpienia zmian w zakresie wartości lub w zakresie umowy Zamawiającego z NFZ.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
6. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego – dotyczy umowy w formie papierowej.
9. Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy.

WYKONAWCA**ZAMAWIAJĄCY**

**KONTROLNA KARTA WYKORZYSTANIA SPRZĘTU Z
UMOWY DEPOZYT nr CRU/LAP/...../.....**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Data Zabiegu i nr Pakietu	Etykieta Sprzętu	Data Zabiegu i nr Pakietu	Etykieta Sprzętu

Miejsce depozytu: Zakład Radiologii – Budynek nr 1 Szpitala, ul. Francuska 20/24

Bardzo proszę na fakturze przy terminie płatności w uwagach napisać termin płatności wg. umowy

(WAŻNY ZAPIS)

Podpis osoby wypełniającej zużycie sprzętu z umowy
sprzętu

.....

Podpis osoby odpowiedzialnej za zużycie

.....

Proszę powołać się na:

Nr ZAMÓWIENIA:...../

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;
- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt, ZP-22-021UN**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

² **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

³ **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt - ZP-22-021UN” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,
- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. *W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej*

..... (miejsowość), dnia r.

PODPIS WYKONAWCY

Zamawiający:
SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ***

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych - depozyt - ZP-22-021UN**”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

są aktualne / są nieaktualne.**

.....
(miejscowość, data)

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.