

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/85/21

Sucha Beskidzka, dnia 29.09.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic (ZOZ.V.010/DZP/85/21).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 2, poz. 1 oraz 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość wynosi na palcu $0,11 \pm 0,02$ mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein $\leq 83 \mu\text{g/g}$?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość wynosi na palcu min. 0,10 mm, a których długość wynosi min. 240 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pakiet 2, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści rękawice długości uzależnionej od rozmiaru i wynoszącej od 280 do 290 mm, o grubości wynoszącej na palcu 0,33 mm, w rozmiarach od 6.0 do 9.0?

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1, 2 oraz 3 – Czy Zamawiający dopuści raport z badań na przenikanie wirusów wg ASTM F1671, przeprowadzonych przez jednostkę niezależną, wystawiony przez Producenta?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

z poważaniem: