



Rybnik, dnia 03.09.2024 r.

TAM-607-TP/45-2024.AR

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Urologicznego oraz Oddziału i działu Rehabilitacji – zadanie realizowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie SA**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia **28.08.2024 r.** o numerze **2024/BZP 00475368**

INFORMACJA NR 1 (WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na podstawie przepisu art. 284 ust 1 oraz art. 286 ust 1 oraz ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.:

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące zapisów SWZ – **dotyczy pakietu nr 1 - Resektoskop monopolarny**

SWZ – rozdział VII punkt 2 oraz załącznik nr 1 formularz ofertowy

Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy, że „cały zaoferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dla wszystkich zaoferowanych produktów oraz jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na żądanie zamawiającego (także przed rozstrzygnięciem przetargu – w ramach udzielanych na wezwanie zamawiającego wyjaśnień) – stosowne oświadczenie zawiera załącznik nr 1 do SWZ”

przy jednoczesnym wymogu załączenia do oferty poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
„- Deklaracje zgodności dla całego zaoferowanego asortymentu (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego).

- Certyfikaty zgodności dla całego zaoferowanego asortymentu wydane przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).”

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o odstąpienia od wymogu załączenia dokumentów wymienionych powyżej do oferty oraz stosowną modyfikację formularza ofertowego - punkt 4 – przedmiotowe środki dowodowe)

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 2

Załącznik nr 1.2.a do SWZ – specyfikacja techniczna Pakiet 1 - Resektoskop monopolarny – 1 zestaw

Punkt II podpunkt 6 parametry techniczne:

Czy nie zaszła omyłka pisarska przy opisie światłowodu w zakresie jego długości 300 mm (30 cm)?

Światłowody o długości 300 mm nie występują na rynku i byłyby zbyt krótkie by można było przy ich użyciu wykonać zabieg. Zwracam się zatem z prośbą o stosowną korektę zapisu na 3000 mm.

Punkt II podpunkt 7 parametry techniczne:

Czy nie zaszła omyłka pisarska przy opisie kabla unipolarnego do resektoskopu w zakresie jego długości 400 - 450 mm (40 – 45 cm)?

Zwracam się z prośbą o stosowną korektę zapisu na 4000 mm – 4500 mm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 3

Załącznik nr 1.3 do SWZ – warunki gwarancji jakości i serwisu

Pakiet 1 - Resektoskop monopolarny – 1 zestaw

Punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację zapisu:

„Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.3 w tym zakresie.

Punkt 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu „Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy, a podlegające wymianie w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy” lub odstąpienie od niego.

Wyspecyfikowany sprzęt podlega naturalnemu zużyciu zarówno podczas pracy jak i podczas procesu mycia, czyszczenia i sterylizacji. Elementy opisanego zestawu to kable, światłowód czy uszczelki które są wykonane lub pokryte gumą czy silikonem i podczas pracy zużywają się naturalnie a ich wymiana nie leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia i nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołów lub elementów w okresie gwarancji, który bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu określa w złożonej ofercie dla całości zaoferowanego sprzętu.

Punkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany okres dostępności części zamiennych wynosił min. 8 lat?

Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.3 w tym zakresie.

UWAGA: Załącznik nr 1.3 został sporządzony w identycznym brzmieniu dla wszystkich części (pakietów) a zatem w/w zmiany w zakresie pkt 4 i pkt 11 Załącznika 1.3 mają zastosowanie do każdej z części (pakietu), a zatem sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 4

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy - Paragraf 5 ustęp 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 0,5% wartości brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 2 – Aparat do terapii polem magnetycznym z wyposażeniem – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniający SWZ aparat o poniższych parametrach technicznych?

1.	Aparat 2 – kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentów
2.	Technologia Impulsowego Pola Magnetycznego (PMF - Pulsed Magnetic Field): impulsy prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne i ciągłe
3.	Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne
4.	Kolorowy ekran dotykowy 4,3 cala
5.	Maksymalna indukcja impulsowa 128 mT
6.	Zakres częstotliwość : 0-166 Hz
7.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)
8.	Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi
9.	Aplikatory z technologią FMF (skoncentrowane pole magnetyczne)
10.	Liczba jednocześnie podłączonych aplikatorów - 2
11.	Wymiary 380 × 190 × 260 mm
12.	Waga 3 kg
13.	Zasilanie 100–240 V/AC, 50–60 Hz
14.	Wyposażenie dodatkowe: - BTL-1900 Magnet - stół do magnetoterapii z przesuwającym solenoidem średnica 70cm - Aplikator płaski liniowy

Odpowiedź 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 3– Aparat do terapii ultradźwiękowej z wyposażeniem – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniający SWZ aparat o poniższych parametrach technicznych?

1.	Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej
2.	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem
3.	Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz), podgrzewana i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm ²
4.	Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu
5.	Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta
6.	Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz)
7.	Możliwość ustawienia automatycznego przetaczania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz)
8.	Współczynnik wypełnienia 5-100 %
9.	Natężenie od 0,1 do 3W/cm ² przy pracy impulsowej i do 2W/cm ² przy pracy ciągłej

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

10.	Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm ²
11.	Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku
12.	Sekwencje zapisywane przez użytkownika (150)
13.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)
14.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (500)
15.	Sygnały dźwiękowe
16.	Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów
17.	Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim
18.	Klasa IIb
19.	Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz
20.	Waga aparatu 3 kg
21.	Wymiary 380 x 190 x 260 mm
22.	Wyposażenie dodatkowe: - Głowica ultradźwiękowa 5 cm ²

Odpowiedź 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 4 – Kozetki – 2 zestawy

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniające SWZ urządzenie o poniższych parametrach technicznych?

1.	2-częściowy stół terapeutyczny
2.	1 silnik
3.	Elektryczna regulacja wysokości
4.	Sterownik ręczny
5.	Szerokość: 70 cm
6.	Długość: 195 cm
7.	Otwór na twarz
8.	Regulacja wysokości: 42–95 cm
9.	Zakres regulacji wezgłowia: +55°/–30°
10.	Waga: 80–120 kg
11.	Obciążenie: 170 kg
12.	Zasilanie: 230 V/50 Hz
13.	Niepalne i łatwe do czyszczenia obicie

Odpowiedź 7: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Załączniki:

- 1) zał 1.2a MODYFIKACJA - Resektoskop monopolarny – 1 zestaw
- 2) z1.3 warunki gwarancji jakości i serwisu MODYFIKACJA

DYREKTOR
 SP ZOZ
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 w Rybniku
 dr Jarosław Madowicz

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001