

Dotyczy: wyjaśnień treści SWZ (odpowiedzi na pytania) do postępowania na „dostawę materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Znak sprawy: 17/12/2022.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Pakiet 3, poz. 6-8

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 3, poz. 9-11

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet 4, poz. 4-7

Czy zamawiający wydzieli poz.4-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 4-7 do osobnego pakietu.

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w

Czy 1 szt. = 1 op. Zawierające 1 mb w stanie spoczynku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 4

Pakiet 5, poz. Jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 5, poz. 8-10

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 5, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstw.?

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Pakiet 5, poz. 1,7-10

Czy zamawiający wydzieli poz.1, 7-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 9

Pakiet 12, poz. Jałowe

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowania bez naklejek dwu lub trójdzielnych do wklejania do dokumentacji?

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet 12, poz. 7-10

Czy zamawiający wydzieli poz.7-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 11

Pakiet nr 1, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy z klejem akrylowym bez dodatku tlenku cynku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pakiet nr 1, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Pakiet nr 1, poz. 1,3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pak. a'6szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Pakiet nr 1, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pak. a'24szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pakiet nr 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 1m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet nr 1, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca w rozmiarze 6cm x 7cm o poniższym kształcie?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści watę posiadającą w składzie 50% bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet nr 3, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 kg z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Pakiet nr 3, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ligniny w rozmiarze 20x30cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet nr 4, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a'1szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 21

Pakiet nr 4, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy, nieperforowany trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 22

Pakiet nr 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawa nr 3, szer 1,5 cm-3,5 cm z przeznaczeniem na dłoń, stopę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Pakiet nr 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawa nr 4, szer 2,5 cm-4,5 cm z przeznaczeniem na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Pakiet nr 4, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawa nr 14, szer 8 cm-14 cm z przeznaczeniem na klatkę piersiową, brzuch?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Pakiet nr 4, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawa nr 6, szer 4 cm-6,5 cm z przeznaczeniem na głowę, ramię, podudzie, kolano?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Pakiet nr 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. 100mb z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet nr 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 28

Pakiet nr 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Pakiet nr 11, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'25 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Pakiet nr 11, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Pakiet nr 11, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Pakiet nr 13, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej, bakteriobójczej folii operacyjnej, antystatycznej, matowej, z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym 2% roztwór jodiny. Paroprzepuszczalność na poziomie 1800 g/m²/24h. Rozciągliwość 20%. Opakowanie indywidualne papier- folia oraz dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie folii w papier silikonowany. Wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Pakiet nr 13, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 60 x 52 cm, rozmiar części lepnej 60 x 46-52 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

Pakiet nr 13, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 45 x 55 cm, rozmiar części lepnej 45 x 49-55 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35

Pakiet nr 13, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 60 x 52 cm, rozmiar części lepnej 60 x 46-52 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

Pytanie 1 dotyczy SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający w § 1 ust.2 Istotnych postanowień umowy zobowiązał wykonawcę do dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015r. /tekst jednolity Dz.U.2022,poz.1207/w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, o ile dostarczane produkty wymagają transportu o szczególnych wymaganiach.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna zawiera uregulowania, o których mowa w rozporządzeniu UE tzw. MDR. A zatem odpowiadając na pytania ad 1-3- Zamawiający nie wymaga przedłożenia wykazu odpowiednich środków transportu oraz nie wyklucza wykonywania dostaw za pomocą usługi kurierskiej o ile będą zachowane standardy dystrybucji określone w Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej oraz warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie 37

Pytanie 2 dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Odpowiedz na pytanie j/w w odpowiedzi na pytanie nr 36.

Pytanie 38

Pytanie 3 dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Odpowiedz na pytanie j/w w odpowiedzi na pytanie nr 36.

Pytanie 39

Pytanie 4 Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 6, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40

Pytanie 5 Pakiet 6 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 6, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41

Pytanie 6 Pakiet 6 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający pisząc "pieluchomajtki muszą posiadać warstwę rozprzewadającą" wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 6, pozycje 1- 2) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 42

Pytanie 7 Pakiet 6 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 6, pozycje 1- 2) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43

Pytanie 8 Pakiet 6 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 6, pozycje 1- 2) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych mikcjach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 44

Pytanie 9 Pakiet 6 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 6, pozycje 1- 2) złożenia oferty na pieluchomajtki, których wskaźnik wilgotności całkowicie zanika po kontakcie z wilgocią co może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w których wskaźnik wilgotności całkowicie zanika po kontakcie z wilgocią.

Pytanie 45

Pytanie 10 Pakiet 6 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 6, pozycje 1- 2) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 46

Pytanie 11 Pakiet 6 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 6, pozycje 1- 2) pieluchomajtki pakowane w opakowania po 30 szt. oraz przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Pytanie 12 Pakiet 6 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48

Pakiet Nr 1

1. **Poz. nr 1-3-** czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przylepce nawinięte były na szpulę z ogranicznikami chroniącymi je przed zabrudzeniami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

2. **Poz. nr 7-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do mocowania kaniul w rozmiarze 7 x 9 cm, sterylonego, wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu, który stanowi materiał podłoża, z możliwością kontroli wzrokowej miejsca wkłucia bez potrzeby zmiany opatrunku dzięki wbudowanemu okienku, pokrytemu folią PU, hypoalergiczny, wodoodporny, zapewniający oddychanie skóry i przepuszczalność dla pary wodnej, o owalnym kształcie z nacięciem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet Nr 9

1. **Poz. nr 1-2-** czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane opatrunki bakteriobójcze wykonane były z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej neutralną maścią oraz srebrem metalicznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 50

Pakiet 3, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Pakiet 3, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania waty, która jest wyrobem medycznym, posiadającej 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 52

Pakiet 3, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana wata posiadała raport z niezależnego laboratorium na zgodność z normą PN EN-ISO 17516:2014-11 na potwierdzenie wysokiej czystości mikrobiologicznej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 53

Pakiet 3, poz. 2,3,4:

Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającej 8% stawkę podatku VAT, oznakowanej znakiem CE , posiadającej deklarację zgodności? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 54

Pakiet 4, poz. 4: Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji rękawa siatkowego o szerokości 1,5-2,5 cm oraz długości w stanie swobodnym 10m i w stanie rozciągniętym 25m ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 55

Pakiet 4, poz. 5: Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji rękawa siatkowego o szerokości 2,5-3,5 cm oraz długości w stanie swobodnym 10m i w stanie rozciągniętym 25m ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 56

Pakiet 4, poz. 6: Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji rękawa siatkowego o szerokości min. 14 cm oraz długości w stanie swobodnym 10m i w stanie rozciągniętym 25m ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 57

Pakiet 4, poz. 7: Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji rękawa siatkowego o szerokości 5-6,5 cm oraz długości w stanie swobodnym 10m i w stanie rozciągniętym 25m ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 58

Pakiet 5, poz. 4,5,6:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kompresy wysterylizowane tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Pakiet 12, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kompresy przewiązane po 10 sztuk ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Pakiet 12, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kompresy w opakowaniu papierowo-foliowym typu blister ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Pakiet 2, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru opatrunku.

Odpowiedź: Rozmiar opatrunku 9x15.

Pytanie 62

Pakiet 2, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru opatrunku.

Odpowiedź: Rozmiar opatrunku 15x15.

Pytanie 63

Pakiet 11, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o kwadratowych brzegach.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 64

Pakiet 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 μ ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 70x60cm), wyrób medyczny klasy III.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 65

Pakiet 13, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 μ ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 66

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 11 i 12 dopuści odpowiednio wielkości opatrunków 9x15 cm i 9x25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ: