

WSZ-EP-62/20/85/2021

Konin, 22.01.2021r.

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę leków, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i szwów chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy WSZ-EP-62/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

1)Dotyczy pakietu nr 20

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi w postaci koncentratu. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny. Zawiera w składzie aminę, czwartorzędowe związki amonowe, enzym – proteazę, inhibitory korozji. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową – opinia producenta narzędzi Chirmed. Spektrum działania: B, F, Tbc, V osłonkowe, Adeno – 0,5% w 15min, Polio – 1% w 15min lub 0,5% w 30min. Opakowanie – butelka 1l z wbudowanym dozownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

2)Dotyczy pakietu nr 25

Proszę o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek alkoholowych do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornej na działanie alkoholu. Skład: etanol 63,7%, propan-2-ol 6,3%. Preparat nasączający posiada pozytywną opinie Centrum Zdrowia Dziecka. Chusteczki zarejestrowane są jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Opakowanie – tuba / wkład uzupełniający – 100szt chusteczek. Wielkość chusteczki: 13 x 20cm. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc(M.terrae), V osłonkowe, BVDV, Rota Noro – 30sekund.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

3) Dotyczy pakietu nr 26

Proszę o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek bezalkoholowy do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład : amina, czwartorzędowe związki amonowe. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(C.albicans), V otoczkowe – 1minuta, Tbc(M.terrae) – 5minut. Zarejestrowane jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Opakowanie – 100szt tuba lub wkład uzupełniający. Zalecany do inkubatorów, głowic USG, lamp oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie wysokiej tolerancji materiałowej. Przebadane zgodnie z normami: EN13727, EN16615, EN13624, EN14348, EN14476.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu