



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 4

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 4898 /23

Data: 06.12.2023r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ”Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak sprawy: 4815/2023**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

#### ***PYTANIE nr 1 – dot. § 2 ust. 9***

Dostarczone odczynniki muszą posiadać długie terminy ważności gwarantujące optymalne wykorzystanie zamawianych produktów: / czy spełniamy ?

- 1) (Dotyczy: Pakiet 1 poz. 1-21 oraz Pakiet 2,3) – minimum 6 miesięcy od dostarczenia zamówienia.
- 2) (Dotyczy: Pakiet 1 poz. 22,28,29) – 7-8 tygodni od daty dostarczenia do Zamawiającego.
- 3) (Dotyczy: Pakiet 1 poz. 23,25,30) – 4 tygodnie od daty dostarczenia do Zamawiającego.
- 4) (Dotyczy: Pakiet 1 poz. 24,26,27) – 5 tygodni od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Czy w tym zapisie nie ma omyłki i terminy ważności odczynników z poz. 2,3,4 odnoszą się do innych pakietów niż pakiet nr 1? [Pakiet nr 1 zawiera 21 pozycji, nie zawiera poz.22-30.]

Czy wobec tego prawidłowy zapis do pakietu nr 1 to zapis z pkt. 1?

***Odpowiedź: Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 06.12.2023 r. Załącznika Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w tym zakresie.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***