

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

**Przedmiot zamówienia: Dostarczenie kompletu dolnych osłon radiologicznych do stołu Magnus 1180**

<b>Wymagane parametry i funkcje</b>	
L.p.	Wymagany parametr
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	
1	Osłona na dolne partie ciała posiadająca możliwość montażu do szyny euro po po jednej ze stołu stołu zabiegowego/ operacyjnego
2	Osłona wykonana z materiału PVC pozwalającego na łatwe czyszczenie i dezynfekcje
3	Szerokość osłony nie mniej niż 880mm
4	Wysokość głównej sekcji minimalnie 680 mm
5	Górny panel osłony o wymiarach nie mniejszych niż 510 mm x 420 mm
6	Panel górny wyposażony w możliwość składania
7	Waga osłony nie większa niż 11 kg
8	Możliwość rozkładania osłony, w celu przechowywania, na co najmniej 3 elementy składające się z paneli ochronnych
9	Ochronność osłony na poziomie minimum 0,5mm Pb
10	Osłona wyposażona w przeguby umożliwiające dostosowanie jej do kształtu stołu.