

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Posiada dokument dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej (deklaracja CE).
2. Posiada Deklarację zgodności.
3. Wymiary zewnętrzne komory:
 - Długość – 9,00 m ($\pm 10\%$),
 - Wysokość – 2,70 m ($\pm 10\%$),
 - Szerokość – 3,80 m ($\pm 10\%$).
4. Wymiary wewnętrzne komory:
 - Długość – 8,00 m ($\pm 10\%$),
 - Wysokość – 2,30 m ($\pm 10\%$),
 - Szerokość – 3,60 m ($\pm 10\%$).
5. Wymiary drzwi:
 - Wysokość – 2,00 m ($\pm 10\%$),
 - Szerokość (2-skrzydłowe) – 1,85 m ($\pm 10\%$).
6. Kubatura urządzenia: 65,00 m³ ($\pm 10\%$).
7. Zasilanie trójfazowe: 400V 32 A.
8. Wykonanie komory musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych (śnieg, deszcz, wiatr, promienie słoneczne, niskie i wysokie temperatury).
9. Zakres temperatur pracy w komorze przechowywanych produktów od -26⁰C do - 30⁰C.
10. Czynnik chłodzący R404A.
11. Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie 60 dB.
12. Komora chłodnicza wyposażona w dwa niezależne systemy chłodzenia.
13. Parownik: Elektryczny system rozmrażania, Interwał rozmrażania 4 – 6 godzin, przerywanie procesu rozmrażania parownika przy temp. 0 – 10 ⁰C .
14. Gładką, łatwo zmywalną i antypoślizgową podłogę.
15. Alarm w razie przypadkowego zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również mechanizmem umożliwiającym natychmiastowe otwarcie drzwi od środka.
16. Alarm wystąpienia braku zasilania urządzenia.
17. Pełne wewnętrzne oświetlenie.
18. System monitoringu i rejestracji temperatury komory.
19. Posiada możliwość zdalnego monitoringu i zmiany parametrów pracy układów chłodniczych (szczególnie wstępna diagnoza potencjalnych nieprawidłowości i błędów).
20. Menu urządzenia, raporty i drukowane w języku polskim.

21. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
22. Wykonawca w ramach bezpłatnej instalacji wykona instalację elektryczną niezbędną do zasilania komory chłodniczej (montaż dobranego zabezpieczenia, montaż dobranego kabla w korytku kablowym, montaż skrzynki elektrycznej na budynku, montaż gniazd umożliwiających podłączenie zasilania do komory chłodniczej).
23. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
24. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
25. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia na terenie Polski w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne i walidację urządzenia minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta.
26. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z dzierżawionego urządzenia za wyjątkiem czynszu dzierżawnego.
27. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania.
28. Wykonawca podejmie działania serwisowe niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
29. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych z naprawianym.
30. „Zamawiający” zobowiązuje się zwrócić aparat „Wykonawcy” po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopień zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. „Wykonawca” dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony.

Wymagane w ofercie dokumenty:

- dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym,
- dokumentu dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej (deklaracja CE, certyfikat jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) oraz zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa URPLW MiPB lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP.

Miejsce dostawy: Terenowa Stacja WCKiK SP ZOZ w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19 – 300 Ełk.

Wykonawca oświadcza, że:

- cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
- zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego,
- jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy.

.....
(podpis wykonawcy)