

Gdynia, dnia 08-10-2024 r

Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Zakup urządzeń medycznych w ramach programu „Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” dla Szpitala Morskiego im. PCK - Szpital Pomorskie Sp. z o.o.”**

**Nr sprawy - D25M/251/N/39-75rj/24**

I. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zadanie 3 – Fotele do chemioterapii 10 szt do Szpitala Morskiego im. PCK – Oddział Hematologii

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają elektryczną regulację wysokości w zakresie 530 – 890 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które składają się z trzech segmentów: oparcia pleców, siedziska oraz segmentu nożnego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają elektryczną regulację segmentu oparcia pleców w zakresie 0-75°?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają elektryczną regulację segmentu nóg w zakresie 0-30°?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają elektryczną regulację do pozycji anty- Trendelenburga w zakresie 0-3°?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają całkowitą długość leża 2160mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają szerokość leża w każdym segmencie wynoszącą 605mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają długość segmentu siedziska wynoszącą 500 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

---

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)

D25M/251/N/2-5rj/24

9. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają długość segmentu oparcia pleców wynoszącą 920 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają długość segmentu nóg wynoszącą 680 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają podłokietniki o wymiarach 500 x 170 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają zakres regulacji podnóżka 160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają 1 kolumnę wznoszącą osłoniętą obudową aluminiową?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają koła z centralnym hamulcem o średnicy 100mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają dopuszczalne obciążenie 225 kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które posiadają wagę własną wynoszącą 125kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do chemioterapii, które nie posiadają regulowanej poduszki lędźwiowej?

Zdjęcie poglądowe:



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem  
Sekretarz Komisji Przetargowej  
Małgorzata Brancewicz-Malec

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

*Małgorzata Brancewicz-Malec*

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | [szpitalepomorskie.eu](http://szpitalepomorskie.eu)

D25M/251/N/2-5rj/24