

AM.2233.1.2021.PŁ

Barczewo, dn. 26 października 2021 r.

do wiadomości Wykonawców

Zamawiający, Zakład Karny w Barczewie, informuję iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. **Dostawa defibrylatora na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie**, zostały złożone następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z rejestracją 4 kanałów ekg i dodatkowym aparatem ekg 12 kanałowym dedykowanym do badań spoczynkowych ekg? W praktyce stosowanie 12 kanałowego ekg w defibrylatorze nie ma zastosowania diagnostycznego, a jedynie poglądowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania, zaawansowany monitor/defibrylator, czołowego amerykańskiego producenta wyposażony w moduł SpO2, monitor, możliwość wykonania 12-odpr. EKG, defibrylacji, kardiowersji, stymulacji, a także funkcję wsparcia RKO oraz dodatkowo, zaawansowany elektroniczny ciśnieniomierz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. parametry techniczne.

KIEROWNIK AMBULANCIUM I LUBA CHORYCH
Zakładu Karnego w Barczewie
mgr Paulina Łysy
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
2307650P