

Górno, dn. 11.10.2019 r.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 11.10.2019 r. w przetargu nieograniczonym na:**

Dostawę bronchofiberoskopu oraz szafy do przechowywania bronchofiberoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie w ramach inwestycji pn. „Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

I. Pytania do SIWZ

Pytanie nr 1

dotyczy zapisów SIWZ, pakiet 1 i 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia były wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II, §6, pkt. 2 ppkt. 2b-2c, oraz opisu przedmiotu zamówienia (część 1 – punkt 1 ppkt. 11, punkt 2 ppkt. 22, pkt. 5 ppkt. 7 / część nr 2 pkt. 1 ppkt. 12:

Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie?

Odp. Zamawiającego:

j.w.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika do SIWZ (Formularz cenowy), pakiet nr 1, 2: Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający

wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

II. Dot. części nr 2 – Szafa do przechowywania bronchofiberoskopu

1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana szafa spełniała wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN ISO 16442:2015?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

2. Ad. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę bez systemu monitorowania parametrów suszenia, kontroli dostępu do szafy, która spełnia wymagania normy PN-EN ISO 16442:2015 i pozwala na przechowywanie endoskopów przez okres 30 dni?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

3. Ad. 6 - Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące pkt. 4 (pytanie nr 2) Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wraz z szafą czytnika RFID lub kodów kreskowych, jako nie mających zastosowania?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

4. Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wymagającą zasilania sprężonym powietrzem medycznym z sieci szpitalnej? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie korzystniejsze niż opisane w SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

5. Ad. 10 - Czy Zamawiający zamierza punktować w jakikolwiek sposób większą pojemność szafy? Jeśli tak to w jaki?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

6. Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2, poz. 4)

Prosimy o doprecyzowanie czy efektem monitorowania ma być wydruk, a więc szafa powinna posiadać wbudowaną drukarkę, która pozwoli wygenerować dokument potwierdzający prawidłowość przechowywania danego endoskopu, a tym zabezpieczając interes Szpitala w przypadku ewentualnych roszczeń ze strony pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Wydruk lub informacja do programu archiwizacji badań ENDOBASE.

7. Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2, poz. 7)

Prosimy o potwierdzenie, że blokada (niezależnie od jej rodzaju) ma być aktywna w przypadku braku zasilania a nawet chwilowych spadków napięcia w sieci szpitala, z możliwością ręcznego awaryjnego zwolnienia. Tylko takie rozwiązanie uniemożliwia niezamierzone otwieranie się szafy co z kolei wpływa na utrzymanie mikrobiologicznej jakości endoskopu?

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

8. Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga urządzenia gdzie filtry zapewniające czyste powietrze wewnątrz szafy, będą znajdować się w każdym zestawie przyłączeniowym do kanałów endoskopu? Tylko takie rozwiązanie eliminuje konieczność okresowego (najczęściej raz w tygodniu) mycia, dezynfekcji i suszenia zestawów przyłączeniowych, co wiąże się z koniecznością każdorazowego wyjęcia wszystkich endoskopów z szafy, a więc również ich ponownego zdezynfekowania, co znacznie zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odp. Zamawiającego:
Wymagania zgodnie z SIWZ.

9. Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga by dno szafy mogło być czyszczone bez konieczności wyciągania endoskopów, jak również stosowania dodatkowych, wymiennych elementów eksploatacyjnych jak np. maty ociekowe, które zwiększą koszty eksploatacyjne urządzenia?

Odp. Zamawiającego:
Wymagania zgodnie z SIWZ.

10. Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga, aby uchwyty na endoskopy w szafie były tak skonstruowane, żeby umożliwiały odwieszanie poza strefą przechowywania tj. były ściągane w dół? Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować możliwość zanieczyszczenia pozostałych przechowywanych endoskopów w trakcie załadunku lub wyładunku, jak również ułatwia instalacje endoskopu osobom o niższym wzroście?

Odp. Zamawiającego:
Wymagania zgodnie z SIWZ.

11. Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga by szafa posiadała dodatkowe uchwyty do końcówek video endoskopów, zabezpieczając tym samym aparat przed mechanicznym uszkodzeniem oraz przed zbytnim naprężeniem podczas przechowywania? Tylko takie rozwiązanie pozwala na przechowywanie wszystkich endoskopów różnych producentów zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta (niektórzy producenci bezwzględnie wymagają podparcia i zabezpieczenia końcówki video endoskopu).

Odp. Zamawiającego:
Wymagania zgodnie z SIWZ.

12. Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga by szafa informowała użytkownika o statusie przechowywanego endoskopu bez potrzeby podchodzenia do panelu sterowania, poprzez wskaźniki LED znajdujące się na każdym uchwycie endoskopu?

Odp. Zamawiającego:
Wymagania zgodnie z SIWZ.

13. Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga by wszystkie endoskopy w oferowanej szafie były suszone oraz przechowywane asynchronicznie w jednej komorze?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

14. Opis przedmiotu zamówienia (część nr 2, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga by szafa posiadała menu w j. polskim?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

15. Dot. opisu przedmiotu zamówienia część nr 2 tabela 1b pkt 12 –

Czy Zamawiający dopuści szafę do suszenia i bezpiecznego przechowywania endoskopów spełniającą wszystkie wymagania SIWZ, która nie jest klasyfikowana jako wyrób medyczny i posiada stawkę VAT 23%?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

Dotyczy parametrów punktowanych w części 2

1. Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji czasu przechowywania endoskopów:

0-7 dni - 0 pkt

8 - 14 dni - 5 pkt

15-21 dni - 10 pkt

22-29 dni - 15 pkt

>30 dni - 20 pkt

Rozszerzenie zakresu punktacja pozwoli Zamawiającemu na lepszy dobór szafy pod względem parametrów przechowywania. Obecnie opisana w SIWZ punktacja premiuje w jednakowy sposób szafy przechowujące zarówno przez okres 7 jak i 27 dni.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

III. Pytania do umowy

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 1 pkt 1 poprzez zastąpienie wartości „20%” wartością „10%”?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 1 pkt 2 poprzez zastąpienie wartości „5%” wartością „2,5%”?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 1 pkt 3 poprzez zastąpienie wartości „0,5%” wartością „0,1%”?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 poprzez zastąpienie określeń „za opóźnienie” i „za każdy dzień opóźnienia” odpowiednio określeniami „za zwłokę” i „za każdy dzień zwłoki”?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

5. Dot. wzoru umowy §8 ust. 1, pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z naliczania kar za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w sytuacji, w której Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy dla naprawy urządzenia powyżej 7 dni.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że sprzęt zastępczy będzie posiadał parametry nie gorsze niż urządzenie które podlega naprawie.

Pytanie nr 6

dot. wzoru umowy §1 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację zapisu:

"Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 1 posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP, są fabrycznie nowe, posiadają oznakowanie CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim."

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

dot. wzoru umowy, §8, ustęp 1, pkt. 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

dot. wzoru umowy, §8, ustęp 1, pkt. 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara umowna była liczona od wartości przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, a nie od wartości poszczególnych części?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy wzoru umowy, § 8, ustęp 1, pkt 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy napraw, o których mowa w podpunkcie 3) był liczony w dniach roboczych?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.