

Gdańsk, 15.03.2023r.

**GUM2023ZP0022**

### Do uczestników postępowania

Dotyczy: dostawy sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

#### **Pytanie nr. 1**

##### **Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, pakiet 4. pozycja 4.5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu z dwiema prędkościami przesuwu uchwyty na ostrza do głowicy z preparatem:

- wolna – 600  $\mu\text{m/s}$
- szybka – 3000  $\mu\text{m/s}$

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane prędkości

#### **Pytanie nr. 2**

##### **Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, pakiet 4. pozycja 5.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu wyposażonego w uchwyt na nożyki, kompatybilny z żyłkami niskoprofilowymi z regulacją przesuwu bocznego oraz możliwością zmiany kąta natarcia

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów opisanych w pkt. 5 załącznika 3 do SWZ, w przeciwnym przypadku Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr. 3**

#### **Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, pakiet 4. pozycja 14.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu wyposażonego w dużą, szklaną płytkę typu „anti-roll” doskonale zapobiegającą zwijaniu się wycinków tkankowych podczas krojenia bez konieczności stosowania systemu podciśnienia dla tej funkcji oraz z systemem podciśnieniowego usuwania resztek powstałych w wyniku procesu skrawania (czyszczenie komory np. przez procesem dezynfekcji). System wyposażony w filtr antybakteryjny i antywirusowy (filtr HEPA) oraz zgrubny filtr mechaniczny.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr. 4:**

#### **Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, pakiet 4. pozycja 17**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu z powierzchniami zewnętrznymi oraz panelem sterowania wykonanymi z materiału łatwego w czyszczeniu oraz dezynfekcji, bez konieczności stosowania dodatków antybakteryjnych w postaci warstwy nano-srebra.

#### **Odpowiedź:**

Wymóg dotyczący powierzchni zewnętrznej i panelu sterowania pokrytego antybakteryjną warstwą nano-srebra, opisany w pkt. 17 jest warunkiem dodatkowo punktowanym.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 09.03.2023 r. na pytanie – zestaw pytań 2 – **pakiet 3 - kapilarny cytometr przepływowy** jak niżej:

#### **Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji w języku angielskim

Z uwagi na udzielone odpowiedzi, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 20.03.2023r. do godz. 9:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 20.03.2023 r. na godz. 9:30.

Dodatkowo zmianie ulega termin związania ofertą, który upływa w dniu 18.04.2023 r.

Załączniki do pisma:

Zmodyfikowana SWZ, OPZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

*p.o. Kanclerza  
/-/  
prof. dr hab. Jacek Bigda*

sporządziła: Marzena Landowska