

L. dz.: DZP- 321 /22

Poznań, dnia 02.06.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-7/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej - (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a wraz z montażem.

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 365

dotyczy Kolumna Chirurgiczna, szt. 4

Prosimy o dopuszczenie do postępowania kolumnę chirurgiczną, której głowica ma następujące wymiary: wysokość: 600 mm, szerokość: 523 mm, głębokość: 214 mm. Szerokość jest więc zaledwie o 53mm większa od wymaganej co nie wpływa niekorzystnie na funkcjonalność urządzenia. Co więcej – Zamawiający dopuszcza głowicę o jeszcze większej szerokości w przypadku kolumny anestezyjologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie w kontekście max parametru dla szerokości wg podanych wartości.

Z poważaniem,

*Opracowała: Barbara Głowacka
nr telefonu: 61 854 60 18
e-mail: dzp@ump.edu.pl*