



Znak: AE/ZP-27-61/21

Tarnów, 2022-01-21

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 14 pozycję 1 i 2 ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1.** W przypadku wydzielenia czy Zamawiający wyrazi zgodę na układy oddechowe o następujących parametrach. Układy te są w pełni kompatybilne z urządzeniami serii Airvo2. Opis: Układ do oddychania ogrzewanym powietrzem, służący do dostarczania nawilżonych i podgrzanych gazów oddechowych. Dren posiada wbudowaną w ściankach podwójną spiralę grzejącą. Układ z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Gładka powierzchnia wewnętrzna rury. Układ przeznaczony do użycia przy przepływach gazów medycznych od 2 do 60 l/min, w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną., miękka silikonowa końcówka eliminuje konieczność zastosowania adapterów. Długość układu 180 cm, układ zawierający w komplecie komorę nawilżacza. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (podstawowy i dodatkowy) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Zestaw: układ oddechowy i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Zestaw kompatybilny z nawilżaczem serii Airvo2. Na opakowaniu czytelna data produkcji, oraz czytelna data przydatności do użycia (min 24 m-ce). Na etykiecie czytelna waga zestawu (0,3 kg.)
3. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2.** W przypadku wydzielenia czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniule donosowe o następujących parametrach? Kaniule te są w pełni kompatybilne z urządzeniami serii Airvo2. Opis: Kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe. Wygodne i dobrze tolerowane silikonowe wąsy tlenowe sprawiają, że pacjent jest bardziej podatny na terapię. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną złączkę. Pasująca do większości ogrzewanych układów oddechowych do terapii HFNC. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościennymi co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach jest praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony pasek mocujący wokół głowy. Łatwy do dopasowania szeroki, elastyczny, dzielony pasek umożliwia bezpieczne zamocowanie kaniuli, jednocześnie podnosząc komfort pacjenta. Kaniule wyposażone w obrotową złączkę z uchwytem, co powoduje łatwe podłączanie i odłączanie kaniul przy pomocy skrzydełek na zintegrowanej obrotowej złączce. Wysokoprzepływowa kaniula nosowa umożliwia wzbogacanie powietrza w tlen w warunkach wysokiego przepływu (HFNC) przy pomocy ogrzanego i nawilżonego gazu, zapewniając wszechstronność niezbędną do reagowania na zmieniający się stan pacjenta. Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Kaniule dostępne w 3 rozmiarach, S,M,L



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 14 poz. 1-2.**

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 14 poz. 1**, i podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 1.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 14 poz. 2**, i podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 14 poz. 2.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

