



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec  
ul. Sobieskiego 9  
tel. 34 350 63 86  
fax 34 356 58 70

[www.spzozlubliniec.pl](http://www.spzozlubliniec.pl)  
e-mail: [przetargi@spzozlubliniec.pl](mailto:przetargi@spzozlubliniec.pl)  
NIP: 575-16-53-596  
REGON: 000310083

Sekretariat  
34 350 63 80

Lubliniec 26-06-2020 r.

Główny Księgowy  
34 350 63 83

SPZOZ-IV-ZP-165-2020

Dział Kadr  
34 350 63 87

**BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.**  
**Piskorzów 51**  
**58-250 Pieszyce**

Dział Zamówień  
Publicznych  
34 350 63 86

dot. przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/15B/20

Dział Organizacji i  
Nadzoru  
34 350 63 90

## Zamawiający przesyła informację o odrzuceniu Państwa oferty i unieważnieniu części nr 30

Dział  
Administracyjno-  
Techniczny  
34 350 63 89

Zamawiający odrzuca Państwa ofertę na część nr 30. Część nr 30 składała się z 3 pozycji tj. 30.1, 30.2. i 30.3. Pozycja nr 30.2 i 30.3 to półmaski o następujących wymaganych parametrach:

Dział Informatyki  
34 351 49 12

Izba Przyjęć  
34 351 49 10

30.2	Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (badanie chlorkiem sodu 0,35%; badanie olejem parafinowym 0,52%; opór oddychania 1,55 l/min), bez zaworu, trzyczęściowa rozkładana konstrukcja wyposażona w piankę w części górnej maski umożliwiającą szczelne przyleganie do twarzy, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos. Maskę w kolorze zielonym z niebieskimi gumkami mocującymi. możliwość użytkowania podczas pracy z lekami cytostatycznymi, z nadrukowaną graficzną instrukcją użycia
30.3	Półmaska filtrująca FFP3 NR D zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (badanie chlorkiem sodu 0,48%; badanie olejem parafinowym 0,56%; opór oddychania 1,87 l/min.), z zaworem w części górnej maski, rozkładana, z elastyczną kształtką na nos w kolorze niebieskim umożliwiającą łatwe dopasowanie, Opakowanie a' 1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją użycia.

Medyczne  
Laboratorium  
Diagnostyczne  
34 350 63 70

Ratownictwo  
Medyczne  
34 350 63 61

Państwa **półmaska filtrująca klasy P3 30xNDS** (kod EAN 2010000036884) zaoferowana zarówno do poz. 30.2 i 30.3 **nie spełnia** wymaganych ww. parametrów. W związku z powyższym Państwa oferta zostaje odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

Pracownia RTG  
34 351 49 22

Podstaw prawną odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 uprawnienia zamawiającego w toku badania i oceny ofert ust. 2 pkt 3;

Rejestr Wojewody:  
24 -02181  
KRS: 0000004716

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia część nr 30 – brak ofert.

Certyfikat jakości w  
Ratownictwie  
Medycznym:

Zamawiający



Sporządził: Piotr Mastalerz

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*Piotr Mastalerz*  
mgr inż. Piotr Mastalerz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu  
*dr Tomasz Piechniczek*