

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa suszarki laboratoryjnej - 1 sztuka

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- 1) pojemność komory wewnętrznej: minimum 50 l;
- 2) wnętrze ze stali nierdzewnej;
- 3) wymiary komory wewnętrznej nie mniejsze niż: 360x420x380mm;
- 4) wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 580x645x585mm;
- 5) naturalny obieg powietrza;
- 6) pełne drzwi;
- 7) zakres temperatury: minimum od 5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C;
- 8) czas nagrzewania do temperatury 150°C – nie dłuższy niż 60 min;
- 9) półki druciane chromowane lub ze stali nierdzewnej (inox);
- 10) ilość półek: minimum 2;
- 11) maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia 40 kg;
- 12) kontroler z wyświetlaczem LCD;
- 13) instrukcja obsługi w języku polskim;
- 14) możliwość zaprogramowania pracy w wybranej temperaturze w zakresie czasu minimum od 0 do 72 godz.;
- 15) moc znamionowa: co najmniej 1kW;
- 16) zasilanie: 230V.