



Znak: AE/ZP-27-67/23

Tarnów, 2023-09-11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętnicznej na gazometrię.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 3 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu dotyczącego jednego producenta dla systemu używanego bezpośrednio do pobierania krwi określonego w poz. 1-12 na: „Wszystkie elementy systemu zgodnie z rekomendacjami KIDL powinny być wykonane przez jednego producenta – w przypadku zaoferowania produktów pochodzących od różnych producentów - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o pełnej kompatybilności oferowanych elementów różnych producentów tworzących zestaw.”
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie szkolenia do 4 godzin?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie filmu instruktażowego w zamian udostępnienie platformy do szkoleń internetowych on-line?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy o wyjaśnienie roli Wykonawcy w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej? Czy Wykonawca powinien tylko uczestniczyć w kontroli?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zamian za próbki o objętości 3 ml próbki na 4 ml krwi?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tylko próbek o objętości 2 ml?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek z heparyną litową bez separatora?
8. **Dotyczy pkt 17.1 i 18.1 SWZ.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia i otwarcia ofert o minimum 3 dni robocze.
9. Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 7 pkt. 32 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 29 ust. 1 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego w punkcie 10 tabeli z załącznika nr 4 wymogu pokrycia kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej o częstotliwości 4 razy w roku (kwartalnie) oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne? Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z nabyciem kontroli do ceny oferty?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 1 do SWZ (Formularz Cenowy) dla Pakietu 1 pozycja 4.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w tej pozycji tylko próbek do glukozy o objętości 2 ml. Próbek tego typu o większej objętości nie mamy w obrocie i nie możemy zagwarantować, że producent będzie ją miał dostępną, kiedy się o nią zwrócimy. Wynika to z tego, że klienci zamawiają tylko próbki o obj. 2 ml, których objętość wystarcza na wykonanie oznaczeń.
11. **Dotyczy Załącznika Nr 1 do SWZ (Formularz Cenowy) dla Pakietu 1 pozycja 10.** w związku z tym, że Zamawiający dopuszcza w tej pozycji igły systemowe z osobnymi uchwytnymi z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym, prosimy - w przypadku zaoferowania tego rozwiązania - o dopuszczenie zaoferowania mniejszej o 500 szt. ilości uchwytów systemowych w pozycji nr 12,





ponieważ 500 szt. uchwytów będzie już zaoferowane w pozycji nr 10. Rozwiązanie takie zrówna szanse oferentów oferujących różne rozwiązania w pozycji nr 10. Prosimy też o umożliwienie dodania w tabeli cenowej pozycji 10a w celu osobnego wycenienia uchwytów z zabezpieczeniem przeciwwakluciovym. W pozycji 10 wycenione zostałyby igły systemowe. Ułatwi to zamawianie produktów, ponieważ nie zostanie utworzony sztuczny zestaw.

12. **Dotyczy pkt. 19.2.3 oraz 22.11 SWZ; pkt. V.2 Formularza ofertowego.** Zwracamy się z prośbą o rozpatrywanie terminu reklamacji w dni robocze
13. **Dotyczy pkt. 22.11 SWZ.** Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości brutto umowy.
14. **Dotyczy pkt. 22.12 SWZ.** Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

### **Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 3 Załącznika Nr 4 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-12.**

**Ad. 2** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1.**

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza w ramach wymagania określonego w pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ w zakresie „...udostępniania platformy internetowej do szkoleń on-line z zakresu: zapobiegania błędom przedlaboratoryjnym, dobrych praktyk pobierania krwi oraz bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia” dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** udostępnienie filmu instruktażowego w wyżej wymienionym zakresie.

**Ad. 4** Zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej o częstotliwości 4 razy w roku (kwartalnie).

**Ad. 5** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 2.**

**Ad. 6 i 10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** tylko próbek o objętości 2 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.


**Ad. 7** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 6.**

**Ad. 8** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów określonych w pkt : 16.1, 17.1, 18.1 SWZ.

**Ad. 9** Oczywisty jest fakt, że kontrola zewnątrzlaboratoryjna, o której mowa w pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ dla **Pakietu Nr 1** winna być ujęta w cenie oferty, natomiast jeżeli Wykonawca chce ją wyszczególnić to winien dodać kolejną pozycję w Formularzu Cenowym.

**Ad. 11** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie o 500 szt. uchwytów oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 10.** Równocześnie Zamawiający dopuszcza dodanie w Załączniku Nr 1 do SWZ (Formularz Cenowy) poz. 10a w celu osobnego wycenienia uchwytów z zabezpieczeniem przeciwwakluciovym (w przypadku zaoferowania igieł z osobnym uchwytem systemowym z zabezpieczeniem przeciwwakluciovym).

**Ad. 12-14** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

 Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

**DYREKTOR**  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie

**Marcin Kula**

