

Konin, dnia 10.08.2021 roku

WSZ-EP-17/633/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn „**Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Leku Cytostatycznego**”, nr sprawy **WSZ-EP-17/2021**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 7**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pakiet 6 poz. 1-5. Proszę o dopuszczenie. Zamkniętego adaptera luer lock męski z możliwością połączenia na stałe połączony ze strzykawką luer-lock tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych ,z osłonką końcówki luer-lock. Zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce., do wielokrotnego użycia Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

2. Pakiet 9 poz.1. Proszę o dopuszczenie Strzykawka – strzykawka jednorazowa trzyczęściowa , z możliwością połączenia trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). System uniemożliwia uwalnianie się oparów/aerozoli zgodnie z standardem CSTD . Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca przypadkowe zakucie się igłą. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50 ml oraz 60 ml,do wyboru przez zamawiającego, z budową ułatwiającą łatwym pobieranie cieczy oleistych i nie posiada żadnych wyłączenia leków dla tego systemu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

3. Pakiet 9 poz.2. Proszę o dopuszczenie. Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszone przez konstrukcję oraz zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1, wolny od : DEHP , lateksu i BPA. Łącznik kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, 20 mm., 28 mm i 32 mm do wyboru przez zamawiającego System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiołki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiołki. Posiada system podwójnej membrany Toxi-Guard® wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym (węgiel drzewny) oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstrukcji leków.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.