

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego- 2 części

W związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły od Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje

Część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pipety ośmiokanałowej nastawnej w zakresie ustawień od 30 do 300 ul?

Uzasadnienie:

Z punktu widzenia Zamawiającego ważny jest fakt jaką końcową wydajność otrzyma.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia Dyrektora

KIEROWNIK
Działu Promocji i Marketingu
RCKiK w Lublinie

Paweł Filip

Starszy Specjalista

mgr Monika Trzcńska