



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, 08 lutego 2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach realizacji inwestycji „Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 74/PN/2023.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 1605), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**Pytanie 1**

Zadanie 3 "Zakup kardiomonitorów sztuk 6 wraz z centralą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu"

1. Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o przekątnej ekranu minimum 15"?

2. Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o czasie powrotu linii bazowej po defibrylacji max 10s?

3. Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością pomiaru częstości HR w zakresie minimum 15 - 350 / min?

4. Punkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością pomiaru pulsu w zakresie minimum 25-250/min?

5. Punkt 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością pomiaru IBP w minimum mmHg, kPa?

6. Punkt 63

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością pomiaru rSO<sub>2</sub> z dokładnością (RMS, wartość absolutna) dla dzieci  $\leq 5\%$ ?

7. Punkt 87

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w minimum następujące tryby pracy: tryb pracy intubacja, rescue, nocny, prywatny?

8. Punkt 91

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor niewyposażony w tę funkcję?

9. Punkt 115

Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie przez wymóg:  
„Wbudowane funkcje obliczeniowe 6 różnych”?

10. Punkt 123

Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymóg rozpoznawania komend głosowych jest obligatoryjny – patrz punkt 91 – czy jest to parametr oceniany punktowo?

11. Punkt 81

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w pomiar EEG z możliwością wyboru minimum czterech wartości częstotliwości stymulacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Punkt 8

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

2. Punkt 20

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

3. Punkt 26

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

4. Punkt 33

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

5. Punkt 48

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

6. Punkt 63

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

7. Punkt 87

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

8. Punkt 91

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

9. Punkt 115

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

10. Punkt 123

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu

11. Punkt 81

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o parametrach wskazanych w pytaniu