



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dn. 13.08.2019

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **poniżej 221.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa wyrobów medycznych (zestaw do autotransfuzji krwi)** ogłoszenia w 583994-N-2019; data zamieszczenia: **08.08.2019 r. Znak sprawy – PN 38/2019**

Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1- Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji krwi w składzie:

1. Aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym 175/40/10 μ , połączenie typu Spike z możliwością podłączenia do kaniuli obwodowej; 2. Łącznik Y (możliwość pracy z 1 lub 2 drenami); Mieszek 200 ml z zastawką antyzwrotną, kształt harmonijkowy z otworem na kciuk umożliwiający wygodną obsługę jedną ręką. Mieszek wytwarza wstępne podciśnienie 70 mmHg, które następnie przechodzi w grawitacyjne;
3. Worek na krew 700 ml z zastawką i początkowym filtrem krwi 175 μ ;
4. Worek na krew 700 ml z zastawką antyzwrotną i pierwszym filtrem 175 μ ;
5. Worek na drenaż przedłużony 700 ml z zastawką antyzwrotną.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2- Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowego worka na krew w rozmiarze 700 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3 – Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do autotransfuzji, 2 worki na krew o pojemności 600 ml (łącznie 1200 ml) z filtrem 200 mikronów, dwa dreny Redona z trokarami w rozmiarze Ch14, podciśnienie początkowe min. 65 mmHg, silikonowy mieszek ze sprężyną (butelka redona) z zastawką przeciwwrotną i filtrem 40 mikronów ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4- Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dodatkowy standardowy worek na krew o rozmiarze 700 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5- Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z poniższym opisem? Zestaw przeznaczony do pooperacyjnej autologicznej transfuzji krwi. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml z miejscem na kciuk wyposażony w zastawkę antyzwrotną dla utrzymania stałego podciśnienia oraz dren o długości 6 cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka, dren o długości 140 cm z dwoma lub czterema (w zależności od modelu) uniwersalnymi, docinanymi końcówkami, kompatybilnymi ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 do CH 18, w przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający pobieranie próbek krwi oraz podawanie antykoagulantów oraz klamra zaciskowa, worek zbiorczy na krew z filtrem 200 μ m o pojemności 700 ml., skala numeryczna: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 ml, worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi oraz w zawór łączeniowy typu large-lock umożliwiający połączenie worka z zestawem transfuzyjnym, drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock służącym do szczelnego połączenia mieszka z workiem na krew, wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka oraz klamrę zaciskową. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi aparat do transfuzji Priautotrans z filtrem

10 µm lub 40 µm (w zależności od modelu) z dużą komorą kroplową oraz drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren. Sterylny, podwójnie pakowany.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6- Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek na krew o rozmiarze 700 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI
„STOCER” Sp. z o.o.

Piotr Papaj

Otrzymują:

-adresat

-a/a.

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Mrówka

Tel. (22) 711 90 48, , Fax (22) 711 90 37,,

e-mail: zamowienia@stocer.pl