

Kraków, 16.09.2021

DZ.271.69.510.2021

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 34  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: DZ.271.69.2021 – Dostawa stanowiska rejestracji, analizy i oceny EEG, aparatury do hemodializ, drobnego sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych dla Pracowni i Oddziałów Szpitala**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania,

**PAKIET II - Aparatura do hemodializ**

**Pytanie 1.**

A. Aparat do hemodializy 4 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy z płynną regulacją przepływu dializatu w zakresie 300-800 ml/min, z indywidualnym systemem blokady kół, posiadającego dotykowy ekran z zamkniętym obiegiem do automatycznej dezynfekcji aparatu HD z wyjątkiem dodatkowego bagnetu (podczas użycia rekomendowanych przez producenta aparatu koncentratów kwaśnych w formie worków softpac wszystkie elementy aparatu używane podczas zabiegu są automatycznie dezynfekowane)? Pozostałe parametry zgodne SWZ

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2.**

B. Kompaktowy system uzdatniania wody – 2 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do uzdatniania wody o podanych parametrach:

- zasilane 220-240 V 50/60 Hz
- Elektronika: sterowany mikroprocesorowo podświetlany wyświetlacz z przejrzystymi wskazaniami, przedstawienie wszystkich parametrów urządzenia
- woda uzdatniona – minimum 66 l/h przy temperaturze wody wejściowej 10°C, ciśnienie wody oczyszczonej od 1 do 5,86 bara w zależności od poboru wody z pętli wody oczyszczonej
- pobór mocy max 1920 W
- wymagania wody zasilającej – min 3l/min, ciśnienie wody zasilającej 1,5-8 bar, temperatura wody zasilającej od -5°C do 30°C
- zakres przewodności wody zasilającej - 10-2000  $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 10\%$
- zakres przewodności wody oczyszczonej - 1-500  $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 10\%$
- wymiary: szer. x wys. x gł. max. 205 x 563 x 520 mm
- waga 33kg
- podłączenia mechaniczne: woda zasilająca gwint 1/2" (gwint zewnętrzny)

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3.**

C. Wózek transportowy z filtrami – 2 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu nie wymagającego wózka ponieważ filtry oraz urządzenie odwróconej osmozy może zostać przymocowane do aparatu do hemodializy i tym samym system korzysta z kółek w jakie wyposażony jest aparat?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4.**

D. Wyroby jednorazowe do wykonywania dializ:

- dotyczy pozycji 102. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania dializatora typu Low-Flux, sterylizowany parą wodną, pow. 1,4 m<sup>2</sup>?

- dotyczy pozycji 104. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania dializatora typu Low-Flux, sterylizowany parą wodną, pow. 1,7 m<sup>2</sup>?

- dotyczy pozycji 107. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania płynnego koncentratu kwaśnego w workach jednorazowych o pojemności 3,5l?

- dotyczy pozycji 108. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania środka na bazie kwasu cytrynowego w opakowaniach 10l?

dotyczy pozycji 109. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania środka na bazie kwasu nadoctowego w opakowaniach 5kg?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5.**

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja C wózek transportowy z filtrami:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 do oddzielnego zadania pozycję nr C?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6.**

Pytanie 1. dot. Pakiet II, Parametr 59

Czy Zamawiający dopuści Kompaktowy system uzdatniania wody, którego ciężar własny wynosi 30 kg, a ciężar eksploatacyjny ok. 32 kg?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kompaktowy system uzdatniania wody, którego ciężar własny wynosi 30 kg, a ciężar eksploatacyjny ok. 32 kg.**

**Pytanie 7.**

Pytanie 2. dot. Pakiet II, Parametr 64

Czy Zamawiający dopuści Kompaktowy system uzdatniania wody o wydajności ok. 60 l/h - przy twardości wody wejściowej poniżej 1°dH, przy 10°C.

Parametr ten nie ma wpływu na zasilanie aparatu do dializ, którego maksymalny przepływ wynosi 800 ml/min czyli 48 l/h.

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kompaktowy system uzdatniania wody o wydajności ok. 60 l/h - przy twardości wody wejściowej poniżej 1°dH, przy 10°C.**

**Pytanie 8.**

Pytanie 3. dot. Pakiet II, Parametr 80

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z filtrami o wymiarach w mm 860× 550 × 800 (wys. × szer. × gł.)?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy z filtrami o wymiarach w mm 860× 550 × 800 (wys. × szer. × gł.).**

**PAKIET III - Drobny sprzęt medyczny**

**Pytanie 9.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktów fabrycznie nowych rok produkcji 2021 lub 2020

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na inhalator o przepływie powietrza z nebulizatora 6 l/min. Pozostałe parametry inhalatora jak w SIWZ

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 11.**

Czy Zamawiający dopuści w poz. G inhalator o poniższych parametrach:

<b>G. Inhalator pneumatyczny - 15 sztuk</b>			
nazwa produktu	podać		-
numer katalogowy produktu lub grupy	podać		-
producent	podać		-
produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021	TAK		-
tryb pracy: ciągly	TAK	x	-
pojemność zbiornika na lek: 6 ml	TAK		-
MMAD wg normy EN13544-1: 3 [µm]	TAK		-
frakcja respirabilna < 5 µm (FPF)% , min. 77 %	TAK, podać		-
prędkość przepływu podczas pracy 5 – 8 l/min	TAK, podać		[1,2]
głośność: max. 58 [dB]	TAK, podać		-
maksymalne ciśnienie kompresora 2,41 – 3,45 bar (241-345 kPa)	TAK		-
maksymalny przepływ powietrza 7 – 11 l/min	TAK		-
prędkość przepływu podczas pracy 5 – 8 l/min	TAK		-
waga urządzenia, max. 1,5 [kg]	TAK, podać		[2,1]
wymiary, max. szer. x gł. x wys.: 170 x 170 x 110 [mm]	TAK, podać		-
<b>Wyposażenie dla każdego oferowanego inhalatora:</b>			
nebulizator - 1 szt.	TAK		-
przewód powietrzny - 1 szt.	TAK		-
maska dla dorosłych - 1 szt.	TAK		-
maska dla dzieci - 1 szt.	TAK		-
filtr - 1 szt.	TAK		-
ustnik - 1 szt.	TAK		-

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PAKIET IV - Narzędzia chirurgiczne, TYP I**

**Pytanie 12.**

5) Prosimy o odstąpienie od konieczności podawania informacji o ilości, modelu i nr serii urządzeń, jako że ciało notyfikowane, które wydaje certyfikaty jakości ISO 9001 potwierdza także jakość produkcji i serwisu.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13.**

Poz.11) Imadło o dł. 170mm lub 180mm lub 200mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14.**

Poz.19,21) Imadło o dł. 270mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 15.**

Poz.20) Imadło o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 16.**

Poz.22) Rozwieracz o max. rozwarciu 250mm, łyżki o wym. 40x65mm i 72x65mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 17.**

Poz.23) Hak o wym. 23x16mm i 26x16mm oraz 27x16mm i 30x16mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 18.**

Poz.28) Hak o wym. 55x24mm i dł. 230mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 19.**

Poz.29) Hak o wym. łopatki 42x13mm i dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20.**

Poz.32) Elewator o szer. 3,5/3,5mm i dł. 190mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 21.**

Poz.33) Zacisk o dł. szczęk 30mm i dł. całkowitej 85mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 22.**

Poz.34) Mikrozacisk o dł. całkowitej 47mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 23.**

Poz.35) Mikrozacisk o dł. całkowitej 57mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24.**

Poz.36) Mikrozacisk o dł. całkowitej 44mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 25.**

Poz.37) Mikrozacisk o dł. całkowitej 49mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26.**

Poz.39) Rozwieracz o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27.**

Poz.40) Końcówka do odsysania o dł. 310mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 28.**

Poz.41) Imadło o dł. 300mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 29.**

Poz.42) Imadło o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 30.**

Poz.49) Nożyczki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 31.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr.IV pozycji nr.11 imadło Berry o długości 18,5 cm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 32.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. IV pozycji nr. 13 - 16 pincetę naczyniową o szerokości szczęk 2,7 mm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 33.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. IV pozycji nr.16 pincetę naczyniową o długości 16 cm ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr.20 imadło chirurgiczne o nazwie własnej Mayo-Hegar, o długości 18 cm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 35.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 21 imadło chirurgiczne o długości 27 cm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 36.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 22 rozwieracz do żeber o max. Rozwarciu 210 mm, wielkość łyżek 48x64, 77x64 mm, ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 23 hak operacyjny o wymiarach FIG. 1.- 23x16 mm / 26x16 mm oraz Fig. 2.- 23x16 mm / 30x16 mm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 38.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 27 hak operacyjny o wymiarach 45x15 mm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 39.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 28 hak operacyjny o wymiarach 60x23 mm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 40.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 29 hak operacyjny o długości 22 cm ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 31 kleszcze atraumatyczne o długości 19 cm ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 42.**



Czy Zamawiający w Pakiecie nr IV pozycji nr. 33 zacisk naczyniowy o wymiarach: długość szczęki 30 mm, długość całkowita 85 mm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 43.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 37 atraumatyczny mikrozacisk o długości całkowitej 60 mm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 44.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 39 rozwieracz o długości 14 cm ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 45.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr IV pozycji nr. 41 imadło chirurgiczne o długości 31 cm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 46.**

Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla pakietu IV i VII do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 47.**

Pakiet 4, nr 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta De Bakey dł. 165 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 48.**

Pakiet 4, nr 21: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło Mansson dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 49.**

Pakiet 4, nr 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak Lamgenbeck dł. 225 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 50.**

Pakiet 4, nr 32: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, elewator Freer dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 51.**

Pakiet 4, nr 34: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, mikrozacisk Bulldog dł. 47 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 52.**

Pakiet 4, nr 35: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, mikrozacisk Bulldog dł. 57 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 53.**

Pakiet 4, nr 36: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, mikrozacisk Bulldog dł. 47 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 54.**

Pakiet 4, nr 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, mikrozacisk Bulldog dł. 67 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 55.**

Pakiet 4, nr 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz Weitlaner dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 56.**

Pakiet 4, nr 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz Weitlaner dł. 135 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 57.**

Pakiet 4, nr 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, końcówka Yankauer dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 58.**

Pakiet 4, nr 41: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło De Bakey dł. 310 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 59.**

Pakiet 4, nr 46: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Pean, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 60.**

Pakiet 4, nr 48: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki Overholt dł. 290 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET V - Narzędzia chirurgiczne, TYP II**

**Pytanie 61.**

Czy Zamawiający w pakiecie V poz. 22 popełnił omyłkę pisarską i miał na myśli numer katalogowy płaszcz izolowanego E0633002 zamiast E063002

**Odp.: TAK, Zamawiający w pakiecie V poz. 22 popełnił omyłkę pisarską i miał na myśli numer katalogowy płaszcz izolowanego E0633002 zamiast E063002.**

**PAKIET VII - Mikro imadło - 6 sztuk**

**Pytanie 62.**

Poz.12) Czy Zamawiający ma na myśli okres gwarancji min.10 lat na dostępność do części zamiennych?

**Odp.: Zamawiający informuje, że okres gwarancji, min 10 lat dotyczy okresu gwarancji dla oferowanych narzędzi czyli mikro imadeł.**

**Pytanie 63.**

Poz.12) Jednocześnie prosimy o ograniczenia tego wymogu do gwarancji max. 48 miesięcy.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 64.**

Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla pakietu IV i VII do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**WZÓR UMOWY**

**Pytanie 65.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty **brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu zamówienia** określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu zamówienia.**

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny **brutto niewykonanych w terminie obowiązków wynikających z rękojmi** lub za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewykonanych w terminie obowiązków wynikających z rękojmi**

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów we wzorze Obowiązek informacyjny (informacja dla pracowników wykonawcy), stanowiący załącznik nr 3 do umowy.**

Punkt 4 Obowiązku informacyjnego (informacja dla pracowników wykonawcy), brzmi

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy....., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że obowiązującym termin składania i otwarcia ofert jest:**

**20-08-2021 godz: 09:00 – termin składania ofert**

**20-08-2021 godz: 09:30 – termin otwarcia ofert**

Z poważaniem