

Numer sprawy 17/P/2020

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

**Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 7 części
Część Nr 4 – Dostawa aparatu do miareczkowania potencjometrycznego (titratora) - 1 szt.**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w wyniku przewidzianego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu procedowania w oparciu o art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

**Labindex Spółka Cywilna Marcin Grzelka Michalis Stambudzys
ul. Nutki 3-5,
02-786 Warszawa**

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający wymagał w SIWZ Załącznik A rdz „Część nr 4: Dostawa aparatu do miareczkowania potencjometrycznego (titratora) - 1 szt.” aby:

Format zapisu danych:	pdf, xml
------------------------------	----------

Oferent Firma Labindex oświadczyła, że :

Urządzenie generuje pliki raportowe w formacie pdf oraz csv. Pliki csv można konwertować na pliki xml za pomocą komputera PC.

Oferowane urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie żądanych formatów zapisu danych w związku z czym nie spełnia wymagań zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta została odrzucona nie zaoferował urządzenia spełniającego wymagania SIWZ – Załącznik A.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Dziel

.....
Kierownik Zamawiającego