

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

#### Dotyczy: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### Pytanie 1:

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 2  
Czy Zamawiający dopuści pojemność użytkową komory: 775 litrów ?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 2:

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 3  
Czy Zamawiający dopuści możliwość pomieszczenia 600 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50mm ?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 3:

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 5  
Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne:  
szerokość 1205 mm  
głębokość 1025 mm  
wysokość 1955 mm?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 4:

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 6  
Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne:  
szerokość 865 mm  
wysokość 1286 mm?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 5:

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 7  
Czy Zamawiający dopuści wnętrze ze stali nierdzewnej AISI304 ?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6:**

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści system zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący jeden automatyczny port wyrównywania ciśnienia ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7:**

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (2szt.) z możliwością łatwego demontażu z użyciem śrubokręta (dostarczony z dostawą) ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8:**

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści grubość izolacji 130 mm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9:**

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści dwa niezależne układy chłodzenia z energooszczędnymi kompresorami inwerterowymi ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10:**

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści zużycie energii zamrażarki pracującej w 25°C - 10,04 kWh/dzień ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11:**

Dot. Wykaz parametrów wymaganych i oferowanych, pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści wagę urządzenia 365 kg ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Z-ca Dyrektora**

**Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych**