



„Pro-Medica” w Elkku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odowiedź na Zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1983 / 3558 /23

Data: 13.09.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę jałowych pakietów zabiegowych, artykułów sterylizacyjnych oraz opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran na potrzeby „Pro-Medica” w Elkku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 2975 / 2023

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 9, poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13x240cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 9, poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, elastycznej, dwuwarstwowej osłony na kończynę 23x91cm wykonana z antypoślizgowego, termoplastycznego elastomeru (styren-etylen/butylen-styren), a w części wewnętrznej z poliestrowej dzianiny Jersey. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 24, poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny barierowej polipropylenowej typu SMS o gramaturze 40 g/m². Pakowany z dwoma rącznikami. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 24 poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny barierowej pełnobarierowej typu SMS o gramaturze 40 g/m², ze wzmocnieniem części przedniej i na rękawach o gramaturze 26g/m². Każdy rozmiar fartucha oznaczony na metce wszytej przy szyi. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 27 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm

1x kocyk dla noworodka 100x105 cm

4x rącznik chłonny 20x30 cm z mikrościągą zabezpieczająca przed rozerwaniem

1x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE 1x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35+/- 3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 50x35+/- 3cm, ze zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z bilaminatu o gramaturze 58g/m², odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H₂O, wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramaturze 60 g/m², łączna gramatura materiału w obszarze wzmocnienia 121 g/m². I klas palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

