

Węgrów, dnia 30.10.2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Szpitala Powiatowego w Węgrowie, Znak sprawy: Z/OL/18/24

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Węgrowie informuje. Iż wpłynęły następujące pytania od Wykonawców:

Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz cenowy

Pakiet 2

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bardziej czułego niż wymagany, który wykrywa hemoglobinę w stężeniu ≥ 10 ng/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu bardziej czułego niż wymagany, który wykrywa hemoglobinę w stężeniu ≥ 10 ng/ml

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 97,8% i swoistości 97,5% względem qPCR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o czułości 97,8% i swoistości 97,5% względem qPCR

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o czułości 98,2% i swoistości 97,9% spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o czułości 98,2% i swoistości 97,9% spełniający pozostałe wymagania.

Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu o czułości 95,5% i swoistości >99,9% względem innego testu immunochromatograficznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie proponowanego testu

Poz. 6, 7, 8, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów zawierających 20 hermetycznie pakowanych kasetek oraz próbek zawierających bufor i zaferowanie niepełnego opakowania czy też Zamawiający wymaga zaokrąglenia do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie testów zawierających 20 hermetycznie pakowanych kasetek oraz próbek zawierających bufor i zaokrąglenia do pełnego opakowania w górę

Poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu *Campylobacter* spp. o czułości 93,7% i swoistości 98%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie proponowanego testu

Poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu, który może być wykonywany z wykorzystaniem próbek wydzieliny nosowej lub wyłuczyn z nosa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie testu, który może być wykonywany z wykorzystaniem próbek wydzieliny nosowej lub wyłuczyn z nosa

Poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu o czułości >99,9% i swoistości 91,3% względem metody porównawczej ELISA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie testu o czułości >99,9% i swoistości 91,3% względem metody porównawczej ELISA



W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Podpisał:

Dyrektor SPZOZ w Węgrowie

Lek. med. Artur Skóra