

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy postępowania
„Dostawa sprzętu jednorazowego do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu CT
wraz z dzierżawą urządzenia”**

Znak sprawy: ZP/38/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw nr 1

Pytanie 1

Pyt. 1 dot. zał. nr 1A do SIWZ, część III: Tabela cenowa materiałów eksploatacyjnych, pozycja nr 2.
Odnosimy wrażenie, iż doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w opisie pozycji nr 2. Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający w pozycji nr 2 ma na myśli: Jednorazowy dren o dł.120 cm z zaworami zwrotnymi na każdym końcu, zakończony z jednej strony żeńską końcówką Luera, z drugiej strony męską?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że doszło do pomyłki. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Tabeli cenowej materiałów eksploatacyjnych (Tabela III) w poz. 2 na:
„Jednorazowy dren o dł.120 cm z zaworami zwrotnymi na każdym końcu, zakończony z jednej strony żeńską końcówką Luera, z drugiej strony męską”

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

.....

Zatwierdził

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Marzena Kula