



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

EZP.26.143.2.2023.MD

Warszawa, dnia 19.09.2023 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na **zakup, dostawa, wniesienie, instalacja, montaż wirówki laboratoryjnej wraz ze szkoleniem dla użytkowników**, oznaczenie sprawy: EZP.26.143.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na **zakup, dostawa, wniesienie, instalacja, montaż wirówki laboratoryjnej wraz ze szkoleniem dla użytkowników**, oznaczenie sprawy: **EZP.26.143.2023**, wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego.

Poniżej prezentujemy przesłane pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie 1:

„Proszę o informację: wirówkę o jakiej prędkości Zamawiający wymaga?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga **maksymalną prędkość wirówki z chłodzeniem 16000obr/min.**

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** w zakresie wymaganej maksymalnej prędkości wirówki z chłodzeniem.

Aktualna treść Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Natalia Mosiądz

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40