



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 21.12.2023 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: PN 98/23 Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie łóżek dla pacjentów intensywnej terapii oraz łóżek o zwiększonym udźwigu z materacem przeciwodleżynowym.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Pakiet 2 - Łóżka o zwiększonym udźwigu z materacem przeciwodleżynowym 5 szt.

1. Dot. Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniające stabilną podstawę dla materaca które dodatkowo są wzmocnione metalowymi panelami montowanymi na stałe dla dodatkowej stabilizacji podczas prowadzenia resuscytacji ?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 1: Zamawiający dopuszcza segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniające stabilną podstawę dla materaca które dodatkowo są wzmocnione metalowymi panelami montowanymi na stałe dla dodatkowej stabilizacji podczas prowadzenia resuscytacji i wymaga pozostałych parametrów opisanych w OPZ.

2. Dot. Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści szczyty posiadające dodatkowo blokadę za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 7: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza szczyty posiadające dodatkowo blokadę za pomocą jednego przycisku z zachowaniem funkcji opisanych w OPZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22

Centrala tel.: 71 326 13 25

sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

3. Dot. Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści elektryczną pozycję egzaminacyjną, do badań sterowaną za pomocą 2 przycisków na centralnym panelu sterowniczym wbudowanym w barierki boczne od strony zewnętrznej z obu stron łóżka ?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 16: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

4. Dot. Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści elektryczną pozycję ułatwiającą wejście i zejście z łóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) sterowaną przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem za pomocą centralnego panelu sterowania wbudowanego w barierki boczne od strony zewnętrznej z obu stron łóżka ?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 16: Zamawiający dopuszcza elektryczną pozycję ułatwiającą wejście i zejście z łóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) sterowaną przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem za pomocą centralnego panelu sterowania wbudowanego w barierki boczne od strony zewnętrznej z obu stron łóżka z zachowaniem pozostałych wymogów opisanych w OPZ.

5. Dot. pkt 16, 20 : Czy Zamawiający dopuści wszystkie funkcje opisane w pkt. 16 realizowane za pomocą centralnego panelu sterowania wbudowanego w barierki boczne od strony zewnętrznej z obu stron łóżka ?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 16, 20: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Funkcje podstawowe łóżka wymagane na pilocie.

6. Dot pkt 20 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik naładowania baterii widoczny w centralnym panelu sterowania wbudowanym w barierki boczne od strony zewnętrznej z obu stron łóżka?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 20: Zamawiając dopuszcza, nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

7. Dot. Pkt. 21/23 Czy Zamawiający dopuści koła pojedyncze ?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 21/23: Zamawiający nie dopuszcza zaofiarowanych

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22

Centrala tel.: 71 326 13 25

sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

kół pojedynczych.

8. Dot. Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone od strony wezłowania, w narożach łóżka?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 26: Zamawiający nie dopuszcza tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone tylko od strony wezłowania, w narożach łóżka.

9. Dot. Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 18 komór odpinanych pojedynczo (15 komór zmiennociśnieniowych, 3 komory sekcji głowy wypełnionych powietrzem na stałe) bez specjalnej sekcji pięt?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 32: Zamawiający nie dopuszcza materaca zbudowanego z 18 komór odpinanych pojedynczo (15 komór zmiennociśnieniowych, 3 komory sekcji głowy wypełnionych powietrzem na stałe) bez specjalnej sekcji pięt.

10. Dot. Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści materac zawierający metkę produktu z opisem warunków mycia i dezynfekcji, bez opisu zastosowanych materiałów?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 33: Zamawiający nie dopuszcza materaca zawierającego metkę produktu z opisem warunków mycia i dezynfekcji, bez opisu zastosowanych materiałów

11. Dot. Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści materac z trybem pracy naprzemiennym 1:3, czas cyklu stały 11 minut?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 34: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga zaproponowane rozwiązanie.

12. Dot. Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści wysokość komór materaca 12,5cm, wysokość materaca wraz z zintegrowanym podkładem 18,5cm?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 35: Zamawiający nie dopuszcza wysokości komór materaca 12,5cm, wysokość materaca wraz z zintegrowanym podkładem 18,5cm?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22

Centrala tel.: 71 326 13 25

sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

13. Dot. Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści materac zapewniający nacisk na ciało leżącego w zakresie w 14-62 mmHg (w zależności od wagi pacjenta) ?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 36: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

14. Dot. Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści materac o szerokości 86cm?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 38: Zamawiający nie dopuszcza materaca o szerokości 86cm

15. Dot. Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści system wymiany komór oparty na wypinaniu pojedynczych komór (zatrzaski), bez dodatkowych zatyczek i szybko złączy?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 39: Zamawiający nie dopuszcza systemu wymiany komór oparty na wypinaniu pojedynczych komór (zatrzaski), bez dodatkowych zatyczek i szybko złączy

16. Dot. Pkt. 40 Czy zamawiający dopuści materac bez uchwytów do mocowania prześcieradła?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 40: Zamawiający nie dopuszcza materaca bez uchwytów do mocowania prześcieradła

17. Dot. Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w zawór CPR w postaci dwóch zrywek na przewodach powietrznych? Zrywki oznaczone w charakterystyczny sposób napisem CPR.

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 41: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania czasu spustu powietrza poniżej 15s.

18. Dot. Pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści wąż powietrza zakończony 1 zaślepką?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 43: Zamawiający nie dopuszcza węża powietrza zakończonego 1 zaślepką.

19. Dot. Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści materace posiadające pokrowce z łączeniami zszywanymi?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22

Centrala tel.: 71 326 13 25

sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 44: Zamawiający nie dopuszcza materacy posiadających pokrowce z łączeniami zszywanymi.

20. Dot. pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści materac z pompą z regulacją ciśnienia w zakresie szerszym od 14 do 62 mmHg?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 45: Zamawiający dopuszcza materac z pompą z regulacją ciśnienia w zakresie od 14 do 62 mmHg.

21. Dot. pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści materac w którym powrót do trybu wcześniej ustawionego lub trybu statycznego jest ustawiany ręcznie przez personel?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 45: Zamawiający nie dopuszcza materaca w którym powrót do trybu wcześniej ustawionego lub trybu statycznego jest ustawiany ręcznie przez personel.

22. Dot. pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w dźwiękowy alarm informujący o awarii zasilania?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 45: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

23. Dot. pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści pompę bez wyłącznika alarmu dźwiękowego?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 45: Zamawiający nie dopuszcza pompy bez wyłącznika alarmu dźwiękowego.

24. Dot. pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści wydajność pompy 7l/min?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 47: Zamawiający dopuszcza pompę o wydajności nie mniejszej niż 7l/min.

25. Dot. Pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści materac przeznaczony dla pacjentów o wadze od 30kg do 200kg?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 50: Zamawiający dopuszcza materac przeznaczony

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22

Centrala tel.: 71 326 13 25

sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

dla pacjentów o wadze od 30kg do 200kg.

26. Dot. pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści klasę I typ BF?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 52: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej klasy dla pompy, wymaga pompy wg klasyfikacji technicznej: Klasa II, IP24.

27. Dot. pkt. 54 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia materaca w środek do dezynfekcji powierzchni?

Odpowiedź na Zadanie 2 pkt 54: Zamawiający nie wymaga wyposażenie każdego materaca w środek do dezynfekcji.

Sporządziła: Ewa Sikorska-Danilewicz

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22

Centrala tel.: 71 326 13 25

sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl

