



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 09.01.2023 r.

dotyczy: PN 82/22 dostawa sprzętu jednorazowego użytku IV

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości.

Dotyczy zadania 30:

W nawiązaniu do treści opublikowanych wyjaśnień dotyczących zapisów swz w zakresie zadania 30, zwracamy się z prośbą o sprostowanie odpowiedzi na poniższe pytanie:

ZADANIE 30 1. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym ostrzeżenia i zalecenia epidemiczne, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki do dozowników tlenowych, wypełnione 0,9% NaCl lub sterylną czystą postacią chemicznego H₂O do stosowania w nawilżaniu przy tlenoterapii biernej, nebulizacji i respiratoroterapii, wyposażone w głowicę do zimnego nawilżania - adapter do podłączania do reduktorów tlenowych, pakowany indywidualnie, o pojemności 450ml, z możliwością bezpiecznego stosowania do 35 dni od otwarcia (poświadczone fabrycznym zapisem na każdym jednostkowym pojemniku oraz poświadczeniem producenta). Do oferty zostaną dołączone badania i raport potwierdzające, że pojemniki do nawilżania jednorazowego o równoważnej konstrukcji można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Zamawiający udzielając pozytywnej odpowiedzi na w/w zapytanie dopuścił zaoferowanie w zakresie zadanie 30 pojemników do dozowników tlenowych o pojemności 450ml bez konieczności przeliczenia ilości w formularzu cenowym. Oznacza to, iż Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty o 500 000ml mniejszej

niż pierwotne zapotrzebowanie opisane w swz (pierwotnie wymagano 2500 szt. pojemników po 650ml czyli łącznie 1 625 000ml, podczas gdy dopuszczono możliwość zaoferowania 2500 szt. pojemników po 450ml czyli łącznie 1 125 000ml). W takim przypadku istnieje ryzyko, iż zostaną złożone oferty nieporównywalne, a to uniemożliwi dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i konieczność unieważnienia postępowania.

Zwracamy uwagę na fakt, iż w treści udzielonych wyjaśnień dotyczących zapisów swz w zakresie zadania 30, Zamawiający **dopuszczył zaoferowanie pojemników 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym**. Tym samym, brak wprowadzenie konieczności przeliczenia ilości pojemników 450ml jest nieuzasadniony i stoi w sprzeczności z zasadą porównywalności, konkurencyjności oraz zasadą równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o weryfikację udzielonej odpowiedzi na powyżej wskazane pytanie i **wprowadzenie konieczności przeliczenia ilości oferowanych pojemników 450ml w celu pokrycia w całości zapotrzebowania w zakresie zadania 30**.

ODPOWIEDŹ:

1. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 03.01.2023 r.

Było:

„ZADANIE 30 1. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki do dozowników tlenowych, wypełnione 0,9% NaCl lub sterylną czystą postacią chemicznego H₂O do stosowania w nawilżaniu przy tlenoterapii biernej, nebulizacji i respiratoterapii, wyposażone w głowicę do zimnego nawilżania - adapter do podłączania do reduktorów tlenowych, pakowany indywidualnie, o pojemności 450ml, z możliwością bezpiecznego stosowania do 35 dni od otwarcia (poświadczone fabrycznym zapisem na każdym jednostkowym pojemniku oraz poświadczeniem producenta). Do oferty zostaną dołączone badania i raport potwierdzające, że pojemniki do nawilżania jednorazowego o równoważnej konstrukcji można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.”.

Po sprostowaniu jest:

ZADANIE 30 1. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki do dozowników tlenowych, wypełnione 0,9% NaCl lub sterylną czystą postacią chemicznego H₂O do stosowania w nawilżaniu przy tlenoterapii biernej, nebulizacji i respiratoterapii, wyposażone w głowicę do zimnego nawilżania - adapter

do podłączania do reduktorów tlenowych, pakowany indywidualnie, o pojemności 450ml, z możliwością bezpiecznego stosowania do 35 dni od otwarcia (poświadczony fabrycznym zapisem na każdym jednostkowym pojemniku oraz poświadczeniem producenta). Do oferty zostaną dołączone badania i raport potwierdzające, że pojemniki do nawilżania jednorazowego o równoważnej konstrukcji można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POJEMNOŚĆ 450 ML Z PRZELICZENIEM ILOŚCI, W CELU POKRYCIA CAŁOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA.

2. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 04.01.2023 r.

Było:

Zadanie 30:

„1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml) z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (tj. zaoferowania 3250 op po 500ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA.”.

Po sprostowaniu jest:

Zadanie 30:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml) z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (tj. zaoferowania 3250 op po 500ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POJEMNOŚĆ 500 ML Z PRZELICZENIEM ILOŚCI W CELU POKRYCIA CAŁOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA.

