



Znak: AE/ZP-27-44/24

Tarnów, 2024-06-11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę systemu elektrofizjologicznego (EP Tracer) 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy pkt. 9.1.4 SWZ** - Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ :
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt 9.1.4.
b) wykaze się wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy sprzętu do badań elektrofizjologicznych o wartości nie mniejszej niż 450 000 PLN.
- Dotyczy pkt.7 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu z punktu 7.4, 7.10 oraz 7.11. Pozostałe parametry bez zmian.
- Dotyczy pkt.50 Załącznika Nr 5 do SWZ** - Informujemy, że obecna wersja systemu umożliwia eksport zrzutów ekranowych i obrazów do plików PNG. W związku z powyższym, prosimy o odstąpienie od wymogu w punkcie 50 i o wyrażenie zgody na zaoferowanie systemu umożliwiającego eksport zrzutów ekranowych i obrazów do plików PNG.
- Dotyczy projektowanych postanowień umowy – pkt.24.11 SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów usuwania usterek na: 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia jeśli usterka nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz 15 dni w wypadku gdy naprawa wymagałaby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?
- Dotyczy projektowanych postanowień umowy – pkt.24.15a i 24.15d SWZ** - Wnosimy o miarkowanie kar umownych w pkt 24.15a i 24.15d i zmniejszenie ich odpowiednio z 0,2% na 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
- Dotyczy projektowanych postanowień umowy- pkt.24.15 c SWZ** - Wnosimy o zmniejszenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, : zamiast „10% wartości umowy brutto”, wprowadzić : „5% wartości wynagrodzenia brutto”
- Dotyczy projektowanych postanowień umowy- pkt.24.3 SWZ** - Czy Zamawiający doprecyzuje , że chodzi mu o 45 dni roboczych od podpisania umowy jednorazową dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia?
- Dotyczy pkt.7a Załącznika Nr 5 do SWZ** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie:
1) Czy Zamawiający dla Parametrów technicznych Zał.5 SWZ w pkt 7a wyrazi zgodę na zaoferowanie jednostki sterującej systemem, posiadającej następujące parametry:
CPU: i5 8500 (6 Cores 3.0 GHz)
RAM: 8GB DDR4 DIMM non ECC
Disk 1: 256 GB SSD 2.5"
Disk 2: 1 TB HDD 2.5"
Powyższe parametry komputera, spełniają wymogi producenta dotyczące mocy obliczeniowej potrzebnej do obsługi systemu.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.9.1.4 b) SWZ **zapis o treści:**

„b) wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy systemu elektrofizjologicznego (EP Tracer) o wartości nie mniejszej niż 450 000 PLN.”

zmienia na zapis o treści:

„b) wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy sprzętu do badań elektrofizjologicznych o wartości nie mniejszej niż 450 000 PLN.”

Ad.2 i Ad.8

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.7 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Komputer typu desktop: RAM min. 16GB, dysk typu SSD: min 500GB

System operacyjny i procesor:

a) Określenie wymaganej wydajności:

1. Zamawiający oczekuje, że zaoferowany procesor uzyska w teście PassMark – CPU Mark wynik min. 16 000 pkt. (przy nominalnych ustawieniach procesora bez przetaktowywania). Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: <http://www.cpubenchmark.net> z dnia 25.04.2024r.

System operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę systemu;
3. Wliczone w cenę oferty aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play,)
7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych
9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
10. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
11. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;”



zmienia na zapis o treści:

„Komputer typu desktop: RAM min. 8GB, dysk typu SSD: min 256GB

System operacyjny i procesor:

a) Określenie wymaganej wydajności:

1. Zamawiający oczekuje, że zaofertowany procesor uzyska w teście PassMark – CPU Mark wynik min. 9 500 pkt. (przy nominalnych ustawieniach procesora bez przetaktowywania). Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: <http://www.cpubenchmark.net> z dnia 25.04.2024r.

System operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę systemu;
3. Wliczone w cenę oferty aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
5. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play,)
6. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
7. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych
8. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
9. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;”

Ad.3

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.50 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Eksport zrzutów ekranowych i obrazów do plików typu BMP i PDF”

zmienia na zapis o treści:

„Eksport zrzutów ekranowych i obrazów do plików typu PNG”

Ad.4

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.11 SWZ **zapis o treści:**

„Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

Ad.5

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.15 a) SWZ **zapis o treści:**



„a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,”

zmienia na zapis o treści:

„a) 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,”

2/w pkt.24.15 d) SWZ zapis o treści:

„d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„d) 0,15 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

Ad.6

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.15 c) SWZ zapis o treści:

„c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”

zmienia na zapis o treści:

„c) 8 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonaną w odpowiedzi Ad.1, Ad.2, Ad.3, Ad.4, Ad.5, Ad.6 i Ad.8 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 24.06.2024r. godz. 09:00,

- otwarcie ofert w dniu 24.06.2024r. godz. 10:00,

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.09.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

