



EZ.272.014.2023

Wrocław, dnia 05.07.2023

EZ/491/23

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu medycznego różnego (sygnatura sprawy: **EZ/234/EM/23**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

**Pytania do Załącznika 2a do SWZ Karta parametrów - Zadanie 2 (część 1):**

**Pytanie 1**

*Dot. Zadania 2, część 1 System i bieżnia do prób wysiłkowych*

*„Pkt. 2 Monitorowanie 12 odprowadzeń z możliwością wyboru: 1 powiększony, 3, 3x4, wszystkie kanały EKG na ekranie.*

*Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z opcją monitorowania 12 odprowadzeń z możliwością wyboru, 3, 6, 2x6, wszystkie kanały EKG na ekranie?*

*W oferowanym systemie możliwe jest opcjonalne monitorowanie z 9, 12, 15, 16 i 18 kanałów. W standardowym teście wysiłkowym stosuje się najczęściej analizę z 12 kanałów EKG.”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 2**

*Dot. Zadania 2, część 1 System i bieżnia do prób wysiłkowych*

*„Pkt. 24 Możliwość przeglądu dokonanego badania w czasie trwania badania z jednoczesnym podglądem jednego z wybranych odprowadzeń.*

*Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości przeglądu dokonanego badania w czasie trwania badania z jednoczesnym podglądem jednego z wybranych odprowadzeń?”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

**Pytanie 3**

*Dot. Zadania 2, część 1 System i bieżnia do prób wysiłkowych*

*„Pkt. 34 Czulość dla zespołów średnich 5, 10, 20, 50 i 100 mm/mV.*

*Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z czulością dla zespołów średnich, 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV?*

*Wartości czulości na poziomie 50, 100 mm/mV nie są w praktyce wykorzystane.*

*Sygnal EKG, poprawnej jakości, po wzmocnieniu czulości rzędu 50, czy 100 mm/mV, nie będzie widzialny na ekranie. Obrys zespołu QRS wyjdzie poza obszar wyświetlania”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 4**

*Dot. Zadania 2, część 1 System i bieżnia do prób wysiłkowych*

*„Pkt. 39 Kąt wzniesienia regulowany 0-25%, regulacja nachylenia co 0,5%*

*Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z kątem wzniesienia 0 ÷ 30%, regulacja nachylenia co 1%?*

*Różnica pomiędzy wymaganą wartością kąta wzniesienia bieżni, a oferowaną jest minimalna i nie ma wpływu na badanie.*

*Również dokładność regulacji nachylenia o 1 % jest wystarczająca do normalnej pracy zestawu. Wartość kąta wzniesienia bieżni większy od 22% nie jest wykorzystana w żadnym z standardowych protokołach wysiłkowych. W protokole Bruce’a,*

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

w 7 etapie, pas bieżni rozpędza się do 9,7 km/h, a bieżnia unosi się o 22%.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

## Pytanie 5

*Dot. Zadania 2, część 1 System i bieżnia do prób wysiłkowych*

„Pkt. 43 Min. wymiary użytkowe pasa bieżni: dł. 1530 mm x szer. 490 mm ± 50 mm.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię o wymiary użytkowe pasa bieżni: dł. 1545 mm x szer. 540 mm?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## Pytania do Załącznika 2a do SWZ Karta parametrów - Zadanie 2 (część 2):

### Pytanie 6

*Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi*

„Pkt. 8 Możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób graficzny i ręczny. Czy Zamawiający zgodzi się na niezależne programowanie parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób ręczny i z pośrednią funkcją graficzną?

W oferowanym systemie jest możliwość określania parametrów treningu poprzez wprowadzanie wartości liczbowych. Dodatkowo, graficznie, przy użyciu linii markerów, operator może ustalać przebieg trendu profilu treningu.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

### Pytanie 7

*Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi*

„Pkt. 15 Monitorowanie częstości akcji serca, min. 0 - 200 ud./min.

Czy Zamawiający dopuści system z funkcją monitorowania częstości akcji serca w zakresie 30– 300 ud./min.?

Oferujemy bezprzewodowy transmiter na pasie piersiowym. To jest rozwiązanie optymalne, możemy w dowolny sposób wykonywać rejestrację sygnału EKG. Pacjent może zmieniać miejsce badania, przesiadając się z bieżni na ergometr, czy kozetkę. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza eksploatację systemu, wykluczając łączenie przewodów EKG z ciałem pacjenta.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

### Pytanie 8

*Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi*

„Pkt. 17 Prezentacja na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST - z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczany podczas treningu.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez funkcji prezentacji na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST - z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczany podczas treningu?

Wymagana funkcja ma szerokie zastosowanie w systemie do prób wysiłkowych. Jedynie jedna z firm, oferując aplikację uniwersalną, umożliwiającą przeprowadzenie próby wysiłkowej i rehabilitację kardiologiczną, proponuje podobne rozwiązanie.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

### Pytanie 9

*Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi*

„Pkt. 19 Automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG.

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



# DOLNY ŚLĄSK



## Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji automatycznej detekcji i klasyfikacji podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG?

Wymagana funkcja ma szerokie zastosowanie w systemie do prób wysiłkowych. Jedynie jedna z firm, oferując aplikację uniwersalną, umożliwiającą przeprowadzenie próby wysiłkowej i rehabilitację kardiologiczną, proponuje podobne rozwiązanie."

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

### Pytanie 10

Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi

„Pkt. 20 Możliwość ręcznego dodawania zdarzeń EKG w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu.

Proszę o wyjaśnienie. Czy Zamawiający ma na myśli możliwości ręcznego dodawania komentarza w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu?”

**Odpowiedź: Zamawiający określił, że chodzi o ręczne dodawanie zdarzeń EKG, a nie komentarza do zdarzenia.**

### Pytanie 11

Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi

„Pkt. 21 Możliwość podglądu zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu, podglądu zdarzeń wraz z możliwością ich wydruku z poziomu treningu.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości podglądu zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu, podglądu zdarzeń wraz z możliwością ich wydruku z poziomu treningu?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

### Pytanie 12

Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi

„Pkt. 22 Możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

### Pytanie 13

Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi

„Pkt. 25 Możliwość rozpoczęcia treningu przez personel medyczny lub pacjenta.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości rozpoczęcia treningu przez pacjenta?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

### Pytanie 14

Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi

„Pkt. 27 Archiwizacja badań dla każdego pacjenta, min.: dane pacjenta, pełny zapis 1 lub 2 odprowadzeń EKG wraz z dowolną ilością 7-sekundowych odcinków w raporcie, trend częstości akcji serca.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością archiwizacji badań dla każdego pacjenta, dane pacjenta, pełny zapis 1 odprowadzenia EKG, bez 7-sek. odcinków w raporcie, trend częstości akcji serca?”

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

## **Pytanie 15**

*Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi*

*„Pkt. 29 Automatyczne wyliczanie wskaźnika BMI z podanych wartości.*

*Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez opcji automatycznego wyliczania wskaźnika BMI z podanych wartości?”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

## **Pytanie 16**

*Dot. Zadania 2, część 2 System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi*

*„Pkt. 33 Moc cykloergometru, min. 10 - 950 W.*

*Czy Zamawiający dopuści do przetargu ergometr o mocy w zakresie 20-999 W?”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

## **Pytania do Załącznika 2a do SWZ Karta parametrów - Zadanie 2 (część 1):**

### **Pytanie 17**

*Dot. Zadania 2, część 1 l.p. 30*

*„Czy Zamawiający dopuści alarmowanie dźwiękiem lub zmianą kolorów odpowiedniego pola dla: przekroczenia zadanego limitu HR, progu poziomemu ST oraz złego kontaktu elektrod bez nieprawidłowej pracy zadajników obciążenia?”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

### **Pytanie 18**

*Dot. Zadania 2, część 1 l.p. 32*

*„Czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania kabla EKG z wymianą odprowadzeń kończynowych lub przedsercowych lub całego kabla?”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

### **Pytanie 19**

*Dot. Zadania 2, część 1 l.p. 34*

*„Czy Zamawiający dopuści czułość dla zespołów średnich 5, 10, 20, bez 50 i 100 mm/mV? Przy czym bardzo rzadko lub w ogóle nie stosuje się wartości 50 i 100 mm/Mv.”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

### **Pytanie 20**

*Dot. Zadania 2, część 1*

*„Czy Zamawiający wymaga, aby obecnie kupowany sprzęt był dwustronnie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem na Oddziale Kardiologii (oprogramowanie, bieżnia)? Wymóg pozwoli na np. na czasową zamianę sprzętu/oprogramowania oraz na optymalizację kosztów akcesoriów i serwisowych.”*

**Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

## **Pytania do Załącznika 2a do SWZ Karta parametrów - Zadanie 2 (część 2):**

### **Pytanie 21**

*Dot. Zadania 2, część 2 l.p. 14*

*„Czy Zamawiający dopuści system z monitorowaniem jednego lub dwóch odprowadzeń EKG, wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG w trakcie treningu (rozpoczęcia protokołu treningowego) aż do momentu przerywania treningu przez personel*

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 22**

*Dot. Zadania 2, część 2 l.p. 17*

*„Czy Zamawiający dopuści system bez tej funkcji? Przy czym jest to typowa funkcja dla próby wysiłkowej i jest ona spełniona przy oferowanym systemie do próby wysiłkowej”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 23**

*Dot. Zadania 2, część 2 l.p. 19*

*„Czy Zamawiający dopuści system bez tej funkcji? Przy czym jest to typowa funkcja dla próby wysiłkowej i jest ona spełniona przy oferowanym systemie do próby wysiłkowej”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 24**

*Dot. Zadania 2, część 2 l.p. 29*

*„Czy Zamawiający dopuści system bez wyliczania wskaźnika BMI?”*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 25**

*Dot. Zadania 2, część 2*

*„Czy Zamawiający wymaga, aby obecnie kupowany sprzęt był dwustronnie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem na Oddziale Kardiologii (oprogramowanie, cykloergometr)? Wymóg pozwoli na np. na czasową zamianę sprzętu/oprogramowania oraz na optymalizację kosztów akcesoriów i serwisowych”*

**Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. nr 2a do SWZ „Karta parametrów” i jej nie zmienia.**

**Pytania do Załącznika 2a do SWZ Karta parametrów - Zadanie 2 (część 1 i część 2):**

**Pytanie 26**

*Dot. Zadania 2, część 1*

*„Czy Zamawiający oczekuje, że bieżnia z części 1 jest kompatybilna z oprogramowaniem z części 2 tak, aby można było ją sterować przez oprogramowanie do rehabilitacji kardiologicznej?”*

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje takich możliwości sprzętu co zabezpiecza uniwersalność systemów w przypadku awarii i nieprzerywanie rehabilitacji pacjentów. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie Załącznik 2a do SWZ “Karta parametrów” - Zadanie 2 (część 1) poprzez dopisanie pod tabelą następującej treści:**

**„System i bieżnia do prób wysiłkowych (Karta parametrów - Zadanie 2 (część 1)) kompatybilny z System służącym do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi (Karta parametrów - Zadanie 2 (część 2))”.**

**Pytanie 27**

*Dot. Zadania 2, część 2*

*„Czy Zamawiający oczekuje, że cykloergometry z części 2 są kompatybilne z oprogramowaniem z części 1 tak, aby można było je sterować przez oprogramowanie do próby wysiłkowej?”*

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje takich możliwości sprzętu, co zabezpiecza uniwersalność systemów w przypadku awarii i nieprzerywanie rehabilitacji pacjentów. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie Załącznik 2a do SWZ “Karta parametrów” - Zadanie 2 (część 1) poprzez dopisanie pod tabelą następującej treści:**

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

„System i bieżnia do prób wysiłkowych (Karta parametrów - Zadanie 2 (część 1)) kompatybilny z System służącym do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi (Karta parametrów - Zadanie 2 (część 2))”.

## Pytanie do postępowania:

### Pytanie 28

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy sprzętu do 6 tygodni?”

**Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:**

1) Rozdz. IV SWZ pkt. 2

Było:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi **14 dni** liczone od dnia otrzymania zamówienia na adres e-mail Wykonawcy”.

Jest:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi **28 dni** liczone od dnia otrzymania zamówienia na adres e-mail Wykonawcy”.

2) Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy I" §3 ust. 2

Było:

Zamówiony w formie pisemnej asortyment, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **14 dni** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail :  
..... Wykonawcy”.

Jest:

Zamówiony w formie pisemnej asortyment, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **28 dni** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail :  
..... Wykonawcy”.

3) Załącznik nr 3a do SWZ "Wzór umowy II" §3 ust. 5

Było:

Zamówiony w formie pisemnej przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **14 dni** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail :  
..... Wykonawcy”.

Jest:

Zamówiony w formie pisemnej przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **28 dni** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail :  
..... Wykonawcy”.

Ponadto Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że w związku z licznymi pytaniami zadanymi do ww. postępowania Zamawiający w oparciu o art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.07.2023r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 18.08.2023r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

## Załączniki:

1. Załącznika 2a do SWZ „Karta parametrów - Zadanie 2 (część 1)” – po modyfikacji
2. Załącznika 2a do SWZ „Karta parametrów - Zadanie 2 (część 2)” – po modyfikacji
3. Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy I" – po modyfikacji
4. Załącznik nr 3a do SWZ "Wzór umowy II" – po modyfikacji

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**