



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 49

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1736 / 3148 /2023

Data: 25.08.2023r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 4, Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer w rozmiarze Ch21?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 4, Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o średnicy wewnętrznej 5mm i zewnętrznej 8mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 4, Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego pakowany podwójnie wewnątrz w folię a zewnątrz w papier-folię?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 26, Pozycje 1-8**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki; sterylizowana tl. etylenu, opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, na opakowaniu zbiorczym instrukcja obsługi w języku angielskim, dostępna w rozmiarach:

ROZMIAR	WAGA CZŁOWIEKA
1.0	<5 kg
1.5	5-10 kg
2.0	10-20 kg
2.5	20-30 kg



3.0	30-50 kg
4.0	50-70 kg
5.0	>70 kg

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 29, Pozycje 1-8**

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z niewielką zawartością ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 29, Pozycja 31**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 3,3?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 29, Pozycja 33**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4,7?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 36, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości wewnętrznej 40ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 36, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie równoważnego filtra?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 41, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z 2 rurami o długości 180cm i z 1 dodatkową rurą o długości minimum 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 41, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o średnicy rur 22mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 41, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z łącznikiem Y posiadający 2 porty z zatyczkami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 13 – dotyczy Pakietu 44, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną z PCV z lateksowymi balonami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 14 – dotyczy Pakietu 44, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarach 16F, 18F i 21F?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 15 – dotyczy Pakietu 51, Pozycje 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl



- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	PRZEZNACZENIE
10Fr 3,35mm	600mm	intubacja
12Fr 4,05mm	600mm	intubacja
14Fr 4,75mm	600mm	intubacja
16Fr 5,45mm	600mm	intubacja
10Fr 3,35mm	300mm	tracheostomia
12Fr 4,05mm	300mm	tracheostomia
14Fr 4,75mm	300mm	tracheostomia
16Fr 5,45mm	300mm	tracheostomia

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 16 – dotyczy Pakietu 52, Pozycje 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej posiadający w swoim składzie saszetkę z płynem nawilżającym w zamian za balsam do natłuszczenia, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 17 – dotyczy Pakietu 74, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków o długości 200cm, miękkie końcówki donosowe o długości ok. 10mm, wykonany z PCV, zakończony uniwersalnym łącznikiem, sterylne, pakowany pojedynczo, pętla obejmująca głowę regulowana za pomocą suwaka?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 18 – dotyczy Pakietu 74, Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 19 – dotyczy Pakietu 74, Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 2,1m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 20 – dotyczy Pakietu 74, Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach S-XL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 21 – dotyczy Pakietu 74, Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach S-XL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 22 – dotyczy Pakietu 74, Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach S-XL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 23 – dotyczy Pakietu 90, Pozycje 1-8**

Czy Zamawiający odstąpi od parametru jasności (8500lux), ponieważ parametr ten dotyczy rękojeści, bo to one są źródłem światła, a nie łyżka?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 24 – dotyczy Pakietu 97, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę o wymiarach 17cm x 24,5cm x 0,2cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 25 – dotyczy Pakietu 97, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze w części przedniej 100g/m<sup>2</sup> oraz w części tylnej – 70g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 26 – dotyczy Pakietu 97, Pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania dermatologiczne”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 27 – dotyczy Pakietu 97, Pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania informacji o hipoalergicznosci na opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 28 – dotyczy Pakietu 97, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 29 – dotyczy Pakietu 108, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o wymiarze 110 x 110cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



**PYTANIE nr 30 – dotyczy Pakietu 110, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 1x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 31 – dotyczy Pakietu 110, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści worek pakowany pojedynczo i w związku z tym dopuści wycenę za sztukę tj. 60 sztuk worków?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SWZ dla pakietu 110 poz. 2**

**PYTANIE nr 32 – dotyczy Pakietu 134, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową Venturiego w zestawie zawierająca 6 zwęzek (24%, 28%, 31%, 35%, 40% oraz 50%)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 33 – dotyczy Pakietu 134, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową Venturiego wyłącznie w rozmiarze XL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 34 – dotyczy Pakietu 161, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla noworodków mocowane za pomocą stałego żelu, nie posiadające hydrokolidowej otoczki gwarantującej utrzymanie się elektrody przez min. 5 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

