

L.dz. 878./2021

Olsztyn, dnia 08.06.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 125/2021/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń do sekcji zwierząt, aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz urządzeń do przygotowywania i przechowywania odczynników do badań dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 6**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1.**

Dotyczy części 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową zabiegową z czaszą o średnicy 240mm? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma wpływu na bieżące użytkowanie lampy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 2.**

**Część 3: Lampa bezcieniowa zabiegowa (8 szt.)**

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED w czaszy - 18 ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetlnej.

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3800/4300/4800K ? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy plamy świetlnej w zakresie 18 cm i 30 cm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 90 ?

Czy Zamawiający dopuści czaszę o wymiarach 34x35 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści Panel sterowniczy umieszczony przy czaszy umożliwiający regulację zarówno natężenia oświetlenia jak i temperatury barwowej?

Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści lampę z głębokością oświetlenia pola min. 1300 mm?

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

**W/g robotników wykonujących remont jest to tzw. „płyta żerańska”.**

Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

**Wysokość sali: ok 305 cm. Pod lampą ma stać stół operacyjny. Nie ma sufitu podwieszanego.**

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy?

**Na suficie w miejscu montażu lampy wyprowadzony jest kabel zasilający doprowadzający napięcie 230 V (nie ma dodatkowego wyłącznika)**

**Pytanie nr 3.**

**Część 10: Lampa operacyjna LED**

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 660 mm (bez uchwyty) oraz 730 mm z uchwytami bocznymi?

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.**

Z poważaniem,

**KANCLERZ**  
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządzili: dr hab. Michał Zalecki, mgr Katarzyna Sądej

mgr Katarzyna Sądej