

Wrocław, dnia 02.02.2024r.

dotyczy: ZO/69/AI/23- Dostawa, montaż i uruchomienie stacji opisowej do badań RTG zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Szanowni Państwo, Ponieważ zauważyliśmy pewną niespójność w wymogach okresów gwarancji na poszczególne elementy stacji (w jednym miejscu wymóg 5 lat gwarancji na cały zestaw, w innym gwarancja rozbita jest na poszczególne elementy z wymogiem minimum 24 miesięcy), zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie wymogu długości gwarancji dla poszczególnych elementów stacji:

1. Monitory medyczne diagnostyczne (vat 8%) to 5 lat gwarancji
2. Komputer stacji opisowej z dedykowaną przez producenta monitorów medycznych kartą graficzną (23% VAT) to minimum 2 lata
3. UPS (23% VAT) to 2 lata gwarancji ; producenci nie dają dłuższej gwarancji na akumulatory (koszt wymiany akumulatorów u klienta jest równoznaczny z wymianą urządzenia)
4. Monitor administracyjny opisowy (23% VAT) to minimum 2 lata gwarancji

Odpowiedź:

1. Monitory medyczne diagnostyczne: 5 lat gwarancji
2. Komputer stacji opisowej z dedykowaną przez producenta monitorów medycznych kartą graficzną: 5 lata gwarancji
3. UPS: minimum 2 lata gwarancji
4. Monitor administracyjny opisowy: minimum 2 lata gwarancji

Pytanie 2:

Szanowni Państwo, odnośnie: "Załącznik nr 2 do OPZ FORMULARZ OFERTY PKT II Przedmiot zamówienia

Pkt 3. Termin realizacji zamówienia:

"Oferowana cena brutto obejmuje:

- cenę netto oferowanego produktu,
- koszty ubezpieczenia,
- podatek VAT.

oraz wszelkie inne koszty niewymienione wyżej, a konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia."

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie, jakie koszty ubezpieczenia ma na myśli Zamawiający.

Czy chodzi tu o ubezpieczenie związane z samym procesem dostawy zamówienia do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli ubezpieczenie związane z procesem dostawy i montażu zamówienia np. pokrycie kosztów uzupełnienia ciekłego helu z MRI przez naciśnięcie przez pracownika Wykonawcy przycisku do awaryjnego spuszczenia gazu.