

Dot. zapytania ofertowego nr OZ/2/2021 z dnia 01.12.2021 r.

Zamawiający informuje, że za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 03.12.2021 r. wpłynęło pytanie o następującej treści:

„Dzień dobry,

W sprawie Państwa zapytania OZ/2/2021 z dn. 01.12.2021 r. (Część 2 - Stacja do bezdotykowego pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk), zwracamy się z zapytaniem – Czy dopuścicie Państwo do oceny - rozwiązanie zawierające ekran niedotykowy i o przekątnej 7" ? Czy dopuścicie Państwo do oceny - pojemność naszej stacji to 2 x 5 litrów zbiorniki ? Pozostałe parametry niezmienione .Opisany przez Państwa w zapytaniu parametr „min. 8" ekran dotykowy HD” pod kątem użytkowym urządzenia nie wnosi żadnej wartości dodanej dla użytkownika końcowego, a stanowi jedynie istotne ograniczenie dla innych oferentów.”

W związku z tym, Zamawiający informuje, że nie zmienia parametru dotyczącego ekranu tj. Stacja do bezdotykowego pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk, powinna być wyposażona we wbudowany min. 8" ekran dotykowy HD. Ponadto zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby pojemność zbiornika wynosiła min. 10 litrów, w związku z czym pojemność stacji 2x5 litrów spełnia powyższy warunek.

STAROSTA

Małgorzata Komajda