

Wrocław, dnia 16.03.2023

**Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego**

Szp/FZ/Spr-068/2023

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Ostrzy jednokrotnego użytku do strzygarek typu 9661 firmy 3M

**Pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko. Oświadczamy, że dostarczymy odpłatnie strzygarki na wymianę z aktualnie używanymi.

**Odpowiedz.**

Z uwagi na niekompatybilność ostrzy do strzygarek nie dopuszczamy.

  
Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak