



ZP.263.1.2023.AWK

Opole, dnia 08 września 2023

**ODPOWIEDZI**  
**na pytania do treści SWZ**

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania do specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym, bez negocjacji pn. **Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku (z podziałem na 16 zadań)**, udziela następujących wyjaśnień:

**1. Pytanie**

Czy Zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 13 z poz. 1** katetery 5F i 8F do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2. Pytanie**

Czy Zamawiający **w Pakiecie nr 13 w poz. 2** miał na myśli próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara.

**Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w poz. 2 załącznika nr 1 do umowy – do zadania 13".**

**W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – do zadania 13.**

**3. Pytanie**

Czy zamawiający, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji, **w pakiecie nr 13 w poz. 3** dopuści równoważny próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do



ul. W. Reymonta 8  
45-066 OPOLE  
NIP: 754-24-80-425  
REGON: 000640136  
KRS: 0000005533  
BDO: 000076622

Tel. 77 454 54 01 lub 531 069 634

Fax: 77 453 61 06 lub wew. 444

[www.ginekologia.opole.pl](http://www.ginekologia.opole.pl)

e-mail: [centrum@ginekologia.opole.pl](mailto:centrum@ginekologia.opole.pl)

wspomagane go porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka”, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz wbudowaną atraumatyczną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenia bezpiecznej wartości siły ciągu, co eliminuje konieczność jej stałej kontroli przez personel medyczny podczas porodu? Oferowany przez nas próżnościąg położniczy zalecany jest do wszystkich ułożeń płodu i zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **4. Pytanie**

Czy Zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 13 z poz. 2** do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **5. Pytanie**

Zadanie 2, Pozycje 12 i 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przedłożenia próbki tylko dla pozycji 12 lub 13 z uwagi na wysoki koszt tego asortymentu, a co za tym idzie przygotowania oferty niepodlegającej odrzuceniu. Pozycje 12 i 13 stanowią ten sam asortyment w różnych rozmiarach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie próbki tylko dla pozycji 12 lub 13.**

#### **6. Pytanie**

Zadanie 2, Pozycje 14 i 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przedłożenia próbki tylko dla pozycji 14 lub 15 z uwagi na wysoki koszt tego asortymentu, a co za tym idzie przygotowania oferty niepodlegającej odrzuceniu. Pozycje 14 i 15 stanowią ten sam asortyment w różnych rozmiarach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie próbki tylko dla pozycji 14 lub 15.**

#### **7. Pytanie**

Zadanie 2, Pozycje 16, 17 i 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przedłożenia próbki tylko dla pozycji 16 lub 17 lub 18 z uwagi na wysoki koszt tego asortymentu, a co za tym idzie przygotowania oferty niepodlegającej odrzuceniu. Pozycje 16, 17 i 18 stanowią ten sam asortyment w różnych rozmiarach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie próbki tylko dla pozycji 16, 17 lub 18.**

## 8. Pytanie

Zadanie 2, Pozycje 29 i 30

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przedłożenia próbki tylko dla pozycji 29 lub 30 z uwagi na wysoki koszt tego asortymentu, a co za tym idzie przygotowania oferty niepodlegającej odrzuceniu. Pozycje 29 i 30 stanowią ten sam asortyment w różnych rozmiarach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie próbki tylko dla pozycji 29 lub 30.**

## 9. Pytanie

Zadanie 7, Pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 45 opakowań filtrów pakowanych po 25 sztuk, czy 45 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w poz. 1 załącznika nr 1 do umowy – do zadania 7".**

**W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – do zadania 7.**

## 10. Pytanie

Zadanie 7, Pozycja 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękojeści kompatybilnych z łyżkami z pozycji 5 i 6?

**Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w poz. 8 załącznika nr 1 do umowy – do zadania 7".**

**W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – do zadania 7.**

## 11. Pytanie

Zadanie 7, Pozycja 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pałeczki do wymazów jałowej o dł.150mm, wykonanej z drewna, pojedynczo pakowanej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## 12. Pytanie

Zadanie 7, Pozycja 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pałeczki do wymazów jałowej o dł.210mm, wykonanej z plastiku, pakowanej po 10 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### **13. Pytanie**

Zadanie 7, Pozycja 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania cewnika typu LEADER-FLEX pediatricznego z igłą do nakłucia w rozmiarze 22G, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### **14. Pytanie**

Zadanie 11, Pozycje 3, 10 i 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przedłożenia próbki tylko dla pozycji 3 lub 10 lub 11 z uwagi na wysoki koszt tego asortymentu, a co za tym idzie przygotowania oferty niepodlegającej odrzuceniu. Pozycje 3, 10 i 11 stanowią ten sam asortyment w różnych konfiguracjach ilości rozgałęzień.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie próbki tylko dla pozycji 3,10 lub 11.**

### **15. Pytanie**

Zadanie 11, Pozycje 8, 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przedłożenia próbki tylko dla pozycji 8 lub 9 z uwagi na wysoki koszt tego asortymentu, a co za tym idzie przygotowania oferty niepodlegającej odrzuceniu. Pozycje 8 i 9 stanowią ten sam asortyment w różnych rozmiarach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie próbki tylko dla pozycji 8 lub 9.**

### **16. Pytanie**

Zadanie nr 8, pozycja 3-6

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z niewielką zawartością ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **17. Pytanie**

Zadanie nr 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z nazwą producenta widoczną wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **18. Pytanie**

Zadanie nr 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarach Ch14-20 o długości 80cm oraz w rozmiarze Ch22 o długości 100cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 19. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z nazwą producenta widoczną wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 20. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z nazwą producenta widoczną wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 21. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania wyłącznie w rozmiarze Ch20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 22. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści sondę do karmienia o długości 50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w poz. 16 załącznika nr 1 do umowy – do zadania 8".**

**W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – do zadania 8.**

### 23. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pokryty jednostronnie silikonem z możliwością utrzymania cewnika do 7 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 24. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley wyposażony w gumową zastawkę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## 25 Pytanie

### Zadanie nr 8, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z nazwą producenta widoczną wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## 26. Pytanie

### Zadanie nr 8, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley wyposażony w gumową zastawkę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## 27. Pytanie

### Zadanie nr 8, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z nazwą producenta widoczną wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## 28. Pytanie

### Zadanie nr 8, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton z nazwą producenta widoczną wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## 29. Pytanie

### Zadanie nr 8, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny wykonany z medycznego PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## 30. Pytanie

### Zadanie nr 8, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny bez nitki RTG?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## 31. Pytanie

### Zadanie nr 8, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny z 5 otworami bocznymi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 32. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny w rozmiarach: 20F, 22F, 24F o długości 40cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 33. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 34. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 7,0 / 8,0?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 35. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze Ch6-10?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 36. Pytanie

#### Zadanie nr 8, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 2,1m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### 37. Pytanie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić

Zamawiającemu kary umowne:

- 1) w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zapotrzebowania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy;**
- 2) w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy (określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem okoliczności wymienionej w ust. 8.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapisów wzoru umowy.**

### **38. Pytanie**

#### **Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 igły cystoskopowej do iniekcji botoksu, w rozmiarze 22G 5CH, długość ostrza 4 mm z bezpiecznym ogranicznikiem wkłucia, długość całkowita 35 cm. Ostrze posiada nasadkę ochronną, redukującą uszkodzenia kanału roboczego. Produkt wyposażony w adapter typu Touhy Borst blokujący igłę w cystoskopie i ułatwiający pozycjonowanie jej. Do cystoskopu sztywnego. Produkt sterylny, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **39. Pytanie**

#### **Pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 pozycji 1 aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed – aparatu nowej generacji, o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych: komora kroplowa wykonanej z miękkiego elastycznego tworzywa o długości min. 60 mm w części przezroczystej bez PCV, igła biorcza wykonana z ABS, filtr w odpowietrzniku o wyższej skuteczności filtracji bakterii (BFE) - min. 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzone wynikiem badań wykonanych w niezależnym laboratorium dołączonym do oferty). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **40. Pytanie**

#### **Pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 4 pozycji 2 oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **41. Pytanie**

#### **Pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 4 pozycji 1-2 oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **42. Pytanie**

#### **Pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 4 pozycji 3 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowego - do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja



fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **43. Pytanie**

##### **Pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 4 pozycji 4-5 przedłużacz do pomp o długości 120 i 150 cm do wyboru Zamawiającego ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **44. Pytanie**

##### **Pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 4 pozycji 6 oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie precyzuje kształtu końcówki.**

#### **45. Pytanie**

##### **Pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 pozycji 7 strzykawki trzyczęściowej do tuberkuliny 1ml, bezpiecznej, z wbudowaną igłą w rozmiarze 27 G 0,4 x 12,5 mm wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylne. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **46. Pytanie**

##### **Pakiet A, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### 47. Pytanie

##### Pakiet A, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na pełne opakowania.***

#### 48. Pytanie

##### Pakiet A, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na pełne opakowania.***

#### 49. Pytanie

##### Pakiet A, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na pełne opakowania.***

#### 50. Pytanie

##### Pakiet A, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym w rozmiarze 1,2x30mm?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

#### 51. Pytanie

##### Pakiet A, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

#### 52. Pytanie

##### Pakiet A, pozycja 17-20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PUR?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

### 53. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 17-20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyposażoną w 6 pasków kontrastujących w RTG?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 54. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 17-20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bez zastawki, z filtrem hydrofobowym, z zastawką jednokierunkową w porcie górnym, z logo producenta umieszczonym na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 55. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 17G (1,5x45mm), przepływ 142ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 56. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 18G (1,3x45mm), przepływ 90ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 57. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20G (1,1x32mm), przepływ 56ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 58. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 22G (0,9x25mm), przepływ 36ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 59. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści koreczek pakowany pojedynczo, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### 60. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z niebieskim pokrętkiem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### 61. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z wyraźnym optycznym identyfikator pozycji otwarty-zamknięty?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 62. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę 5ml w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na pełne opakowania.**

### 63. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 10ml z rozszerzeniem do 11ml z kryzą ograniczającą zabezpieczającą przez przypadkowym wysunięciem tłoka?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 64. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków o objętości wypełnienia 0,20ml?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 65. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na pełne opakowania.**

### 66. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 27-28

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków z możliwością stosowania do 24 godzin z filtrem bakteryjnym o wysokiej skuteczności 0,1µm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 67. Pytanie

#### Pakiet A, pozycja 27-28

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków w opakowaniu a'100szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **68. Pytanie**

##### **Pakiet A, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml z kryzą ograniczającą zabezpieczającą przez przypadkowym wysunięciem tłoka?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **69. Pytanie**

##### **Pakiet D, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV o długości 55mm w części przezroczystej z igłą wykonaną z ABS ścięta czteropłaszczyznowo, całość przyrządu wolna od ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **70. Pytanie**

##### **Pakiet D, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV o pojemności 21ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **71. Pytanie**

##### **Pakiet D, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych z igłą wykonaną z ABS, ścięta czteropłaszczyznowo, z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV o długości 55mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **72. Pytanie**

##### **Pakiet D, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową z pojedynczą skalą pomiarową, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **73. Pytanie**

##### **Pakiet D, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na pełne opakowania.**

#### **74. Pytanie**

**Pakiet H, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści sondę do karmienia o długości 50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w poz. 16 załącznika nr 1 do umowy – do zadania 8".**

**W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – do zadania 8.**

#### **75. Pytanie**

**Pakiet H, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton żeński bez nazwy producenta na konektorze?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **76. Pytanie**

**Pakiet I, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników na mocz w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'90 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na pełne opakowania.**

#### **77. Pytanie**

**Pakiet A, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki w op.=50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **78. Pytanie**

**Pakiet A, poz. 1-4**

Czy Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymaga strzykawek bez rozszerzonej skali?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **79. Pytanie**

**Pakiet A, poz. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koreczków pakowanych pojedynczo, tak jak pozostałe produkty w pakiecie?

**Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.**

#### **80. Pytanie**

##### **Pakiet A, poz. 25, 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek w opakowaniu z zakładką do otwierania, bez konieczności odrywania opakowania ?

**Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.**

#### **81. Pytanie**

##### **Pakiet A, poz. 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu Mini Spike V, z zastawką antyzwrotną, zatyczka zamykającą, pakowany po 50szt ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **82. Pytanie**

##### **Pakiet A, poz. 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządów o średnicy 14mm, pakowanych po 50szt, umożliwiających pobranie i uzupełnienie małych objętości leku, przeznaczonych do stałego połączenia z fiolką.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **83. Pytanie**

##### **Pakiet A, poz. 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządów, pakowanych po 25szt, umożliwiających pobranie i uzupełnienie małych objętości leku, przeznaczonych do stałego połączenia z fiolką.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie po 25 sztuk, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

#### **84. Pytanie**

##### **Pakiet B, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządów wykonanych z medycznego PVC w całości bez zawartości ftalanów ?

Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający wymaga przyrządu w poz. 1 z drenem wykonanym z PVC, co jest absolutnie sprzeczne. Płyn infuzyjny przepływa przez komorę oraz dren, w którym dłużej pozostaje. W takim razie nie ma w zupełności potrzeby, aby komora była bez PVC.

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pakietu B pozycji 1-3.**

**85. Pytanie**

**Pakiet B, poz. 3**

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządów z komorą kroplową 55mm w części przezroczystej?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pakietu B pozycji 3.**

**86. Pytanie**

**Pakiet B, poz. 7**

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45x12mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**87. Pytanie**

**Pakiet I, poz. 16**

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do lewatywy z workiem o pojemności 1750 ml, skalowanym co 100 ml między 100ml a 1700ml

- w zestawie w opakowaniu:

podkład 42x45 cm

woreczek z mydłem z gliceryną i olejkami

para rękawic foliowych

dren o długości 145 cm

- końcówka otwarta z jednym otworem bocznym,

nawilżona z osłonką

- zacisk przesuwny

- nie zawiera lateksu

- sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**88. Pytanie**

**Pakiet I, poz. 20**

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaferowanie woreczków do pobierania moczu u niemowląt bez gąbki uszczelniającej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**89. Pytanie**

**Pakiet I, poz. 34**



Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okularków o poniższym opisie:

Model składa się z gumki i osłony na oczy

Struktura siatki pozwala aby promieniowanie UV docierało do skóry głowy (z wyłączeniem oczu).

Występują w trzech rozmiarach:

- S – 24 cm

- M – 28 cm

- L – 33 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## 90. Pytanie

### Pytanie do SWZ

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zmawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej ?

**Odpowiedź: Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego pisemnie poświadczy, że zamówiona partia towaru dostarczona została w odpowiednich warunkach transportu i temperaturze zgodnej z wymaganiami producenta dotyczącymi warunków przechowywania. Zamawiający dla zadań 1- 5 koryguje treść wzoru umowy, poprzez dodanie w §4 ustępu 10 w brzmieniu: „Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego pisemnie poświadczy, że zamówiona partia towaru dostarczona została w odpowiednich warunkach transportu i temperaturze zgodnej z wymaganiami producenta dotyczącymi warunków przechowywania”.**

## 91. Pytanie

Pakiet A, poz. 5-7,21,

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-7,21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 5-7,21 do osobnego pakietu.**

## 92. Pytanie

Pakiet A, poz. 5-7,

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

***Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w poz. 5-7 załącznika nr 1 do umowy – do zadania 1".***

***W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – do zadania 1.***

### **93. Pytanie**

Pakiet A, poz. 21

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowaniu typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **94. Pytanie**

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.'

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

### **95. Pytanie**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

### **96. Pytanie**

Pakiet D, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**97. Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze­pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**98. Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trój­płaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**99. Pytanie**

Pakiet D, poz. 2

Czy zamawiający dopuści TS gdzie objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> ( objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**100. Pytanie**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**101. Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zacze­pem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**102. Pytanie**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**103. Pytanie**

Pakiet D, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 104. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 105. Pytanie

Pakiet I, poz. 2-4,7-8,13,19-20,30-33,35-37,42,

Czy zamawiający wydzieli poz.62-4,7-8,13,19-20,30-33,35-37,42 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz.62-4,7-8,13,19-20,30-33,35-37,42 do osobnego pakietu.**

#### 106. Pytanie

Pakiet I, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 107. Pytanie

Pakiet I, poz. 19,

Czy zamawiający dopuści dren o dł. 90 cm, bez możliwości wyboru innej długości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 108. Pytanie

Pakiet I, poz. 20

Czy zamawiający dopuści woreczki bez gąbki, gdyż gąbka jest źródłem, które może powodować zanieczyszczenie próbki?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 109. Pytanie

**Zadanie 1 pozycja 1,2,3,4:**

Czy zamawiający wymaga aby strzykawka posiadała nazwę handlową na cylindrze?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**110. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 3:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 10 ml skalowaną co 0,2ml?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**111. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 4:**

Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**112. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 5,6:**

Czy zamawiający wymaga aby strzykawka trzyczęściowa 50/60 posiadała podwójną skalę pomiarową?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**113. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 5,6:**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby strzykawka trzyczęściowa posiadała liczbę nominalną otoczona kółkiem?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę bez liczby nominalnej otoczonej kółkiem, nie wymaga.***

**114. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 7:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową o pojemności 20ml z mlecznym tłokiem?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**115. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 7:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową o pojemności 20 ml z rozszerzoną skalą 20/22ml?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**116. Pytanie**

**Zadane 1 pozycja 7:**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby strzykawka posiadała typ strzykawki na cylindrze?

***Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia***

określonego w poz. 7 załącznika nr 1 do umowy – do zadania 1".

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – do zadania 1.

Ponadto Zamawiający informuje o dokonanych zmianach w zadaniu 1 pozycji 5, 6 i 24.

#### 117. Pytanie

Czy zamawiający dopuści kaniulę, która posiada filtr hydrofobowy który pełni rolę zastawki antyzwrotnej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 118. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 17,18,19,20:

Czy zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	196 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	128 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 33 1,3 x 45	103 ml/min 90 ml/ min
Różowy	20 G	1,1 x 33	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 119. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 17,18,19,20:

Czy zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	126 ml/min
Zielony	18 G	1,2 x 45 1,2 x 32	80 ml/min 80 ml/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółty	24 G	0,7 x 19	22 ml/min
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 120. Pytanie

Zadanie 1 pozycja 17,18,19,20:

Czy zamawiający dopuści kaniulę, która ma trzebień poniżej krawędzi?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**121. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 21:**

Czy zamawiający dopuści koreczek do kaniul, który jest pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź:** *Dopuszcza, nie wymaga.*

**122. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 21:**

Czy zamawiający dopuści koreczek do kaniul z trzepniem poniżej krawędzi?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

**123. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 22:**

Czy zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o objętości wypełnienia 0,09ml?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

**124. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 23:**

Czy zamawiający dopuści kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 0,32ml?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

**125. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 24:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z końcówką Luer-Lock o pojemności 5ml, z rozszerzoną skalą 5-6ml?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

**126. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 24:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową Luer-Lock 5ml pakowaną w opakowaniu po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.*

**127. Pytanie**

**Zadanie 1 pozycja 25,29:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z rozszerzoną skalą z kontrastującym tłokiem w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.*

## 128. Pytanie

### Zadanie 1 pozycja 26:

Czy zamawiający dopuści przyrząd który:

Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek, butelek

Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego poliestru z silikonową membraną

Posiada filtr powietrza 0,2  $\mu$  i odpowietrznik

Pomaga zachować sterylność leku w fiolce

Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji

Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych

Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego

Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję

Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.

Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.

Przystosowany do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną

Pakowany po 100 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## 129. Pytanie

### Zadanie 1 pozycja 26:

Czy zamawiający dopuści:

Aplikatory typu Polyspike do pobierania lub wstrzykiwania leków z i do fiolek lub pojemników wielodawkowych.

Igły typu Polyspike oferuje łatwy system pobierania i wstrzykiwania płynów z fiolek i pojemników wielodawkowych. Zoptymalizowany bilans ciśnienia i redukcja zanieczyszczeń to tylko kilka zalet tego produktu.

### Opis:

zabezpieczone zaworem bezigłowym,

mała objętość wypełnienia i nieznaczna siła nakłucia zapewniają łatwość

aspiracji płynów ,

możliwość obsługi przy pomocy jednej ręki,

odporność na alkohole i tłuszcze,

nie zawiera lateksu, PC

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



### 130. Pytanie

#### Zadanie 1 pozycja 27:

Czy zamawiający dopuści

- Zmniejsza ryzyko przypadkowych zakażeń (ochrona personelu i pacjentów)
- Redukuje czas pracy, ilość zużywanego asortymentu, a tym samym odpadów medycznych
- Pomaga zredukować kosztowne przepiętnie fiolek
- Posiada dezynfekowalny bezigłowy zawór FlowArt kompatybilny z końcówkami Luer wykonanymi zgodnie z normą ISO 80369-7
- Zawór posiada podzielną, silikonową, przezierną membranę (13mm)
- Zawór pozwala na wymianę płynów podczas podłączenia do strzykawki Luer lub Luer lock i wszystkimi standardowymi zestawami IV posiadającymi złącze Luer Lock
- Odporny na działanie lipidów, chemioterapeutyków
- Wszystkie użyte do produkcji materiały spełniają wymogi normy ISO 10993
- posiada certyfikaty ISO 9001-2008 i ISO 13485:2012
- Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
- Liczba aktywacji nawet do 600 razy
- Może być stosowany przez 7 dni

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 131. Pytanie

#### Zadanie 1 pozycja 28:

Czy zamawiający dopuści

- Zmniejsza ryzyko przypadkowych zakażeń (ochrona personelu i pacjentów)
- Redukuje czas pracy, ilość zużywanego asortymentu, a tym samym odpadów medycznych
- Pomaga zredukować kosztowne przepiętnie fiolek
- Posiada dezynfekowalny bezigłowy zawór FlowArt kompatybilny z końcówkami Luer wykonanymi zgodnie z normą ISO 80369-7
- Zawór posiada podzielną, silikonową, przezierną membranę (20mm)
- Zawór pozwala na wymianę płynów podczas podłączenia do strzykawki Luer lub Luer lock i wszystkimi standardowymi zestawami IV posiadającymi złącze Luer Lock
- Odporny na działanie lipidów, chemioterapeutyków
- Wszystkie użyte do produkcji materiały spełniają wymogi normy ISO 10993
- posiada certyfikaty ISO 9001-2008 i ISO 13485:2012
- Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
- Liczba aktywacji nawet do 600 razy

- Może być stosowany przez 7 dni

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 132. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 133. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, którego komora kroplowa w całości ma 62mm( część przezroczysta 55mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 134. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych który posiada igłę dwukanałową wykonana z ABS?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 135. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków światłoczułych z komorą o długości 62mm?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pozycji 1.**

### 136. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ściętą trójpłaszczyznowo?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 137. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi, który posiada komorę kroplową wykonana z medycznego PVC?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### 138. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi, której komora kroplowa ma pojemność 20ml?

**Odpowiedź:** *Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w poz. 2 załącznika nr 1 do umowy – do zadania 4".*

**W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – do zadania 4.**

### 139. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych, którego komora kroplowa w całości ma 62mm( część przezroczysta 55mm)?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

### 140. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych, który posiada igłę dwukanałową wykonaną z ABS?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

### 141. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych, który posiada igłę ściętą trójpłaszczyznowo?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

### 142. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych, którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

### 143. Pytanie

#### Zadanie 4 pozycja 7:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę jednorazową do podawania tuberkuliny w rozmiarze 0,5x16mm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

#### 144. Pytanie

##### Zadanie 5 pozycja 1,2:

Czy zamawiający dopuści kaniulę posiadającą filtr hydrofobowy, który posiada rolę zastawki antyzwrotnej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 145. Pytanie

##### Zadanie 5 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 18ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 146. Pytanie

##### Zadanie 5 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,8x25 i przepływie 31ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 147. Pytanie

##### Zadanie 5 pozycja 3,4:

Czy zamawiający wymaga kaniuli neonatologicznej ze zdejmowanym uchwytem, który ułatwia wprowadzenie kaniuli do naczynia?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 148. Pytanie

##### Zadanie 5 pozycja 4:

Czy zamawiający dopuści kaniulę neonatologiczną 26G w rozmiarze 0,6x 19mm i przepływie 13 ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### 149. Pytanie dotyczy

##### Zadanie 2, Pozycje 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych przyrządów do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, wykonany z PCV (bez DEHP), komora kroplowa wyposażona w odpowietrznik zamykany klapką oraz filtr płynu 15um, dren o długości 150 zakończony stałym łącznikiem luer-lock. Regulator przepływu z podwójną skalą (10% - skalowanie 5, 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250ml/h oraz 40% - skalowanie 5, 10, 20, 30, 50, 60, 82, 125, 200ml/h). Opakowanie papier folia z nadrukowaną informacją o braku DEHP oraz zakresie przepływomierza?

**Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w poz. 2 załącznika nr 1 do umowy – do zadania 4".**

***W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy – do zadania 4.***

Z poważaniem

Małgorzata Sobel

Dyrektor

Załącznik:

1) Załącznik nr 1 do umowy - zad. 1-16

*sprawę prowadzi Samodzielne stanowiska ds. Zamówień Publicznych: Agnieszka Wioletta Kormanek, tel.: 77 441 77 63  
wew. 707*